



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, tel.: 91 43 29 503 lub 500, fax 91 43 29 501

www.spzozmswia.szczecin.pl biuro@spzozmswia.szczecin.pl

BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757

Szczecin, dnia 26 sierpnia 2020 r.

WTG-2375-35-.....-07/20

WYJAŚNIENIE NR 1

Dotyczy: postępowania przetargowego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), pn.: „Dostawa materiałów jednorazowych do zabiegów okulistycznych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania do SIWZ o następującej treści (według kolejności wpływu):

Pytanie nr 1: dot. Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3 barwnik tkankowy przeznaczony do wybarwiania błon epiretinalnych oraz błony granicznej wewnętrznej (ILM+ERM) o składzie 0,18% Trypan Blue + 0,03% Blue Life ($C_{48}H_{50}N_3NaO_7S$) rozpuszczony w soli fizjologicznej buforowany fosforanami w ampułkostrzykawce o pojemności 0,7 ml?

Odpowiedź nr 1:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 2: dot. Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3 barwnik tkankowy przeznaczony do wybarwiania błony granicznej wewnętrznej (ILM+ERM) 0,03% Blue Life ($C_{48}H_{50}N_3NaO_7S$) rozpuszczony w soli fizjologicznej buforowany fosforanami w ampułkostrzykawce o pojemności 0,7 ml?

Odpowiedź nr 2:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 3: dot. Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 Perfluorodekalinę o gęstości 1,917 - 1,94 g/ml, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 4: dot. Pakietu nr 5, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5, poz. 1 gaz C_3F_8 w pojemniku wielokrotnego użytku 75 ml wraz z zestawem do podaży w składzie: 1x strzykawka 60 ml, 1x filtr 0,2 um, 1x igła 30G, 1x opaska dla pacjenta?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 5: dot. Pakietu nr 5, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5, poz. 2 gaz SF_6 w pojemniku wielokrotnego użytku 75 ml wraz z zestawem do podaży w składzie: 1x strzykawka 60 ml, 1x filtr 0,2 um, 1x igła 30G, 1x opaska dla pacjenta?



Odpowiedź nr 5:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 6: dot. Pakietu nr 17, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 17, poz. 1 pęsetę do witrektomii ILM 23G typu slim, jednorazową z precyzyjnie łąpiącym końcem? Końcówka wykonana ze stali, rękojeść wykonana z nylonu. Długość całkowita 144 mm, długość rękojeści slim 60 mm, długość rękojeści z nylonu 53 mm, długość końcówki 31 mm, kolorowy znacznik na końcu rękojeści.

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 7: dot. Pakietu nr 17, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 17, poz. 2 pęsetę do witrektomii ILM 25G typu slim, jednorazową z precyzyjnie łąpiącym końcem? Końcówka wykonana ze stali, rękojeść wykonana z nylonu. Długość całkowita 144 mm, długość rękojeści slim 60 mm, długość rękojeści z nylonu 53 mm, długość końcówki 31 mm, kolorowy znacznik na końcu rękojeści.

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 8: dot. Pakietu nr 20, poz. 1 i poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 20, poz. 1 i poz. 2 kaniule soft tip z końcówką 0,75 mm?

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 9: dot. Pakietu nr 32

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 32 Hydroksypropylometylocelulozę 2,4% stężenie 24 mg/ml w ampułkostrzykawkę 2,3 ml z kaniulą 23G, lepkość 7000 mPas ($\pm 3,000$ mPas), masa cząsteczkowa $\sim 500,000$ Da, Ph-6,8 - 7,6, objętość 2,0 ml z kaniulą 23G, temperatura przechowywania 2°C - 25°C?

Odpowiedź nr 9:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 10: dot. Pakietu nr 31

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 31 barwnik Błękit Trypanu o stężeniu 0,05% w ampułkostrzykawkę 0,7 ml, osmolalność 300 mOsm/kg H₂O, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 11: dot. Pakietu nr 27, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 27, poz. 1 pęsetę Eckhardt 23G typu slim, jednorazową z precyzyjnie łąpiącym końcem? Końcówka wykonana ze stali, rękojeść wykonana z nylonu. Długość całkowita 144 mm, długość rękojeści slim 60 mm, długość rękojeści z nylonu 53 mm, długość końcówki 31 mm, kolorowy znacznik na końcu rękojeści.

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 12: dot. Pakietu nr 27, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 27, poz. 2 pęsetę Eckhardt 25G typu slim, jednorazową z precyzyjnie łąpiącym końcem? Końcówka wykonana ze stali, rękojeść wykonana z nylonu. Długość całkowita 144 mm, długość rękojeści slim 60 mm, długość rękojeści z nylonu 53 mm, długość końcówki 31 mm, kolorowy znacznik na końcu rękojeści.

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 13: dot. Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści również barwnik o parametrach wymienionych poniżej: roztwór Błękitu Trypanu sterylny o stężeniu 0,15% oraz Brillant Blue G o stężeniu 0,025%, Polietylenoglikol o stężeniu 4% rozcieńczonych w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego stosowany do barwienia i wizualizacji błon epiretinalnych i błony granicznej wewnętrznej, pakowany w szklane ampułko-strzykawki o pojemności 0,5 ml? Opakowanie 1 szt.

Odpowiedź nr 13:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 14: dot. Pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści również olej silikonowy o parametrach wymienionych poniżej: olej silikonowy, sterylny, zastosowanie w zabiegach chirurgicznych ciała szklatego i siatkówki, lepkość 5000 mPas, strzykawka 10 ml?

Odpowiedź nr 14:

Zamawiający dopuszcza produkt o dopuszczenie którego w swoim pytaniu wnioskował Wykonawca, z zastrzeżeniem, że przedmiotowy produkt jest produktem kompatybilnym z aparatem Constallation Eva-Dorc, Stellaris.

Pytanie nr 15: dot. Pakietu nr 18

Czy Zamawiający dopuści retraktory tęczówkowe pakowane po 5 szt.?

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 16: dot. Pakietu nr 28, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie noża skośnego typu Stab, cięcie pod kątem 15°, szerokość 1,7 mm?

Odpowiedź nr 16:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 17: dot. Pakietu nr 29

Czy Zamawiający dopuści soczewki opatrunkowe pakowane po 6 szt.?

Odpowiedź nr 17:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 18: dot. Pakietu nr 31

Czy Zamawiający dopuści również Błękit o parametrach wymienionych poniżej: barwnik, skład 1 fiołka, 1,0 ml, błękit trypanu 0,06% rozpuszczony w roztworze fizjologicznym chlorku sodu, do wybarwiania przedniej torebki soczewki, opakowanie 10 szt.?

Odpowiedź nr 18:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 19: dot. Pakietu nr 32

Czy Zamawiający dopuści również metylocelulozę o parametrach wymienionych poniżej: sterylny, niepirogenny roztwór wysokooczyszczonej hydroksypropylometylocelulozy 2% (HPMC) do stosowania wewnątrzgałkowo o niskiej masie cząsteczkowej i małym napięciu powierzchniowym? Preparat wysoce dyspersyjny. Lepkość: 4 500 - 9 500 mPas, Ph: 6,8 do 7,6. Objętość ampułkostrzykawki: 2,0 ml, kaniula 23G?

Odpowiedź nr 19:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 20: dot. rozdziału IV SIWZ (wzór umowy)

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie produktów o terminie ważności 12 miesięcy od daty dostawy?

Odpowiedź nr 20:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 21: dot. rozdziału IV SIWZ (wzór umowy)

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy następujących zapisów: „Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku jej realizacji, nie może przekroczyć 20% ilości określonych w niniejszej umowie”.

Odpowiedź nr 21:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 22: dot. rozdziału IV SIWZ (wzór umowy)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

Odpowiedź nr 22:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 23: dot. rozdziału IV SIWZ (wzór umowy)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek Wykonawcy?

Odpowiedź nr 23:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 24: dot. § 7 ust. 1 pkt 1) rozdziału IV SIWZ (wzór umowy)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych do 5% wartości umowy?

Odpowiedź nr 24:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 25: dot. § 7 ust. 2 rozdziału IV SIWZ (wzór umowy)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych do 5% wartości umowy?

Odpowiedź nr 25:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 26: dot. rozdziału I, działu 4., pkt 4.3. ppkt 3) SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w celu wykazania posiadanych zdolności technicznych lub zawodowych, Wykonawca wykazał wykonanie dostaw wyrobów medycznych wykorzystywanych w zabiegach okulistycznych (np.: soczewki wewnątrzgałkowe, materiały wiskoelastyczne, narzędzia okulistyczne itp.) o wartości brutto wymaganych w SIWZ?

Odpowiedź nr 26:

Zamawiający wskazuje, że zapisy dotyczące spełniania warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu przetargowym zostały wyartykułowane w rozdziale I, dziale 4., pkt 4.3., ppkt 3) SIWZ. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 27: dot. rozdziału I, działu 4., pkt 4.3. ppkt 3) SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w celu wykazania posiadanych zdolności technicznych lub zawodowych, Wykonawca wykazał wykonanie co najmniej jednej dostawy właściwego asortymentu?

Odpowiedź nr 27:

Zamawiający wskazuje, że zapisy dotyczące spełniania warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu przetargowym zostały wyartykułowane w rozdziale I, dziale 4., pkt 4.3., ppkt 3) SIWZ. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 28: dot. Pakietu nr 11, poz. 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 11, poz. 3 miał na myśli zapis: masa cząsteczkowa hialuronianu sodu 3,2 - 3,5 x 10⁶ Da?

Odpowiedź nr 28:

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostały odpowiednio zmodyfikowane.

Pytanie nr 29: dot. Pakietu nr 26

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 26 dopuści pierścień dotorebkowy wyłącznie w rozmiarze:

- rozmiar (stan rozprężony): 12,45 mm,
- rozmiar (stan sprężony): 11,00 mm pakowany pojedynczo? Jeśli tak, ile wówczas sztuk należy zaoferować?

Odpowiedź nr 29:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane. W analizowanym przypadku Wykonawca winien zaoferować 30 szt.

Pytanie nr 30: dot. Pakietu nr 31

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 31 dopuści Błękit Trypanu 0,06% pakowany w zbiorcze opakowanie zawierające 10 jednorazowych szt. 0,06% Błękitu Trypanu o pojemności 0,75 ml każda ampułkostrzykawką? Jeśli tak, ile opakowań wówczas należy zaoferować?

Odpowiedź nr 30:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane. W analizowanym przypadku Wykonawca winien zaoferować 300 szt.

Pytanie nr 31: dot. Pakietu nr 31

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 31 dopuści barwnik o Ph: 7,0 - 7,5, osmolarności 250 - 350 mOsm/kg H₂O?

Odpowiedź nr 31:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 32: dot. Pakietu nr 20, poz. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 20, poz. 1 dopuści soft tip kaniulę miękko zakończoną w rozmiarze 23G z końcówką o długości 0,64 mm, zamiast 0,8 mm?

Odpowiedź nr 32:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 33: dot. Pakietu nr 20, poz. 2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 20, poz. 2 dopuści soft tip kaniulę miękko zakończoną w rozmiarze 25G z końcówką o długości 0,51 mm, zamiast 0,8 mm?

Odpowiedź nr 33:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 34: dot. Pakietu nr 14, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści skalę pomiarową na korpusie pisaka 6 cm?

Odpowiedź nr 34:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 35: dot. rozdziału I, działu 13., pkt 13.1. SIWZ

Proszę o zrezygnowanie z wadium przetargowego w Pakiecie nr 22 i Pakiecie nr 33.

Odpowiedź nr 35:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 36: dot. Pakietu nr 23, poz. 2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 23, poz. 2 dopuści szew barwiony SINUSORB® będący marką nici chirurgicznych okulistycznych PGA produkowanych przez Péters Surgical, a będących syntetycznymi i sterylnymi niciami wchłaniającymi wykonanymi z kwasu poliglikolowego, pokryte ekaprolaktonem oraz stearynianem wapnia lub mieszanką polikaprolaktonu i stearynianu wapnia, występujące jako monofilament (USP 10/0-9/0) i plecionka (USP 8/0-4/0) o efektywnym okresie podtrzymywania tkankowego: 28 - 35 dni, a całkowity czas wchłaniania: 60 - 90 dni, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź nr 36:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 37: dot. Pakietu nr 23, poz. 2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 23, poz. 2 dopuści igłę 1/2 koła lub 3/8 koła, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź nr 37:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 38: dot. Pakietu nr 23, poz. 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 23, poz. 3 dopuści szew wykonany jako splot z poliestru - poli (tereftalanu etylenu) - pokryty woskiem, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź nr 38:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 39: dot. Pakietu nr 35, poz. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 35, poz. 1 dopuści igłę o długości 6,4 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź nr 39:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 40: dot. Pakietu nr 15, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści marker chirurgiczny jednostronny o jednym rozmiarze końcówki?

Odpowiedź nr 40:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 41: dot. Pakietu nr 21, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'50 szt. z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź nr 41:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 42: dot. Pakietu nr 30, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'100 szt. z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź nr 42:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 43: dot. Pakietu nr 34, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 6 cm?

Odpowiedź nr 43:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 44: dot. Pakietu nr 35, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 6 mm?

Odpowiedź nr 44:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 45: dot. Pakietu nr 35, poz. 1


Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 6,2 mm?

Odpowiedź nr 45:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 46: dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu o następującym składzie:



Opis składnika	Ilość	Jednostka
Kompres włókninowy 30G 4W 7,5 x 7,5 cm	5	szt.
- serweta TF 90 x 75 cm	1	szt.
- pojemnik plastikowy okrągły 60 ml, wysokość: 3 cm, średnica denka: 5,5 cm, skala transp.	2	szt.
- serweta SMS 90 x 80 cm O10 x 7 folia chirurg. rozcz.	1	szt.
- kleszczyki plastikowe pean 13 cm niebieskie	1	szt.
- patyczek plastikowy 15 cm x 2,5 mm biały	2	szt.
- przyrząd plastikowy do odmierzania miejsca iniekcji 8 cm końcówki 3,5 - 4,00 mm	1	szt.
- barraquer met. dla dorosłych 4 cm zamknięte końcówki	1	szt.

Odpowiedź nr 46:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 47: dot. Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści dekalinę o gęstości 1,92 - 1,94 kg/l?

Odpowiedź nr 47:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 48: dot. Pakietu nr 8, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści mikrogąbkę o długości 7,16 mm?

Odpowiedź nr 48:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 49: dot. Pakietu nr 25

Czy Zamawiający dopuści pierścień I-Ring o zastosowaniu: pełny kontakt pierścienia z tęcząwką - 360°, równomierne rozszerzenie tęcząwki na całym obwodzie bez zniekształceń, wyposażony w intuicyjny iniektor, umiejscowienie i wyjęcie za pomocą jednej ręki, miękkie, ale wytrzymały materiał - poliuretan - pozwala na łatwą manipulację, atraumatyczny, posiada otwory do pozycjonowania, elastyczne, zawiasy do usuwania, kanały do zahaczania, średnica: 6,3 mm?

Odpowiedź nr 49:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 50: dot. Pakietu nr 23, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tej poz. na szew chirurgiczny, równoważny pod względem parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych (zgodnie z zapisem treści SIWZ w rozdziale II, pkt 1.4. o możliwości złożenia oferty równoważnej) dla opisanej nici chirurgicznej, tj.: nić syntetyczna, wykonana z polipropylenu i polietylenu, monofilamentowa, niewchłaniająca, niebieska, z igłą mikrolancetową (równoważnik igły szpatułkowej z mikroostrzem), prostą, podwójną, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

Odpowiedź nr 50:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 51: dot. Pakietu nr 23, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tej poz. na szew chirurgiczny, równoważny pod względem parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych (zgodnie z zapisem treści SIWZ w rozdziale II, pkt 1.4. o możliwości złożenia oferty równoważnej) dla opisanej nici chirurgicznej, tj.: nić wchłaniająca, syntetyczna, powlekana, pleciona, niebarwiona, sterylna, wykonana z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekana mieszaniną równych części, składających się w 50% z kopolimeru glikolidu i L-laktydu(35/65) oraz w 50% ze stearynianu wapnia, z igłą progresywnie zakrzywioną (równoważnik igły

W

o komponowanej krzyżźnie), odwrotnie tnącą, kosmetyczną, z zakończeniem Micro-point, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

Odpowiedź nr 51:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 52: dot. Pakietu nr 23, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tej poz. na szew chirurgiczny, równoważny pod względem parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych (zgodnie z zapisem treści SIWZ w rozdziale II, pkt 1.4. o możliwości złożenia oferty równoważnej) dla opisanej nici chirurgicznej, tj.: nić wykonana z poliestru, powlekana silikonem, syntetyczna, pleciona, niewchłaniająca, biała, sterylna, z igłą lancetową (równoważnik igły szpakułkowej), z zakończeniem Micropoint, podwójną, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

Odpowiedź nr 52:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 53: dot. Pakietu nr 24, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tej poz. na szew chirurgiczny, równoważny pod względem parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych (zgodnie z zapisem treści SIWZ w rozdziale II, pkt 1.4. o możliwości złożenia oferty równoważnej) dla opisanej nici chirurgicznej, tj.: nić o długości 75 cm, wykonana z naturalnych włókien jedwabnych, niewchłaniająca, pleciona, powlekana rafinowanym woskiem parafinowym, sterylna, czarna, z igłą pojedynczą (według naszej wiedzy podwójna igła okrągła o wielkości 22 mm z nicią jedwabną nie występuje na rynku materiałów szewnych u żadnego producenta), przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

Odpowiedź nr 53:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 54: dot. Pakietu nr 24, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tej poz. na szew chirurgiczny, równoważny pod względem parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych (zgodnie z zapisem treści SIWZ w rozdziale II, pkt 1.4. o możliwości złożenia oferty równoważnej) dla opisanej nici chirurgicznej, tj.: nić wykonana z naturalnych włókien jedwabnych, niewchłaniająca, pleciona, powlekana rafinowanym woskiem parafinowym, sterylna, czarna, z igłą odwrotnie tnącą 7 mm, kosmetyczną, podwójną, z zakończeniem Micro-point, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

Odpowiedź nr 54:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 55: dot. Pakietu nr 24, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tej poz. na szew chirurgiczny, równoważny pod względem parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych (zgodnie z zapisem treści SIWZ w rozdziale II, pkt 1.4. o możliwości złożenia oferty równoważnej) dla opisanej nici chirurgicznej, tj.: nić wykonana z naturalnych włókien jedwabnych, niewchłaniająca, pleciona, powlekana rafinowanym woskiem parafinowym, sterylna, czarna, z igłą odwrotnie tnącą, kosmetyczną, z zakończeniem Micro-point, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

Odpowiedź nr 55:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 56: dot. Pakietu nr 24, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tej poz. na szew chirurgiczny, równoważny pod względem parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych (zgodnie z zapisem treści SIWZ w rozdziale II, pkt 1.4. o możliwości złożenia oferty równoważnej) dla opisanej nici chirurgicznej, tj.: nić wchłaniająca, syntetyczna, powlekana, pleciona, fioletowa, sterylna, wykonana z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekana mieszaniną równych części, składających się w 50% z kopolimeru glikolidu i L-laktydu (35/65) oraz w 50% ze stearynianu wapnia, z igłą mikrołancetową 6,6 mm (równoważnik igły szpakułkowej z mikroostrzem), wzmocnioną, podwójną, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

Odpowiedź nr 56:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 57: dot. Pakietu nr 35, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty w tej poz. na szew chirurgiczny, równoważny pod względem parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych (zgodnie z zapisem treści SIWZ w rozdziale II, pkt 1.4. o możliwości złożenia oferty równoważnej) dla opisanej nici chirurgicznej, tj.: nić poliamidowa (równoważnik określenia nylonowa), monofilamentowa, czarna, syntetyczna, z igłą mikrolancetową 6,1 mm, podwójną, o średnicy 150 μ (0,15 mm), przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

Odpowiedź nr 57:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 58: dot. Pakietu nr 1

Czy w Pakiecie nr 1 Zamawiający dopuści opaskę z poz. 2 i rękaw z poz. 3 - zapakowany razem sterylnie jako komplet?

Odpowiedź nr 58:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 59: dot. Pakietu nr 23

Czy Zamawiający mógłby wydzielić z Pakietu nr 23 poz. 2 do odrębnego zadania?

Odpowiedź nr 59:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 60: dot. Pakietu nr 23, poz. 1

Czy w Pakiecie nr 23, poz. 1 Zamawiający dopuści nić 10/0 o długości 20 cm?

Odpowiedź nr 60:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 61: dot. Pakietu nr 23, poz. 3

Czy w Pakiecie nr 23, poz. 3 Zamawiający dopuści nić 5/0 niepowlekaną?

Odpowiedź nr 61:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 62: dot. Pakietu nr 25

Czy w Pakiecie nr 25 Zamawiający dopuści produkt równoważny: tj.: pierścień do mechanicznego rozszerzania źrenicy w trakcie operacji okulistycznych wszczepiany iniektorem jednorazowym. Wykonany z polypropylenu, w kształcie kwadratu, w rogach zamiast pętli kieszonki na tęczęwkę - górna i dolna, w każdym rogu po dwa otwory do mocowania pierścienia? W komplecie iniektor jednorazowego użytku do wszczepiania i usuwania ringu z jednego portu operacyjnego.

Odpowiedź nr 62:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 63: dot. Pakietu nr 28, poz. 1

Czy w Pakiecie nr 28, poz. 1 Zamawiający dopuści nóż SLIT zagięty pod kątem 45 st. o kalibracji 1,8 mm?

Odpowiedź nr 63:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 64: dot. Pakietu nr 28, poz. 2

Czy w Pakiecie nr 28, poz. 2 Zamawiający dopuści nóż crescent zagięty pod kątem 45 st. o kalibracji 2,0 mm?

Odpowiedź nr 64:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

KW

Pytanie nr 65: dot. Pakietu nr 33

Czy w Pakiecie nr 33 Zamawiający dopuści paski fluoresceinowe w opakowaniach handlowych po 300 szt. (każdy pasek zapakowany sterylnie, oddzielnie) z zachowaniem ogólnej wymaganej ilości i przeliczeniem do pełnych opakowań handlowych?

Odpowiedź nr 65:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 66: dot. Pakietu nr 35

Czy w Pakiecie nr 35 Zamawiający dopuści nić 10/0 z dwoma igłami o długości 6,0 mm i średnicy 0,14 mm?

Odpowiedź nr 66:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 67: dot. Pakietu nr 34

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety operacyjnej zgodnej z SIWZ, jednakże z otworem \varnothing 7 cm.

Odpowiedź nr 67:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 68: dot. § 7 ust. 1 pkt 1) rozdziału IV SIWZ (wzór umowy)

Wnosimy o zmianę zapisów umowy w § 7 ust. 1 pkt 1) poprzez zmniejszenie wysokości kary umownej do „10% wartości niezrealizowanej części umowy”.

Odpowiedź nr 68:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 69: dot. rozdziału IV SIWZ (wzór umowy)

Wnosimy o wprowadzenie do umowy zapisów regulujących skutki wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na realizację obowiązków wynikających z łączącej strony umowy. Proponowane brzmienie:

**„Siła Wyższa
§ 10**

1. Strony umowy zgodnie z postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć, bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).
2. Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezwzględnego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.
3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotów umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
4. Obowiązki, których strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykoananiu umowy na skutek działania siły wyższej, w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych, ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.
5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.”

Wprowadzenie powyższej regulacji pozwoli na jednoznaczne określenie obowiązków stron w przypadku wystąpienia siły wyższej. Wskazać bowiem należy, iż siła wyższa traktowana jest jako jedna z przesłanek

wyłączających odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a więc również umożliwiających Wykonawcy uwolnienie się od ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie tej umowy, w tym za uchybienia terminowi wykonania zakontraktowanych prac, czy dostaw. Jednakże w celu zapewnienie ochrony interesów obu stron umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej, wprowadzenie powyższych zapisów pozwoli na podjęcie działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków wynikających z tego stanu.

Odpowiedź nr 69:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 70: dot. Pakietu nr 26

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 26 dopuści pierścień pakowany w opakowaniu po 1 szt., w odpowiednim przeliczeniu ilości na 90 opakowań z jednym pierścieniem?

Odpowiedź nr 70:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 71: dot. Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 Perfluorodekalinę o gęstości 1,908 g/cm³?

Odpowiedź nr 71:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 72: dot. Pakietu nr 34

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 34 dopuści serwetę operacyjną o wymiarach 55x50 cm z materiału Biplax, dwuwarstwowego z otworem owalnym 7,5 cm z perforacją punktową wzdłuż, dzięki czemu nie trzeba ciąć folii nożyczkami tylko po doklejeniu łatwo ją rozerwać?

Odpowiedź nr 72:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Dodatkowo, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że działając w oparciu o dyspozycję wyartykułowaną przez ustawodawcę w treści art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wyznacza nowy następujący termin składania i otwarcia ofert:

- termin składania ofert: 11.09.2020 r., godz. 11:30.
- termin otwarcia ofert: 11.09.2020 r., godz. 12:00.

v vp. Aniek

