

### **Do wszystkich zainteresowanych**

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (oznaczenie sprawy PN-09/2020) na realizację zamówienia pod nazwą : „**Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku – uzupełnienie** ”– ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26 sierpnia 2020 r. pod numerem 577198-N-2020.

Niniejszym, na mocy przysługujących nam jako Zamawiającemu uprawnień i obowiązków wynikających z dyspozycji art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), poniżej przekazujemy treść zapytań i udzielonych wyjaśnień.

#### **Pytanie 1**

##### **Zadanie nr 4 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr anestetyczny oddechowy bakteryjno – wirusowy, elektrostatyczny, ze zwiększoną wydajnością ciepła i wilgoci, sterylnie pakowany?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

#### **Pytanie 2**

##### **Zadanie nr 4 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr anestetyczny oddechowy bakteryjno – wirusowy, elektrostatyczny, ze zwiększoną wydajnością ciepła i wilgoci, sterylnie pakowany?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

#### **Pytanie 3**

##### **Zadanie nr 4 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr anestetyczny oddechowy bakteryjno – wirusowy, elektrostatyczny, ze zwiększoną wydajnością ciepła i wilgoci, sterylnie pakowany?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

#### **Pytanie 4**

##### **Zadanie nr 4 poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 4 pozycję nr 5 do osobnego pakietu? Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na przygotowanie korzystniejszej oferty dla SPZOZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

#### **Pytanie 5**

##### **Zadanie nr 4 poz. 1-5**

Czy Zamawiający oczekuje produktów pozbawionych szkodliwych ftalanów?

Odpowiedź: Tak.

#### **Pytanie 6**

##### **Pytanie do zadania nr 9**

Czy zamawiający wydzieli poz. 11 do odrębnego pakietu i dopuści Elektroda neutralna jednorazowa hydrożel dzielona 174x122 mm ; 110 cm<sup>2</sup>, do aparatu ES 300 taka jak np.. EMED – SAFE?

Odpowiedź: Pytanie jest bezzasadne ponieważ zadanie nr 9 jest rozpatrywane na pozycje asortymentowe.

#### **Pytanie 7**

##### **Pytanie do zadania nr 9**

Czy zamawiający wydzieli poz. 12 do odrębnego pakietu i dopuści Elektroda neutralna 1 x A 85 cm<sup>2</sup> (+23 cm<sup>2</sup>) do aparatu ERBE 300 D?

Odpowiedź: Pytanie jest bezzasadne ponieważ zadanie nr 9 jest rozpatrywane na pozycje asortymentowe.

#### **Pytanie 8**

##### **Zadanie 9, poz. 23**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający w zadaniu nr 9 poz. 23 Kieliszki do leków określił ilość w sztukach. Zamawiający dopuszcza cenę jednostkową za opakowanie w następujący sposób:

33 000,00 szt. / ilość sztuk w opakowaniu – ilość opakowań .

#### **Pytanie 8**

##### **Zadanie 9, poz. 44**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Jak w poprzednim pytaniu

#### **Pytanie 9**

##### **Zadanie 9, poz. 23-24,44,62**

Czy zamawiający wydzieli poz. 23-24,44,62 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Pytanie jest bezzasadne ponieważ zadanie nr 9 jest rozpatrywane na pozycje asortymentowe.

#### **Pytanie 10**

##### **Zadanie 9 poz. 9 i 13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 14 dni od dnia złożenia zamówienia?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ maksymalny termin dopuszczalny to 5 dni.

#### **Pytanie 11**

##### **Zadanie 9 poz. 1 9 i 13**

Prosimy o potwierdzenie, iż w zadaniu 9 Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na poszczególne pozycje?

Odpowiedź: TAK – zgodnie z zapisami SIWZ.

#### **Pytanie 12**

##### **Zadanie 2, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści rozmiar CH8?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie 13**

##### **Zadanie 2, poz. 11-18**

Czy Zamawiający dopuści dren zawinięty, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

#### **Pytanie 14**

**Zadanie 3, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści worki 1 L?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 15****Zadanie 9, poz. 21**

Czy zamawiający dopuści igły Tuohy 18G?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 16****Zadanie 9, poz. 22**

Czy zamawiający dopuści igły Tuohy 18Gx9mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 17****Zadanie 9, poz. 23**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'90szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanej ilości.

**Pytanie 18****Zadanie 9, poz. 24**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'100szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanej ilości.

**Pytanie 19****Zadanie 9, poz. 28**

Czy Zamawiający dopuszcza mocowanie na jeden rzep, z regulacją 31x37,5 cm, rozstaw 8,7 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 20****Zadanie 9, poz. 29**

Czy Zamawiający dopuszcza mocowanie na jeden rzep, z regulacją 29x35,5 cm, rozstaw 7,5 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

#### **Pytanie 21**

##### **Zadanie 9, poz. 35**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'100szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanej ilości.

#### **Pytanie 22**

##### **Zadanie 9, poz. 93**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'100 z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanej ilości.

#### **Pytanie 23**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w zad 7 na oryginalne klipsy Hem-o-lok pakowane po 6 sztuk w magazynku?

Odpowiedź: Tak.

#### **Pytanie 24**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w zad 7 na oryginalne klipsy Hem-o-lok pakowane po 84 sztuki w opakowaniu?

Odpowiedź: Tak z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanej ilości.

#### **Pytanie 25**

Zgodnie z Dz.U. Nr 16, poz. 76 z dnia 12 stycznia 2011 roku, aktywne wyroby medyczne przeznaczone do implantacji muszą być identyfikowalne. Kod użyty do ich oznakowania, musi umożliwiać szybką i jednoznaczną identyfikację wytwórcy i wyrobu, uwzględniać jego typ oraz rok produkcji; odczytanie kodu jeżeli jest to niezbędne, nie powinno wymagać zabiegu chirurgicznego. Informujemy, że nasze produkty spełniają wszystkie wymogi ww. ustawy. Wychodząc na przeciw potrzebom Zamawiającego, zwracamy się z prośbą w zad 7 o możliwość zastosowania papierowej części blistra (magazynku), która zawiera wszystkie wymagane informacje zawarte w powyższej ustawie (nr referencyjny, numer serii, datę ważności i produkcji, nazwę wytwórcy itd.) celem możliwości wklejenia do kartoteki pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

#### **Pytanie 26**

##### **Zadanie nr 4 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

#### **Pytanie 27**

##### **Zadanie nr 4 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

#### **Pytanie 28**

##### **Zadanie nr 4 pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny lub elektrostatyczno-mechaniczny?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

##### **Zadanie nr 4 pozycja 5**

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 5 z Zadania nr 4 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

#### **Pytanie 29**

##### **Zadanie nr 9 pozycja 28**

Czy Zamawiający dopuści rozstaw +/- 1 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

#### **Pytanie 30**

##### **Zadanie nr 9 pozycja 29**

Czy Zamawiający dopuści rozstaw +/- 1 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

#### **Pytanie 30**

##### **Zadanie nr 9 pozycja 41**

Czy Zamawiający oczekuje 50 sztuk czy 50 kompletów po 2 sztuki?

Odpowiedź: Zamawiający 50 kompletów po dwie sztuki.

#### **Pytanie 31**

##### **Zadanie nr 9 pozycja 52**

Czy Zamawiający ma na myśli chirurgiczne markery skórne?

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pozycję nr 52 i traktuje za niebyłą.

#### **Pytanie 32**

##### **Zadanie nr 9 pozycja 91**

Czy Zamawiający oczekuje 50 sztuk czy 20 kompletów po 2 sztuki?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 20 kompletów po dwie sztuki.

### Pytanie 33

**Odnośnie Pakietu nr 9 poz. 35:** „Czy w związku ze zmianami w Dyrektywie 93/42/EEC, które „zwiększają bezpieczeństwo kliniczne i tworzą sprawiedliwy dostęp do rynku dla producentów” (Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych „Zestawienie informacji dla producentów wyrobów medycznych”), wprowadzającymi wymóg weryfikacji produktów m.in. pod kątem jakościowym (producent ma obowiązek prowadzić ocenę kliniczną produktu, sporządzać dokumentację techniczną oraz stosować ocenę zgodności), Zamawiający chcąc prowadzić badania cytologiczne zgodnie z wyznaczonymi standardami wymaga posiadania wykazu badań klinicznych dla zaoferowanych szczoteczek cytologicznych potwierdzających ich skuteczność w badaniach masowych? Zalecenia w tej sprawie wydane zostały również przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, a standardy opisane w Medical Device Regulation MDR 2017/745.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

### Pytanie 34

Czy Zamawiający wydzieli **z Pakietu nr 9 poz. 34, 35, 48** do odrębnego pakietu? Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź: Zadanie nr 9 jest rozpatrywane na pozycje asortymentowe.

### Pytanie 35

Czy Zamawiający miał na myśli **w Pakiecie nr 9 poz. 44** próżnościąg położniczy jałowy, jednorazowego użytku do wspomaganego porodu, posiadający odpowiednio wyprofilowany uchwyt oraz atraumatyczną miseczkę w kształcie „grzybka” Ø miseczki 50mm wyginająca się o 90° w każdym kierunku, z pompą wytwarzającą stabilne, stałe podciśnienie przy minimalnym wysiłku, z łatwo dostępnym zaworem zwalniającym próżnię w postaci skrzydełek oraz czytelnym wskaźnikiem próżni w kształcie zegara. Rodzaj miseczki do wyboru.

Oferowany przez nas próżnościąg położniczy zapewnia lekarzowi bezpieczną i komfortową obsługę, a rodzącej kobiecie maksymalny komfort.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. próżnościąg.

### Pytanie 36

Czy Zamawiający w pakiecie 9 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy wysokoprzepływowo (High Flow) z termoplastycznego poliuretanu Tecoflex z ramionami prostymi lub zagiętymi o średnicy 13 Fr i długościach:

Dla pozycji 59 – 25 cm

Dla pozycji 60 – 20 cm

Dla pozycji 61 – 15 cm?

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyślizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI

- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzało
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- wyprodukowany w Niemczech

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Jednocześnie zamawiający informuje, że w zadaniu nr 9 skreśla pozycję poz. 20 Igła do punkcji. W zadaniu nr 9 poz. 107 zestaw do aktywnego drenażu wraz z jednym przewodem ssącym oraz z zaworem antyrefluksowym i automatycznym odpowietrznikiem

Dodaje słowo „opłucnej”:

zestaw do aktywnego drenażu **opłucnej** wraz z jednym przewodem ssącym oraz z zaworem antyrefluksowym i automatycznym odpowietrznikiem.

Powyższe odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są dla Wykonawców wiążące.

Dyrektor

Sebastian Jankiewicz