

Bielsko-Biała dn. 07.08.2023r.

DZP.271.26.2023- 13

**dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb  
Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku -  
Białej (znak sprawy: DZP.271.26.2023)**

W nawiązaniu do pisma znak DZP.271.26.2023- 8 z dnia 31.07.2023r. odpowiedzi na zapytanie dotyczące zadania nr 11 detektora (sondy) do wykrywania węzłów chłonnych wartowniczych - pytanie II, Zamawiający zastępuje słowo „waga” słowem „detektor” modyfikując zapis pkt I ppkt 6 i 7 załącznika nr 5 do SWZ w zakresie zadania nr 11 na następujący:

„6.Detektor po dostawie i uruchomieniu musi być gotowy do realizacji badań bez koniecznego zakupu dodatkowego wyposażenia czy oprogramowania.

7.Oferowane urządzenie (detektor) musi być oznakowany znakiem CE i posiadać ważną deklarację zgodności CE.”

Zmodyfikowany załącznik nr 5 w zakresie zadania nr 11 w załączeniu.

Z poważaniem

Z-CA DYREKTORA  
ds. Techniczno-Administracyjnych  
Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego  
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej  
*mgr inż. Grzegorz Kubica*