



**Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny  
im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego  
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu**



ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147  
61-545 Poznań  
tel. 61 83 10 331/132  
fax 61 83 34 421  
orsk@orsk.pl  
<https://orsk.pl>



znak sprawy: O-RSK.SZP.35.4.(APT/22).2023.K.K.

Poznań, dnia 23 czerwca 2023 r.

**Strona internetowa prowadzonego postępowania**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: **„DOSTAWA JEDNORAZOWYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH „2”** nr rejestru: **SZP/APT/22/2023.**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 1**

W związku z zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożonym przez Wykonawcę, Zamawiający tj.: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2022. poz. 1710 ze zm.) udziela wyjaśnień na zadane pytania.

**Pytanie nr 1**

**Pytanie do zadania 7** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w miejsce istniejących wymogów SWZ wg opisu

**Poz. 1** Zestaw do kaniulacji żył centralnych 20Ga/12cm. W skład zestawu wchodzi: cewnik, prowadnica z nitynolu ze znacznikami, o średnicy 0,025"/35cm, na powierzchni znaczniki informujące o głębokości wprowadzenia, z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka prosta, prowadnica umieszczona w pochewce w kształcie koła, – osłona ułatwiająca wprowadzenie prowadnika jedną ręką; rozszerzadła, strzykawka luer slip 3ml, igła punkcyjna 20Ga/4cm, pojemnik na ostre odpady, skalpel bezpieczny#11, skrzydełka mocujące

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 2**

**Pytanie do zadania 7** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w miejsce istniejących wymogów SWZ wg opisu

**Poz. 2** Zestaw do kaniulacji żył centralnych 4Fr/22,22Ga/8cm. W skład zestawu wchodzi: cewnik z powłoką antybakteryjną opartą na bazie chlorcheksydny i sulfiadazy srebro, prowadnica ze znacznikami, o średnicy 0,018"/45cm, na powierzchni znaczniki informujące o głębokości wprowadzenia, z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka prosta, prowadnica umieszczona w pochewce w kształcie koła, – osłona ułatwiająca wprowadzenie prowadnika jedną ręką; rozszerzadła, strzykawka luer slip 5ml, igła punkcyjna 21Ga/3,81cm, miękka kaniulacja punkcyjna 22Gx4,45cm na igle 25Ga, igła do kontroli ciśnienia, skrzydełka mocujące

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, podtrzymuje zapisy SWZ.

### Pytanie nr 3

**Pytanie do zadania 7** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w miejsce istniejących wymogów SWZ wg opisu

**Poz. 3** zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera – 2 światłowe 7Fr/14,18Ga/16cm, cewnik wykonany z poliuretanu z powłoką antybakteryjną (chlorheksydyna +sulfiazyna srebra), przewodnica z nitynolu, o średnicy 0,025”/45cm , na powierzchni znaczniki informujące o głębokości wprowadzenia, z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka prosta, przewodnica umieszczona w pochewce w kształcie koła, Arrow Advancer – osłona ułatwiająca wprowadzenie przewodnika jedną ręką; rozszerzadło, strzykawka luer slip 5ml Raulerson, igła do kontroli ciśnienia, igła punkcyjna 18Ga/6,35cm, skrzydełka mocujące,

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, podtrzymuje zapisy SWZ.

### Pytanie nr 4

**Pytanie do zadania 7** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w miejsce istniejących wymogów SWZ wg opisu

**Poz. 5** Zestaw do pediatrycznego znieczulenia zewnątrzoponowego Dull igła Tuohy i 18G Pajunk 5cm; FlexTip Plus cewnik 20G 90cm; SnapLock adapter; filt zewnątrzoponowy 0.22µ; 10ml niskooporowa strzykawka luer slip

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, podtrzymuje zapisy SWZ.

### Pytanie nr 5

**Pytanie do zadania 7** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w miejsce istniejących wymogów SWZ wg opisu

**Poz. 6** Zestaw do cewnikowania tętnic zakładany tradycyjną metodą Seldingera. W skład zestawu wchodzi: cewnik wykonany z poliamidu blokowego: 24Ga/5cm – do wyboru przez zamawiającego, z powłoką hydrofilną z niskoprofilowanymi skrzydełkami mocującymi i przedłużaczem z przesuwany zaciśnięciem, kaniula punkcyjna 24Ga/ 1,9mm na igle 26Ga , przewodnik 0,018” o obu prostych końcówkach posiadający oznakowanie wskazujące, kiedy końcówki przewodnika znajdują się w końcówce igły.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, podtrzymuje zapisy SWZ.

### Pytanie nr 6

**Pytanie do zadania 7** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w miejsce istniejących wymogów SWZ wg opisu

**Poz. 7** Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego: igła 17G 9.84cm TW z oznaczeniem co 1cm • FlexTip Plus cewnik 19G 90cm • SnapLock adapter • filtr płaski 0.22µ • 7ml LOR niskooporowa strzykawka luer slip

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, podtrzymuje zapisy SWZ.

### Pytanie nr 7

#### **Dotyczy Części 2 poz.1,2,3,4,5,6**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z nadrukiem rozmiaru, które posiadają poniższe rozmiary (fartuchy wzmocnione i bez wzmocnień):

L 130 +/- 2 cm

XXL 152 +/- 2 cm

XL-XL 165 +/- 3 cm ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe.

### Pytanie nr 8

#### **Dotyczy Części 2 poz.1,2,3,4,5,6**

Czy Zamawiający **dopuszcza** fartuchów z dodatkowymi dwiema ściereczkami do wytarcia rąk ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 9**

**Dotyczy Części 2 poz. 1,2,3**

Czy Zamawiający wymaga wzmocnienia w części przedniej zaczynającego się min. 15 cm poniżej wycięcia pod szyją, co pozwala na lepszą cyrkulację powietrza przedkładając się na wysoki komfort Operatora podczas długich zabiegów operacyjnych?

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wymaga** wzmocnienia w części przedniej zaczynającego się min. 15 cm poniżej wycięcia pod szyją ale dopuszcza.

**Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego**

*Dokument podpisany elektronicznie*

Opracowała: K. Kubiak  
Sporządzono w 1 egzemplarzu  
1 egz. strona internetowa prowadzonego postępowania /aa