

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: **Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego dla Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie oraz remont i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rzetni, nr postępowania AB.272.1.2024**

Wszyscy Wykonawcy

Do Zamawiającego wpłynęły od Wykonawcy pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605), Zamawiający niniejszym udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Zapytania do Zadania nr 1:

Pytanie nr 1 dot. Rotor barku – 2 szt.

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy kontrola wszystkich parametrów za pomocą pilota sterującego z blokadą przed przypadkową zmianą parametrów z obsługą intuicyjną z zastosowaniem ikon funkcyjnych oraz monitorowanie przebiegu ruchu, funkcji i programów terapii na wyraźnym, niedotykowym podświetlanym wyświetlaczu z regulacją kontrastu spełni wymagania Zamawiającego z pkt 15?

Odpowiedź: Tak, spełnia wymagania Zamawiającego.

Pytanie nr 2 dot. Rotor barku – 2 szt. I Szyna CPM – 1 szt.

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy szyna CPM – 1 szt. oraz Rotor barku – 2 szt. mają być wyposażone w kompatybilne ze sobą karty chip do zapisu indywidualnych danych terapii pacjenta, co poprawia ergonomię pracy znacznie ułatwiając i przyspieszając czas nastaw w wypadku wielu pacjentów

Odpowiedź: Tak..

Pytanie nr 3 dot. Szyna CPM – 1 szt.

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy szyna CPM ma być wyposażona w elektrostymulator do zsynchronizowanej z ruchem kończyny na szynie elektrostymulacji?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 4

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający umożliwi złożenie oferty częściowej w formie odrębnego pakietu, uwzględniającego Szynę CPM – 1 szt. oraz Rotor barku – 2 szt. ze względu na ich odrębność i specyfikę terapeutyczną?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Starosta Kępiński
/-/ Robert Kieruzal