

Kraków, dn. 15.02.2024r.

wg rozdzielnika

ODPOWIEDZI DO PYTAŃ

DLA

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
ogłoszonego zgodnie z postanowieniami ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
którego przedmiotem jest:

„Sukcesywna dostawa odczynników”

Zatwierdzono przez:

.....

I. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na następujące pytania:

PYTANIA I

1. Dotyczy § 6 ust. 1 wzoru umowy.

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary umownej do 3% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie kary umownej do wysokości 3%.

W związku z tym, § 6 ust. 1 załącznika nr 4 do SWZ – projekt umowy otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie towaru w wysokości 3% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień zwłoki w dostawie, z uwzględnieniem ust. 2.”

2. Dotyczy § 6 ust. 2 wzoru umowy.

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary umownej do 5% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie kary umownej do wysokości 8%.

W związku z tym, § 6 ust. 2 załącznika nr 4 do SWZ – projekt umowy otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 8% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru, w przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę tego towaru, jeżeli zwłoka będzie trwała dłużej niż 3 dni od dnia uzgodnionego jako dzień dostawy, jak też w przypadku wymiany towaru na pełnowartościowy, o którym mowa w §8 ust. 3.”

3. Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.

Zwracamy się z prośbą o możliwość dodania kolumny: numer katalogowy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga dodania kolumny „numer katalogowy” do załącznika nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.

4. Dotyczy Dział III pkt. 4 ppkt. 4.1.2 oraz § 1 ust. 6.2. wzoru umowy.

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od dostarczenia formularza zamówienia w przypadku, kiedy wykonawca poda numery katalogowe w załączniku nr 2 do SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.

5. Dotyczy pakietu nr 4

Czy Zamawiający wymaga, aby w okresie obowiązywania umowy Wykonawca zapewnił pełne wsparcie aplikacyjne i merytoryczne w zakresie prawidłowego użytkowania dostarczonych odczynników oraz w przypadku wątpliwości uzyskanych wyników oznaczeń przez min. 9 osób, posiadających certyfikat szkolenia wydany przez producenta systemu (certyfikaty dołączone do oferty)?

Uzasadnienie: Dostępność odpowiedniej ilości osób posiadających kompetencje oraz kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi certyfikatami gwarantuje Zamawiającemu otrzymanie najwyższej jakości wsparcia aplikacyjnego w przypadku pracy i wydania wyników badań na tak zaawansowanym

urządzeniu diagnostycznym jak spektrometr, który umożliwia znaczne skrócenie diagnostyki mikrobiologicznej, w tym niezwykle istotnej diagnostyki sepsy.

Ponadto, wsparcie aplikacyjno-szkoleniowe, o którym mowa powyżej, zostało uregulowane i opłacone przez fundację WOŚP w ramach wynegocjowanych warunków kontraktu, zawartego w konsekwencji 66 Konkursu Ofert, na okres pierwszych 12 miesięcy użytkowania przedmiotu kontraktu, a więc obowiązuje tylko do 10.2024, a przedmiotowe postępowanie przetargowe zostało rozpisane na okres 18 miesięcy od momentu podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

PYTANIA II

Dotyczy: Pakietu nr 3

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuszcza zaoferowanie podłoża z witaminą K o ogólnym przeznaczeniu do hodowli wymagających bakterii beztlenowych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu kompatybilności podłoży z aparatem VITEK oraz systemem Maldi MS Bruker?

Odpowiedź: Nie.

Odpowiedzi do pytań wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Otrzymują:

- ✓ strona internetowa prowadzonego postępowania
- ✓ a/a