



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Wrocław, dnia 22.02.2024 r.

## Uczestnicy postępowania

Dotyczy: PN 10/24 Dostawa sprzętu medyczno-diagnostycznego

- I. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (TJ Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

### Pytanie nr 1:

#### **Dot. poz. 1- defibrylator**

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy opisany defibrylator ma być wyposażony w zasilacz 230V- celem użytkowania wewnątrz szpitala czy w płytę ścienną z zasilanie 12V- celem użytkowania w karetce?

**Odpowiedź 1 - Zamawiający informuje, że defibrylator będzie pracował w budynku szpitalnym.**

### Pytanie nr 2:

#### **Wymagania ogólne dotyczące całego wyposażenia**

Pkt 15- w celu ujednoczenia zapisów zgodnie z wzorem umowy §9 ust. 13 prosimy o usunięcie w pkt 15 wymagań słowa „święteczne”.

**Odpowiedź pkt 15 - Wymagania ogólne OPZ - Zamawiający wykreśla słowo „święteczne” z - Załącznik nr 1\_Asortymentowo\_cenowy i OPZ z części Wymagania ogólne dotyczące całego wyposażenia.**

### Pytanie nr 3:

#### **Dot. §1 ust. 2 wzoru umowy**

Prosimy Zamawiającego u usunięcie „łóżka dla pacjentów” z treści umowy.

**Odpowiedź §1 ust. 2 - Zamawiający wykreśla słowo „łóżka dla pacjentów” z treści wzoru Umowy.**

### Pytanie nr 4:

#### **Dot. §9 ust. 8 wzoru umowy oraz wymagań ogólnych dotyczących całego wyposażenia**

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław  
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469  
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22  
Centrala tel.: 71 326 13 25  
[sekretariat@szpital.wroc.pl](mailto:sekretariat@szpital.wroc.pl)

[www.szpital.wroc.pl](http://www.szpital.wroc.pl)





**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

W związku z zapisem w ust 8 dotyczącym dostępności części zamiennych prosimy o ujednoczenie zapisu ust. 8 oraz pkt 17 ogólnych wymagań poprzez zmianę w pkt 17 na minimum 5 lat.

**Odpowiedź §9 ust. 8 - Zamawiający zmienia w Załączniku nr 1\_Asortymentowo\_cenowy i OPZ w części Wymagania ogólne dotyczące całego wyposażenia zapis z 10 lat na 5 lat.**

**Pytanie nr 5:**

**Dot. §9 ust. 10 wzoru umowy**

Wnosimy o zmianę okresu gwarancji na minimum 3 miesiące.

**Odpowiedź §9 ust. 10 - Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu dotyczącego okresu gwarancji w treści wzoru Umowy.**

**Pytanie nr 6:**

**Dot. §9 ust. 11 wzoru umowy**

Wnosimy o usunięcie ust 11, w związku z zapisem w ust. 9.

**Odpowiedź §9 ust. 11 - Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w §9 pkt 11 w treści wzoru Umowy.**

**Pytanie nr 7:**

**Dot. §9 ust. 12 wzoru umowy**

Wnosimy o wydłużenie terminu o którym mowa w ust 12 do 21 dni roboczych

**Odpowiedź §9 ust. 12 - Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w §9 pkt 12 w treści wzoru Umowy.**

**Pytanie nr 8:**

**Dot. wzoru umowy §9 ust. 15**

**Wnosimy o modyfikację w sposób następujący:**

*15. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż (max. 21 dni) ..... dni robocze, tj. od pn. – pt. (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) bez użycia części zamiennych lub z użyciem części zamiennych nie sprowadzanych z zagranicy, licząc od daty zgłoszenia awarii/usterki w siedzibie Zamawiającego. W przypadku sprowadzania części spoza Polski Wykonawca wykona naprawę max. do (max.30 dni) ..... roboczych, tj. od pn. -pt. (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) i max. do (30 dni) ..... roboczych), tj. od pn. – pt. (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE. Jeżeli usługi gwarancyjnej ze względów technicznych nie będzie można wykonać w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca na swój koszt i ryzyko odbierze, a po wykonanej usłudze dostarczy do siedziby Zamawiającego serwisowany sprzęt lub jego podzespół/moduł.*

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

***Odpowiedź §9 ust. 15 – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w §9 ust. 15 w treści wzoru Umowy.***

**Pytanie nr 9:**

**Dot. §9 ust. 24 wzoru umowy**

Prosimy o modyfikację w sposób następujący:

24. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej aktualizacji oprogramowania na wszystkie oferowane składowe urządzenia w okresie gwarancji- **jeżeli dotyczy.**

***Odpowiedź §9 ust. 24 – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w §9 ust. 24 w treści wzoru Umowy.***

**Pytanie nr 10:**

**Dot. §2 ust. 5 wzoru umowy**

*„5. Jeśli wygaśnięcie ważności dokumentów dopuszczających do obrotu poszczególne elementy*

*wymienione w „ Zestawienie parametrów technicznych ”, nastąpić miałyby w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu najpóźniej do czasu wygaśnięcia ważności tych dokumentów.”*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od powyższego zapisu? Zgodnie z obowiązującymi przepisami na mocy Art. 120 par 4 MDR, który jasno mówi o tym, że Certyfikaty Doc i/lub MDD mogą wygasnąć, podczas gdy urządzenia są nadal dostępne na rynku unijnym (jak np. w magazynie europejskiego dystrybutora), gdyż dotyczą partii towaru już wprowadzonej do obrotu. W związku z tym przedstawienie nowych certyfikatów nie odnosi się do partii wyprodukowanej i dostarczonej wcześniej do klienta. W związku z powyższym wymaganie dostarczania nowych certyfikatów w okresie trwania umowy do dostarczonych już produktów nie znajduje podstaw prawnych.

***Odpowiedź §2 ust. 5 – Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w §2 ust. 5 w treści wzoru Umowy i odstępuje od rzeczzonego zapisu.***

**Pytanie nr 11:**

**Dot. §9 ust. 9 wzoru umowy**

Prosimy Zamawiającego o modyfikację ust. 9 w sposób następujący:

9. ***W przypadku 3 - krotnej*** naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub podzespołu/modułu, Wykonawca obowiązany jest wymienić ten element (podzespół) na nowy, wolny od wad.

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław  
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469  
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22  
Centrala tel.: 71 326 13 25  
[sekretariat@szpital.wroc.pl](mailto:sekretariat@szpital.wroc.pl)

[www.szpital.wroc.pl](http://www.szpital.wroc.pl)





**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

***Odpowiedź §9 ust. 9 – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w 9 ust. 9 w treści wzoru Umowy.***

**Pytanie nr 12:**

**Dot. §9 ust. 14 wzoru umowy**

Prosimy Zamawiającego o modyfikację ust. 14 w sposób następujący:

**14. W celu wykonania naprawy gwarancyjnej sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do reakcji serwisu do „72 h w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu zgłoszenia awarii/usterki Wykonawcy.**

Przez „reakcję serwisu” Zamawiający rozumie działanie, rozpoczęcia diagnozy sprzętu/aparatury na drodze telefonicznego wywiadu technicznego, serwisu zdalnego lub wizyty osobistej pracownika działu serwisu Wykonawcy.

***Odpowiedź §9 ust. 14 – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w 9 ust. 14 w treści wzoru Umowy.***

**Pytanie nr 13:**

**Dot. wzoru umowy oraz wymagań ogólnych dotyczących całego wyposażenia**

Wnosimy o ujednoczenie zapisów poprzez zmianę pkt 9 wymagań na treść zapisu §9 ust. 14 umowy. W przypadku zgody na poprzednie pytanie czas reakcji wyniesie 72 h.

***Odpowiedź wzór umowy i wymagania ogólne – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w §9 ust. 14 w treści wzoru Umowy. W pkt. 9 w wymaganiach ogólnych zmienia zapis z 24h na 48h.***

**Pytanie nr 14:**

**Dot. §9 ust. 12 i 17 wzoru umowy**

Prosimy Zamawiającego o modyfikację ust. 12 i 17 poprzez dodanie do ich treści zapisu mówiącego o tym, iż ewentualnego usunięcia wad lub dokonania naprawy może dokonać jedynie autoryzowany serwis.

***Odpowiedź §9 ust. 12 i 17 – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w §9 ust. 12 i 17 w treści wzoru Umowy.***

**Pytanie nr 15:**

**Dot. §9 ust. 22 wzoru umowy**

Z uwagi na fakt, iż to Zamawiający jako użytkownik jest odpowiedzialny za sprzęt w związku z czym także w jego gestii jest terminowość wykonywanych przeglądów zwracamy się z prośbą o modyfikację §9 ust. 22 w sposób następujący:

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław  
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469  
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22  
Centrala tel.: 71 326 13 25  
[sekretariat@szpital.wroc.pl](mailto:sekretariat@szpital.wroc.pl)

[www.szpital.wroc.pl](http://www.szpital.wroc.pl)





**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

22. Przeglądów, o których mowa w ust. 21 Wykonawca zobowiązany jest dokonywać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 po uprzednim uzgodnieniu terminu z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego. Za dotrzymanie terminów dokonania obowiązkowych przeglądów odpowiada **Zamawiający**. Bieg terminów związanych z koniecznością dokonywania obowiązkowych przeglądów rozpoczyna się z dniem protokolarnego odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. Plan przeglądów dostarczonego sprzętu medycznego zostanie ustalony pomiędzy Stronami umowy w protokole odbioru przedmiotu umowy.

**Odpowiedź §9 ust. 22 – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w §9 ust. 22 w treści wzoru Umowy.**

**Pytanie nr 16:**

**Dot. §11 ust. 1 wzoru umowy**

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §11 ust. 1 w sposób następujący:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

a) **zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości brutto umowy odpowiednio za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 14 dni i 0,2 % wartości brutto umowy odpowiednio za każdy następny dzień zwłoki, przy czym w przypadku, gdyby wysokość kary była niższa niż 10 zł, to należna kara będzie wynosić 10zł.**

b) „za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym w wysokości **0,1% wartości brutto niezrealizowanej części umowy**, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 14 dni i **0,2 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy za każdy następny dzień zwłoki**, przy czym w przypadku, gdyby wysokość kary była niższa niż 10 zł, to należna kara będzie wynosić 10 zł. Jeżeli zwłoka będzie trwała dłużej niż 15 dni, to Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i zastosowania kary wynikającej z zapisu pkt 4 niniejszego paragrafu, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 45 dni od upływu ostatniego, piętnastego dnia zwłoki;

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1 % od wartości brutto reklamowanego sprzętu/aparaty, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 7 dni i 0,2 % wartości brutto reklamowanego, przy czym w przypadku, gdyby wysokość kary była niższa niż 10 zł, to należna kara będzie wynosić 10 zł.”

**Odpowiedź §11 ust. 1 – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w §11 ust. 1 w treści wzoru Umowy.**

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław  
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469  
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22  
Centrala tel.: 71 326 13 25  
[sekretariat@szpital.wroc.pl](mailto:sekretariat@szpital.wroc.pl)

[www.szpital.wroc.pl](http://www.szpital.wroc.pl)





**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

**Pytanie nr 17:**

**Dot. wymagań ogólnych dotyczących całego wyposażenia**

pkt 10 – prosimy o ujednoczenie pkt 10 wymagań ogólnych z §9 ust. 15 wzoru umowy  
**Odpowiedź pkt 10 - Wymagania ogólne OPZ – Zamawiający zmienia w części Wymagania ogólne OPZ zapis z 3 dni roboczych na 14 dni roboczych.**

**Pytanie nr 18:**

**Dot. ogólnych dotyczących całego wyposażenia**

pkt 11- prosimy o modyfikację w sposób następujący „Zapewnienie sprzętu zastępczego na czas naprawy gwarancyjnej przekraczającej **21 dni roboczych**”

**Odpowiedź pkt 11 - Wymagania ogólne OPZ – Zamawiający zmienia w części Wymagania ogólne OPZ zapis z „przekraczającej 14 dni robocze na na 21 dni roboczych.**

**Pytanie nr 19:**

**Dot. ogólnych dotyczących całego wyposażenia**

pkt 14- prosimy o modyfikację poprzez dodanie zwrotu „jeżeli przeglądy są wymagane przez producenta”

**Odpowiedź pkt 14 - Wymagania ogólne OPZ – Zamawiający dodaje w części Wymagania ogólne OPZ zapis „zgodnie z wymaganiami producenta”.**

**II. Zamawiający na podstawie Art.137 pkt 1 ustawy PZP zmienia treść zał. nr 4 do SWZ oraz OPZ – w załączeniu :**

- 1) Załącznik nr 1\_Asortymentowo\_cenowy i OPZ po zmianach 22.02.2024r.
- 2) PN 10\_24 Załącznik nr 4 Wzór Umowy - właściwa po zmianach z 22.02.2024r.

Sporządziła: Agnieszka Bolewska

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław  
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469  
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22  
Centrala tel.: 71 326 13 25  
[sekretariat@szpital.wroc.pl](mailto:sekretariat@szpital.wroc.pl)

[www.szpital.wroc.pl](http://www.szpital.wroc.pl)

