

**Samodzielny Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach**  
ul. Niechorska 27  
72 - 300 Gryfice

Pismo z dnia

Nasz znak

Data

SPZZOZ/60/2/20

Gryfice 2020-11-19

Sprawa dotyczy:

**Przetarg nieograniczony 60/20 na: Dostawa biometru optycznego, soczewek wewnątrzgałkowych oraz wiskoelastyków dla oddziału okulistycznego przy SPZZOZ w Gryficach**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przytacza pytania i udziela sprostowanych odpowiedzi. Zamawiający dokonuje sprostowania wyjaśnień nr 1 z dnia 19.11.2020r.str.4 na:

**Pytanie dot. Pakietu nr 1 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści soczewkę hydrofilną asferyczną, dostępną w dioptrze od -10,0 D do +10,0 D co 1 D, od +10,0 D do +30,0 D co 0,5 D, od +30,0 D do +42,0 D co 1 D, o długości soczewki 11,0 mm, pakowaną oddzielnie (kartridż i iniektor jednorazowy pakowane razem w oddzielnym opakowaniu), pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Tak**

**Pytanie dot. Pakietu nr 1 poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga soczewkę hydrofilną z powłoką hydrofobową?

**Odp. Dopuszcza**

**Pytanie dot. Pakietu nr 1 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 25G, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Tak**

**Pytanie dot. Pakietu nr 1 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 25G, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Tak**

**Pytanie dot. Pakietu nr 2**

Czy Zamawiający dopuści soczewkę hydrofobową, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Tak**

**Pytanie dot. Pakietu nr 2**





Czy Zamawiający wymaga soczewkę w systemie fully preloaded (soczewka wraz z kartridżem załadowana do iniektora)?

**Odp. Dopuszcza**

**Pytanie dot. Pakietu nr 6 - Tabeli parametrów technicznych poz. 12 i 13**

Zwracamy uwagę, że w poz. 12 Zamawiający wymaga trybu pomiaru krzywizny rogówki, jednak





brakuje w jakim zakresie?. Prosimy o wyjaśnienie, czy wymagany zakres tego parametru został podany w poz. 13?

**Odp.** Nie, im większy tym lepiej.

Pytanie dot. Pakietu nr 6 - Tabeli parametrów technicznych poz. 20 i 21

Zwracamy uwagę, że w poz. 20 Zamawiający wymaga integralnego oprogramowania umożliwiającego, jednak brakuje wymogu, co miałyby umożliwiać?. Prosimy o wyjaśnienie, czy oprogramowanie to ma umożliwiać czynności podane w poz. 21?

**Odp.** Kalkulację soczewek min. torycznych

Pytanie dot. Pakietu nr 6 - Tabeli parametrów technicznych poz. 23

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie parametru wymaganego w poz. 23?

**Odp.** Rozpoznanie oka

Pytanie dot. Pakietu nr 6 - Tabeli parametrów technicznych poz. 39

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„W okresie gwarancji przyjmowanie zgłoszeń o usterkach w formie telefonicznej, faksem lub pocztą elektroniczną (e-mail) oraz dokonanie koniecznych napraw, doprowadzających przedmiot umowy do pełnej sprawności – w terminie do 5 dni roboczych od chwili jej zgłoszenia bez konieczności użycia części oraz do 10 dni roboczych przy konieczności sprowadzenia części z zagranicy.” ?

**Odp.** Tak, na okres usterki aparat

Pytanie dot. Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykazywanie na fakturze osobnych pozycji i cen dla soczewek i jednorazowych systemów implantacyjnych, przy założeniu, iż suma cen częściowych za w/w elementy składowe, będzie równa cenie jednostkowej wykazanej we formularzu cenowym?

**Odp.** Tak

Z poważaniem

DYREKTOR  
SPZZOZ w Gryficach  
*Piotr Soltysinski*

