



Szp-241/ZP-018/ 570 /2024

Wrocław, dnia 30.07.2024 r.

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „**Dostawa aparatury medycznej dla Oddziału Neonatologicznego**”

Pytanie 1 poz. 2, 11, 12

Czy Zamawiający dopuści Lampę do fototerapii o wymiarach 52,2 cm x 20,6 cm x 9,3 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza lampę do fototerapii o powyższych wymiarach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2 poz. 7, 6, 5

Czy Zamawiający dopuści lampę o wadzę urządzenia (lampa bez statywu i akcesoriów) nie większej niż 2,5 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści lampy do fototerapii której temperatura barwowa obserwacyjnego światła białego wynosi 1500 lx?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

STARSZY SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych

inż. Monika Wojciechowska

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. H. M. Kamińskiego 73a, 51-124 Wrocław
Infolinia 45 95 95 454
Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl
NIP 8951645574, REGON 000977893
www.wssk.wroc.pl

Z-ca Dyrektora Biuro Zamówień Publicznych

mgr inż. Jacek Benczek

