




Znak: AE/ZP-27-26/24

Tarnów, 2024-04-24


**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 221.000 EURO) na dostawy: sprzętu medycznego jedno-i wielorazowego użytku.**

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'80 sztuk?
  2. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści tolerancję wymiarów +/- 10%?
  3. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 14.** Czy Zamawiający dopuści pas o wymiarach 135 cm x 3,2 cm?
  4. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 18.** Czy Zamawiający wymaga worka na wymiociny zawierającego dodatkowo saszetkę z absorbentem?
  5. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1 i 2.** Czy Zamawiający dopuści rozmiary łyżek:
    - Nr 2 – długość całkowita 105mm, szerokość 15-16 mm, długość wewnętrzna 82mm;
    - Nr 3 – długość całkowita 135mm, szerokość 15-16 mm, długość wewnętrzna 107mm;
    - Nr 4 – długość całkowita 155mm, szerokość 15-16 mm, długość wewnętrzna 127mm;
    - Nr 5 – długość całkowita 175mm, szerokość 15-16 mm, długość wewnętrzna 145mm?
  6. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1** Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający 4 łyżki w rozmiarach 1, 2, 3, 4?
  7. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz.: 1, 2, 3.** Czy Zamawiający dopuści możliwość wielokrotnej sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134°C przez 5 minut?
  8. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści diodę LED wkręcaną od zewnątrz rękojeści?
  9. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści montaż i demontaż światłowodu przy użyciu narzędzi?
  10. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz.: 4, 5.** Czy Zamawiający dopuści średnicę 29 mm?
  11. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści czujniki dla wcześniaków i noworodków o wadze < 3 kg?
  12. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 1.** W jakiej technologii mają być wykonane czujniki?
  13. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści czujniki dla dzieci o wadze 1-15 kg?
  14. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści czujniki dla dzieci o wadze 15-40 kg?
  15. **Dotyczy Pakietu Nr 12.** Czy Zamawiający dopuści powierzchnię filtrowania 1,5 cm<sup>2</sup>?
  16. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 2.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. lub 80 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
  17. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1-2.** Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
  18. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści niepodgrzewany układ oddechowy jednopacjentowy do respiratora Bellavista 1000, średnica rury 22 mm, długość 180 cm, proksymalny czujnik przepływu, proksymalny zawór wydechowy, 3 klipsy, sterylne?
- 
19. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wycenę żelu w opakowaniu 500ml?
  20. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści dren o wymiarach ramion 45x18 cm?
  21. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści dren w rozmiarach: CH8 lub CH10; CH12; CH14 lub CH16; CH18; CH20 lub CH22?



- 22. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'90 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?
- 23. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 6.** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
- 24. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 13.** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?
- 25. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 14.** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'5 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
- 26. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 18.** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'20 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
- 27. Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę o następujących właściwościach jak na zdjęciu:

- Typ wachlarzyk
- Miękkie zakończenia włosków zapobiegające przed zniszczeniem komórek
- Wykonana z polipropylenu (uchwyt) oraz LDPE (włosie)
- Daleki zasięg dzięki długiej rączce
- nie zawiera PVC
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- sterylizowana tlenkiem etylenu
- pakowanie: 1 sztuka/papier-folia




- 28. Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę o następujących właściwościach jak na zdjęciu:

- Typ prosty
- Miękkie zakończenia włosków zapobiegające przed zniszczeniem komórek
- Wykonana z polipropylenu (uchwyt), stali nierdzewnej (rdzeń) oraz nylonu (włosie)
- Daleki zasięg dzięki długiej rączce
- nie zawiera PVC
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- sterylizowana tlenkiem etylenu
- pakowanie: 1 sztuka/papier-folia




- 29. Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści wziernik o następujących wymiarach łyżek:




- 30. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści zestaw do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego jak na zdjęciu o właściwościach:

- Pojemnik na wydzielinę 25 ml (skalowany co 1 ml)
- W nakrętce pojemnika zintegrowane 2 dreny: jeden zakończony łącznikiem żeńskim (lejek), drugi zakończony łącznikiem męskim (stożek) z kontrolą siły ssania
- Kompatybilny ze wszystkimi cewnikami ssącymi między CH 4-20
- W zestawie dodatkowa nakrętka do zabezpieczenia pojemnika oraz naklejka identyfikująca
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Termin ważności: 5 lat
- Pakowanie: 1 sztuka / papier-folia



**31. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści zestaw do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego jak na zdjęciu o właściwościach:



- System służy do odsysania śluzu bez ryzyka infekcji;
- Pojemnik na wydzielinę z drenem;
- Z kontrolą siły odsysania i lejkiem;
- Jałowy, nie zawiera pirogenów;
- 40 ml;
- Skalowanie co 5 ml
- Posiada naklejkę z informacją o pacjencie

**32. Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści anoskop o długości 8,8cm i średnicy 23mm?

**33. Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra do żywienia pozajelitowego dla noworodków i małych dzieci, do emulsji tłuszczowych, membrana 1,2 mikrona – filtr bardzo mały, płaski, łatwy do mocowania, neonatologiczny z maksymalnym czasem stosowania do 24 godzin, filtr wyposażony w zacisk szczelinowy i samoodpowietrzacz (nie przepuszcza powietrza) oraz dwa dreny długości około 5 do 10 cm przed i za filtrem, objętość wypełnienia 0,4 do 0,6 ml a przepływ dla 20% emulsji lipidowej to około 10 ml/godzinę - membrana 1,2 mikrona zatrzymuje cząstki nieorganiczne i zanieczyszczenia mikrobiologiczne (np.: zarodniki grzybów), kolor obudowy NIEBIESKI - produkt sterylny, nie zawierający DEHP i lateksu? Pozostałe parametry zgodne z SWZ

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad. 1, 16,22**

Zamawiający nie musi dopuszczać wielkości oferowanych opakowań, bo to Wykonawca winien zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SWZ podać wielkość oferowanych opakowań. Zgodnie z zapisem w Załączniku Nr 1 do SWZ Zamawiający dopuszcza składanie ofert z niepełnymi opakowaniami, pod warunkiem, że Zamawiający będzie mógł zamawiać niepełne opakowania, w przypadku gdy Wykonawca nie sprzedaje niepełnych opakowań należy zaokrąglić zaoferowane ilości do pełnych opakowań w górę. W **Pakiecie Nr 6 poz. 2** w przypadku oferowania opakowań po 80 szt., należy zaoferować 3.375 takich opakowań, natomiast w przypadku oferowania opakowań po 75 sztuk należy zaoferować 3.600 takich opakowań, a w przypadku oferowania opakowań po 90 sztuk należy zaoferować 3.000 takich opakowań.

**Ad. 2**

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 6 poz. 5.**



**Ad. 3**

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 6 poz. 14.**

**Ad. 4**

Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 6 poz. 18** worka na wymiociny spełniającego wymagania SWZ; dopuszcza by był to worek zawierający dodatkowo saszetkę z absorbentem.

**Ad. 5**

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 7 poz. 1 i 2.**

**Ad. 6**

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 7 poz. 1.**

**Ad. 7**

Zamawiający podtrzymuje warunki sterylizacji określone w SWZ przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 7 poz.: 1, 2, 3.**

**Ad. 8**

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 7 poz. 3.**

**Ad. 9**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 3** laryngoskopu z światłowodem, którego montaż i demontaż odbywa się przy użyciu narzędzi,

**Ad. 10**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 4 i 5** rękojeści laryngoskopu o średnicy 29 mm.

**Ad. 11**

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 10 poz. 1.**

**Ad. 12**

Oferowane w **Pakiecie Nr 10 poz. 1** czujniki winny spełniać wymagania SWZ, w których Zamawiający nie określił w jakiej technologii mają być wykonane, co oznacza, że nie stawia w tym zakresie wymagań.

**Ad. 13**

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 10 poz. 2.**

**Ad. 14**

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 10 poz. 3.**

**Ad. 15**

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 12 poz. 1.**

**Ad. 17**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 6 poz. 1-2** do osobnego pakietu.

**Ad. 18**

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 3 poz. 2.**

**Ad. 19**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** żelu w opakowaniach po 500 ml, pod warunkiem zaoferowania 6 takich opakowań, a żel spełnia pozostałe wymagania SWZ.

**Ad. 20**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 1** drenów Kehr o wymiarach 45x18 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

**Ad. 21**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 1** drenów Kehr w rozmiarach: CH8 lub CH10; CH12; CH14 lub CH16; CH18; CH20 lub CH22, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.



**Ad. 23**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie 6 poz. 6** opakowań po 10 szt. W przypadku oferowania opakowań po 10 sztuk należy zaoferować 25 takich opakowań.

**Ad. 24**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie 6 poz. 13** opakowań po 10 szt. W przypadku oferowania opakowań po 10 sztuk należy zaoferować 1 takie opakowanie.

**Ad. 25**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie 6 poz. 14** opakowań po 5 szt. W przypadku oferowania opakowań po 5 sztuk należy zaoferować 5 takich opakowań.

**Ad. 26**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie 6 poz. 18** opakowań po 20 szt. W przypadku oferowania opakowań po 20 sztuk należy zaoferować 21 takich opakowań.

**Ad. 27**

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 9 poz. 1.**

**Ad. 28**

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 9 poz. 2.**

**Ad. 29**

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 9 poz. 4.**

**Ad. 30**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 11 poz. 1** zestawów do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego opisanych w pytaniu oraz pokazanych na zdjęciu załączonym do pytania.

**Ad. 31**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 11 poz. 1** zestawów do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego opisanych w pytaniu oraz pokazanych na zdjęciu załączonym do pytania.

**Ad. 32**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 13 poz. 1** anoskopu z tubusem o długości 8,8 cm i średnicy 23 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

**Ad. 33**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 12 poz. 1** opisanego w pytaniu filtra do żywienia pozajelitowego dla noworodków i małych dzieci.

*JK*

Otrzymują:  
Platforma Zamawiającego  
a/a

*[Signature]*  
Zastępca Dyrektora  
mgr Danuta Nosek

