



EZ.272.016.2024

Wrocław, dnia 18.07.2024r.

EZ/607/24

**Dotyczy:** odpowiedzi na pytania do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy aparatury medycznej w ramach zadania „Utworzenie Regionalnego Ośrodka Leczenia Zaburzeń Endokrynnych i Metabolicznych” (sygnatura sprawy: **EZ/470/EM/24**)

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym zgodnie z art. 135 i 137 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami i zmianami treści SWZ:

#### Pytanie 1

Dotyczy Zał. nr 3 do SWZ Karta parametrów Zad. 3 Endoskopy – AKCESORIA

„Prosimy o poprawienie oczywistej pomyłki pisarskiej w poz. 1.

Jest: „(...) śr. 20 otwartej pętli 10 mm. - 20 szt.”

Analogicznie do innych pozycji, nasuwa się prawidłowy, również logicznie uzasadniony zapis: „(...) śr. otwartej pętli 10 mm. - 20 szt.”

**Odpowiedź: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje treść SWZ, a mianowicie:**

1) Załącznik Nr 3 do SWZ „Karta parametrów” Zad. 3 Endoskopy - AKCESORIA poz. 1

**Było:** Jednorazowe pętla plecione, owalne, obrotowe, dł. 230 cm, śr. 20 otwartej pętli 10 mm. - 20 szt.

**Jest:** Jednorazowe pętla plecione, owalne, obrotowe, dł. 230 cm, śr. otwartej pętli 10 mm - 20 szt.

#### Pytanie 2

Dotyczy Zał. nr 3 do SWZ, Zadanie 4 Szafa endoskopowa

„Czy Zamawiający będzie wymagał aby dla utrzymania prawidłowej czystości powierzchni zewnętrznych jak i wewnętrznych szafy wykonana ona była z blachy nierdzewnej kwasoodpornej?”

**Odpowiedź: Zamawiający określił parametry w Zał. nr 3 do SWZ „Karta parametrów” Zad. 4 Szafa endoskopowa i ich nie zmienia.**

#### Pytanie 3

Dotyczy Zał. nr 3 do SWZ, Zadanie 4 Szafa endoskopowa

„Czy Zamawiający będzie wymagał aby szafa posiadała dwie niezależnie otwierane komory do przechowywania endoskopów?”

**Odpowiedź: Zamawiający określił parametry w Zał. nr 3 do SWZ „Karta parametrów” Zad. 4 Szafa endoskopowa i ich nie zmienia.**

#### Pytanie 4

Dotyczy Zał. nr 4 do SWZ Wzór umowy § 4 ust. 10

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu dostępności części zamiennych do 8 lat ?”

**Odpowiedź: : W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje treść SWZ, a mianowicie:**

2) Załącznik Nr 4 do SWZ “Wzór umowy ” § 4 ust. 10

**Było:** Wykonawca oświadcza, iż dostępność do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów i serwisu będzie nie krótsza niż 10 lat liczona od daty odbioru końcowego (dotyczy Zadania od 1 do 4).

Sporządziła: Elżbieta Borowik

Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław

e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl





# Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

**Jest: Wykonawca oświadcza, iż dostępność do części zamiennych będzie nie krótsza niż 8 lat liczona od daty odbioru końcowego, natomiast materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów i serwisu będzie nie krótsza niż 10 lat liczona od daty odbioru końcowego (dotyczy Zadania od 1 do 4).**

## **Pytanie 5**

Dotyczy Zał. nr 4 do SWZ Wzór umowy § 10 ust. 1a, 1d

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% do 0,2% ?”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

## **Pytanie 6**

Dotyczy Zał. nr 4 do SWZ Wzór umowy § 10 ust. 1c, 1d

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,2% do 0,1% ?”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

## **Pytanie 7**

Dotyczy Zał. nr 4 do SWZ Wzór umowy § 10 ust. 1e

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5% ?”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

## **Pytanie 8**

Dotyczy Zał. nr 4 do SWZ Wzór umowy § 10 ust. 1d

„Czy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych ?”

**Odpowiedź: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający wyjaśnia, iż w nawiązaniu do § 4 ust. 6 wzoru umowy, w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych.**

Ponadto Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej w oparciu o art. 135 i art. 137 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, dokonuje modyfikacji treści SWZ, a mianowicie w związku z pytaniami zadanymi do ww. postępowania **przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 01.08.2024r., miejsce i godziny pozostają bez zmian. Jednocześnie zmianie ulega termin związania ofertą do dnia 29.10.2024r.** Wobec powyższego zmianie ulega pkt. 1 Rozdziałów XIV, XVII, XVIII Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie zmiany ww. terminów.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

## **Załączniki:**

1. Zał. nr 3 Karta parametrów Zad. 3 Endoskopy – po modyfikacji
2. Zał. nr 4 Wzór umowy – po modyfikacji

Sporządziła: Elżbieta Borowik

Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny

im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław

e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



# DOLNY ŚLĄSK