



**Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu**

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pt. Dostawa sprzętu oraz wyposażenia laboratoryjnego do jednostek UWM w Olsztynie. Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) przedstawia wyjaśnienia dotyczące postawionych przez wykonawców pytań w ww. postępowaniu:

***Pytania do części 2:***

**Pytanie nr 1**

Czy użytkownik dopuści urządzenie ze sterownikiem, który nie posiada timera umożliwiającego opóźniony start?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższe rozwiązanie, jednakże konieczne jest, aby był timer, który będzie programował wyłączenie pieca na zadany mu czas.

***Pytania do części 3:***

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach:

- wewnętrzne komory (szer. x wys. x gł.) 1340 x 1510 x 680 mm
- wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.) 1460 x 1990 x 960 mm

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza powyższych wymiarów.

**Pytanie nr 2**

Czy dopuszcza się wymiary zewnętrzne 1460x1990x960 mm (szer x wys x głęb) i wymiary wewnętrzne komory 1340x1510x680 mm (szer x wys x głęb)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza powyższych wymiarów.



UNIWERSYTET  
WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

mgr inż.

**Bogusław Stec**

KANCLERZ

---

**Pytanie nr 3**

Producent dopuszcza możliwość zamontowania max 3 gniazdek sieciowych wewnątrz komory do 200W. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 3 gniazdek zamiast wymaganych 4?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie.

Łączę wyrazy szacunku

**KANCLERZ**

*mgr inż. Bogusław Stec*

(podpisano elektronicznie)

Sprawę prowadzi:

Paulina Gałązka

Tel. 89 524 52 39

e-mail: [paulina.galazka@uwm.edu.pl](mailto:paulina.galazka@uwm.edu.pl)

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn

tel. (89) 523 37 66, (89) 523 33 44      [kanclerz@uwm.edu.pl](mailto:kanclerz@uwm.edu.pl)

fax (89) 523 43 66

[www.uwm.edu.pl](http://www.uwm.edu.pl)