



Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kanclerz

Szczecin, dnia 06.02.2019 r.

DZP-73/2019/MK

[bip.pum.edu.pl](http://bip.pum.edu.pl)

### MODYFIKACJA SIWZ

***Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę wielodetekcyjnej modułowej platformy do pomiaru aktywności biochemicznej komórek dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”, nr postępowania: DZP-262-63/2018.***

Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wzoru umowy będącej załącznikiem do siwz w ten sposób że:

- modyfikuje opis przedmiotu zamówienia ten sposób, że dopuszcza zaoferowanie spektrofotometru z gniazdami USB bez wbudowanego gniazda na karty SD pod warunkiem, że zostanie ten sprzęt dostarczony wraz z pozostałymi elementami modułowej platformy;
- w Rozdziale VI ust. 1 i 2 siwz zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 22 lutego 2019 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian;
- W Rozdziale V ust. 17 zmienia datę związania ofertą do 22 kwietnia 2019 r.;
- w § 3 ust. 4 wydłuża czas na usunięcie awarii z 72 godzin na 14 dni w przypadku, kiedy do jej usunięcia konieczny będzie import części zamiennych spoza Polski;
- w § 3 ust. 6 wydłuża maksymalny czas usunięcia awarii, usterki lub wady u Zamawiającego z 14 na 30 dni od zawiadomienia o zaistniałej awarii, usterce lub wadzie, w przypadku, gdy zaistnieje konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy;
- w § 3 ust. 8 wydłuża termin na usunięcie przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady sprzętu z 14 dni, na 30 dni liczone od zawiadomienia o zaistniałej awarii, usterce lub wadzie.

W imieniu Zamawiającego:

KANCLERZ  
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  
w Szczecinie  
mgr inż. Krzysztof Goralski