

Tarnów, dnia 08.04.2020r.

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG.271.14 .KK.1585 /20

Dot. Przetarg nieograniczony – SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 05.03.2020r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 dot. Pak. 60

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rozwiązania równoważnego w postaci zastawek niskociśnieniowych (5cm H₂O) i średnociśnieniowych z zaworem antysyfonowym?

Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie 2 dot. Pak. 60

Prosimy o doprecyzowanie czy zbiornik dostarczony do zastawek powinien być zbiornikiem pompującym (wymuszającym przepływ w kierunku dystalnym), zbiornikiem przepływowym (nie wymuszającym przepływu) czy Zamawiający wymaga zaoferowania jednego i drugiego rozwiązania do wyboru przy zamówieniu?

Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie 3 dot. Pak 60

Prosimy o doprecyzowanie czy zaoferowane zawory antysyfonowe powinny mieć różne ciśnienia otwarcia (np. 20, 25 cm H₂O) tak by można było dobrać odpowiedni do wzrostu pacjenta?

Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 4 dot. Projektu Umowy

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odp. Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 5

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1, 5, 6:

1. W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia, którego opóźnienie dotyczy, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części zamówienia.

5. W przypadku wykonania prawa odstąpienia z przyczyn opisanych w ust. 2 Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto.

6. W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 3 umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto zamówienia, w ramach, którego dostarczono wadliwe produkty, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części zamówienia

Odp. Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Anna Czech