



Katowice 10.06.2024

## WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

### Dyrektor

dr n. med.  
Włodzimierz Dziubdziela

ul. Francuska 20-24  
40-027 Katowice

SEKRETARIAT  
tel.: (32) 259-16-50  
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl  
[www.spskm.katowice.pl](http://www.spskm.katowice.pl)

CENTRALA :  
Tel. (32) 259-12-00

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa odczynników do badań immunofenotypowych i innych Nr sprawy: ZP-24-048UN

**W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:**

**Pytanie 1** Dotyczy rozdział II. 4 punkt 1.2 SWZ – „Dokumenty składane razem z ofertą”  
W związku z tym, że Zamawiający wymaga dołączenia do oferty Powiadomienia/Zgłoszenia lub wpisu do RWM, ze względu na dużą ilość pozycji, prosimy o odstąpienie od konieczności dołączenia do oferty w zakresie pakietów 1-4 deklaracji zgodności CE/CE. Dołączenie do oferty powiadomienia/zgłoszenia lub wpisu jest potwierdzeniem, że oferowane produkty posiadają również deklaracje zgodności lub deklaracje zgodności i CE w zależności od klasy produktu. **Odpowiedź: Przedmiotowe środki dowodowe zgodnie z ustawą Pzp muszą być dostarczone razem z ofertą.**

**Pytanie 2** Dotyczy rozdział II.4 punkt 1.3 SWZ – „Dokumenty składane razem z ofertą”  
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od konieczności dostarczenia wraz z ofertą katalogów/broszur/ulotek/kart charakterystyki lub opisów technicznych w zakresie części nr 1-4 w zamian za wyrażenie zgody na udostępnienie stron producenta, z których użytkownik będzie mógł samodzielnie pobrać opisy produktów IVD w j. polskim i strony dla produktów nie IVD z której zamawiający będzie mógł samodzielnie w dowolnym czasie pobrać dokumentację w j. angielskim. W przypadku braku zgody na samodzielne pobranie wyszczególnionej dokumentacji ze strony producenta, prosimy o wyrażenie zgody na dostarczenie wymienionych dokumentów drogą mailową w terminie pierwszej dostawy oraz zgodę na dostarczenie katalogów dla produktów nie IVD w j. angielskim bez tłumaczeń na j. polski. **Odpowiedź: Przedmiotowe środki dowodowe zgodnie z ustawą Pzp muszą być dostarczone razem z ofertą. Zamawiający wyraża zgodę na dokumenty w języku angielskim.**

**Pytanie 3** Czy zamawiający potwierdza, że wymagany termin dostaw dotyczy dni roboczych, tj. rozumianych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt. **Odpowiedź: termin podany jest w dniach a nie w dniach roboczych - zgodnie z zapisem SWZ : Rozdział II ust. 9 pkt 18. Ilekroć w dokumentach zamówienia jest mowa o dniach należy je rozumieć jako dni kalendarzowe. Dni robocze to wszystkie dni oprócz dni wolnych od pracy i sobót.**

**Pytanie 4** Dotyczy §2 ust. 5 wzoru umowy Prosimy o usunięcie niniejszego zapisu z umowy, jako wykonawca zobowiązujemy się realizować umowę terminowo, z należytą starannością natomiast nie mamy wpływu na nieprzewidziane zdarzenia, które mogą się wydarzyć i wpłynąć na terminowość dostaw zwłaszcza w przypadku długoterminowych kontraktów (np. przerwanie/wstrzymanie łańcucha dostaw w wyniku epidemii, wojny, ogólnoswiatowego braku komponentów na rynku, klęsk itd.) **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wiadomym jest, że kary umowne naliczane są za zwłokę w dostawie a nie opóźnienie.**



**Pytanie 5** Dotyczy § 6 wzoru umowy Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie następującego zapisu do umowy: „Zamawiający przez odstąpieniem od umowy pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy”. **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 6** 6) Dotyczy §3 projektu umowy: Czy Zamawiający uzna za skuteczne dostarczenie faktury w formacie pdf za pośrednictwem poczty email? W przypadku zgody na powyższe, prosimy o uwzględnienie zapisu w umowie wraz ze wskazaniem adresu e-mail, na który należy przesać fakturę. **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza składanie ustrukturyzowanych faktur drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 09 listopada 2018r o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Wykonawcy uprawnieni są do składania faktur za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania na stronie: <https://efaktura.gov.pl>**

**Pytanie 7** Dotyczy §4 ust. 2 projektu umowy: Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmniejszenie wysokości kary umownej do 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy. **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary umownej.**

**Pytanie 8** Dotyczy §4 ust. 3 projektu umowy: Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmniejszenie łącznej maksymalnej wysokości kar do 20% wartości brutto umowy. **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary umownej.**

**Pytanie 9** Dotyczy §4 ust. 1 projektu umowy: Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmniejszenie wysokości kary umownej do 0,5% wartości netto niedostarczonego przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w realizacji. **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary umownej.**

**Pytanie 10** Pakiet nr 7 Dotyczy SWZ rozdział 4, punkt 1.2 Oferowane produkty w pakiecie 7, opisane w pozycjach 7-12 są wyrobami medycznymi, posiadającymi certyfikat CE. Prosimy o zmianę zapisu: pak.7 wymagane CE/IVD z wyłączeniem pozycji: 1, 2, 3, 4, 5, 6  
Na pak.7 wymagane CE z wyłączeniem pozycji: 1, 2, 3, 4, 5, 6 **Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu SWZ rozdział II ust. 4 pkt 1.2. na następujący: pak.7 wymagane CE z wyłączeniem pozycji: 1, 2, 3, 4, 5, 6**

**Pytanie 11** Dotyczy SWZ rozdział 9, punkt 3 W związku z tym, że ofertowane przez nas przedmioty są przeznaczone do stosowania przez użytkownika profesjonalnego, wnosimy o zgodę na dostarczenie wraz z ofertą, dokumentów w języku angielskim. **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przedmiotowych środków dowodowych w języku angielskim.**

**Pytanie 12** Dotyczy projektu umowy, § 4 punkt 1 Wnosimy o zmianę wysokości kary umownej z 2% na 0,5% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary umownej.**

**Pytanie 13** dotyczy: SWZ Rozdział II, pkt 6 Termin ważności, Projekt umowy §2 ust. 4  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymogu terminów ważności dla odczynników z pakietu nr 6 na następujące: - minimum 3 miesiące, licząc od dnia dostarczenia zamówienia częściowego do Zamawiającego, dla produktów z pozycji 1-4 pakietu nr 6 oraz - minimum 6 miesięcy, licząc od dnia dostarczenia zamówienia częściowego do Zamawiającego, dla produktów z pozycji 5 -13 oraz pozycja 16 pakietu nr 6? **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu ważności dostarczanego przedmiotu zamówienia na 3 miesiące dla pakietu nr 6 poz. 1-4. Zamawiający wyraża zgodę na minimalny termin ważności dostarczanego przedmiotu umowy do 6 miesięcy dla pakietu nr 6 poz. 5-13 i 16.**

**Pytanie 14** dotyczy: SWZ Rozdział II, pkt 7 Termin dostawy  
Czy Zamawiający dopuści termin dostawy produktów do 28 dni kalendarzowych od daty zamówienia? Mimo dłożenia wszelkich starań przez Wykonawcę termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu w stosunku do wymaganego w SWZ z uwagi na brak dostępności produktów w magazynie Producenta. **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy ponad termin podany w SWZ.**



**Pytanie 15** dotyczy: Projekt umowy §2 ust. 9b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę dostarczenia na własny koszt dostawcy, towaru wolnego od wad w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty zgłoszenia reklamacji?

Prośbę motywujemy faktem, że produkty sprowadzane są z zagranicznych magazynów producenta. W przypadku transportu produktów z siedziby producenta zlokalizowanej w Stanach Zjednoczonych, jest czas przewidziany na realizację dostawy zamówienia musi uwzględniać czas niezbędny na realizację procedur celnych. **Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapis umowy w następujący sposób: b) w przypadku dostarczenia przedmiotu zamówienia z wadami, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany go na wolny od wad w terminie nie dłuższym niż 15 dni od daty zgłoszenia reklamacji, na własny koszt.**

**Pytanie 16** dotyczy: Projekt umowy §4 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar zgodnie z poniższą treścią?

W przypadku niewykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania zwłoki w realizacji zamówienia lub braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie określonym w § 2 pkt 9b niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 1% wartości netto niedostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień zwłoki. **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar umownych.**

**Pytanie 17** dotyczy: Projekt umowy

W związku z tym, iż dostawy będą odbywać się sukcesywnie przez okres 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia o 1 m-c proponujemy zawrzeć w umowie następujący zapis:

„Zamawiający ma prawo realizować zamówienia u Wykonawcy w oparciu o wszelkie bieżące promocje, oferty specjalne, rabaty, o ile cena będzie niższa niż określona w formularzu cenowym i o ile powoła się na promocję, ofertę specjalną, rabaty w swoim zamówieniu. W przypadku realizacji takich zamówień, ceny promocyjne mają pierwszeństwo przed cenami z formularza – Arkusz asortymentowo- cenowy”.

Informacja o aktualnej promocji będzie przekazywana mailowo w momencie złożenia zamówienia. **Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 18** dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, pakiet nr 6 pozycja nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmodyfikowanie brzmienie wymogów dla produktu nr 6 na następujące:

„Panel genomy w technologii sekwencjonowania następnej generacji przeznaczony do jednoczesnego wykrywania wariantów pojedynczych nukleotydów (SNV) oraz zmian typu indel w obrębie nie mniej niż 11 genów związanych z rozwojem ostrej białaczki szpikowej (AML): ASXL1,CEBPA, DNMT3A, FLT3, IDH1, IDH2, JAK2, KIT, NPM1, RUNX1, TP53. Biblioteka kompatybilna z platformą MiSeq (Illumina). Minimalna ilość materiału genetycznego wymagana do zbadania 1 próby nie przekracza 10 ng DNA. Opakowanie na 8 oznaczeń?” **Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację brzmienia wymogów dla pakietu nr 6 poz. 6. Według wyżej wymienionych.**

**Pytanie 19** pakiet 1 Poz. 1. Czy mogą państwo podać ilość w pudełku jak i zapotrzebowanie w mikrogramach?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga opakowania po 100 testów.**

**Pytanie 20** pakiet 1 Poz3. W pakiecie chcą państwo klon :EA2-2E7, czy chodziło w tym wypadku o klon: 3A2-2E7 – **Odpowiedź: Zamawiający koryguje omyłkę i potwierdza, że chodzi o klon 3A2-2E7**

**Pytanie 21** pakiet 1 Poz6.Czy zaakceptują państwo produkt o statusie RUO, w opakowaniach po 100 testów? nr; kat: 335802 **Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga produktu z CE-IVD**

**Pytanie 22** pakiet 1 Poz. 16- Czy zaakceptują państwo podanie ilości w opakowaniu dla tej pozycji w testach a nie mikrogramach? **Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 23** pakiet 1 POZ 27- czy zamiast florochromu PE zgodzą się państwo na florochrom PE-C7 oraz na opakowanie 50 testowe zamiast 100 testowego? **N Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 24** pakiet 1 Poz 31- w pakiecie chcą państwo TRBC1 czy chodziło o TCR Cβ1 ? **Odpowiedź: Zamawiający koryguje omyłkę i potwierdza, że chodzi o TCR Cβ1**



**Pytanie 25** pakiet 1 Poz 37 czy zgodzą się państwo na opakowania po 100mikrogramów ? **Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 26** pakiet 1 Poz 44. Czy zgodzą się państwo na status RUO/GMP a nie RUO? Oraz rozmiar na 400 testów a nie 100 ? **Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę jednocześnie modyfikuje ilość z 600 na 800 testów.**

**Pytanie 27** pakiet 1 Poz 52. Ta pozycja ma podaną wielkość opakowania w mikrogramch, ale potrzebną ilość w testach. Czy mogę prosić o podanie ilości w mikrogramch? **Odpowiedź: Tak, 600 µg**

**Pytanie 28** pakiet 1 Poz 54 Czy zgodzą się Państwo na produkt ze statusem IVD a nie CE\_IVD? **Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 29** pakiet 1 Poz 87 i 106- czy zgodzą się Państwo na RUO GMP zamiast RUO? **Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 30** pakiet 1 Poz 111. O Ta pozycja ma podaną wielkość opakowania w mikrogramch, ale potrzebną ilość w testach. Czy mogę prosić o podanie ilości w mikrogramch? **Odpowiedź: Tak 100µg**

**Pytanie 31** pakiet 1 Poz 121 – Państwo proszą o opakowanie na 15 testów, a nasz produkt ma opakowanie na 2ml. dodatkow jest on IVD a nie CE-IVD. Czy zgodzą się Państwo na taki produkt **Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 32** pakiet 1 Poz 122- Czy ta pozycja może zawierać BD Trucount™ Tubes? **Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 33** pakiet 1 Poz 125 – Nasz produkt ma status RUO, czy to państwu odpowiada, dodatkowo występuje on w opakowaniach po 50 lub100 testów, Czy mogę prosić o doprecyzowanie potrzebnej ilości? **Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i podtrzymuje ilość sprecyzowaną w SWZ na 100 testów.**