



DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM CHOROÓB PŁUC
WE WROCŁAWIU
53-439 WROCŁAW UL. GRABISZYŃSKA 105



Telefon centrala: (71) 334-94-00, fax: (71) 362-13-06
NIP 894-24-56-112, REGON 000294295
strona internetowa: www.dcchp.pl
e-mail: dcchp@dcchp.pl

L.Dz. *DN 16.07.2019*

Wrocław, 13.05.2019 r.

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SIWZ - sprawa BZP.3810.21.2019.TP

Przedmiot zamówienia: Zakup- szafy do suszenia i przechowywania endoskopów-1sztuka.

Działając w imieniu Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). Zamawiający odpowiada na pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie 1 - parametry wymagane - załącznik nr 2 (poz.2)

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z 2018 roku ze względu na krótki termin realizacji?, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? Urządzenie posiada te same parametry co wyprodukowane w 2019 roku.

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 - parametry wymagane - załącznik nr 2 (poz. 48)

Prosimy o wyjaśnienie, czy nie nastąpiła przypadkiem omyłka ze strony Zamawiającego w formularzu parametrów wymaganych po zmianach gdzie został usunięty wcześniejszy zapis: Wymiary szafy (+/- 10 mm)?

Odp: Zamawiający poprawia omyłkę i przywraca zapis Wymiary szafy (+/- 10 mm) w poz. 48.

W związku z odpowiedziami na pytania do SIWZ, Zamawiający przesuwa termin składania ofert oraz wnoszenia wadium, poniżej nowy terminarz.

1. Składanie ofert elektronicznych na platformie <http://platformazakupowa.pl/pn/dcchp> do dnia **29.05.2019 roku do godziny 12:30**
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **29.05.2019r. r., o godzinie 13.00**
3. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych na Platformie Załączników (Ofert). <http://platformazakupowa.pl/pn/dcchp>

DYREKTOR CENTRUM

Andrzej Woźny