

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konstancynowie Łódzkim	ul. Sadowa 10, 95-050 Konstancynów Łódzki e-mail: sekretariat@spzoz.konstancynow.pl https://bip.konstancynow.pl/ https://platformazakupowa.pl/pn/konstancynow_lodzki
---	--

Nr referencyjny SPZOZ 1/2022

Konstancynów Łódzki, dn. 22.07.2022 r.

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie podstawowym bez negocjacji

pn. Dostawa aparatu rentgenowskiego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Konstancynowie Łódzkim

- I. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na wniosek¹ o wyjaśnienie treści SWZ:

Pytanie nr 1

Dotyczy: zestawienie parametrów technicznych granicznych/oceniających, część VIII. Możliwości rozbudowy o detektor cyfrowy

Prosimy o doprecyzowanie sposobu potwierdzenia możliwości rozbudowy, o którym mowa w tej części. Czy Zamawiający wymaga załączenia ważnej na dzień składania oferty, oferty na detektor, którego parametry będą oferowane wraz z materiałami producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje, że możliwość rozbudowy o detektor cyfrowy będzie potwierdzona złożeniem wraz z ofertą, oferty na detektor cyfrowy o parametrach potwierdzonych w materiałach producenta.

Pytanie nr 2

Dotyczy: zestawienie parametrów technicznych granicznych/oceniających, część VIII. Możliwości rozbudowy o detektor cyfrowy, pkt 63 „System odczytu sygnału z TFT po przedniej stronie warstwy scyntylacyjnej znacząco poprawiający ostrość obrazu i zmniejszający dawkę”

¹ Zachowano oryginalną pisownię pytań.

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim	ul. Sadowa 10, 95-050 Konstantynów Łódzki e-mail: sekretariat@spzoz.konstantynow.pl https://bip.konstantynow.pl/ https://platformazakupowa.pl/pn/konstantynow_lodzki
---	--

System odczytu jest jednym z kluczowych parametrów dla jakości obrazowania w mammografii.

Dlatego prosimy o zwiększenie liczby punktów możliwych do uzyskania za ten parametr.

63.	System odczytu sygnału z TFT po przedniej stronie warstwy scyntylicyjnej znacząco poprawiający ostrość obrazu i zmniejszający dawkę	Tak/Nie Nie: 0 pkt Tak: 20 pkt
-----	---	---

Odpowiedź:

Zamawiający nie zwiększy oceny punktowej parametru określonego w pkt. 63 dotyczącego systemu odczytu sygnału z TFT po przedniej stronie warstwy scyntylicyjnej.

Pytanie nr 3

Dotyczy: zestawienie parametrów technicznych granicznych/oceniających, część VIII. Możliwości rozbudowy o detektor cyfrowy, pkt 73 „Warstwa antybakteryjna na detektorze zgodna z normą ISO22196”

Warstwa antybakteryjna zapewnia dodatkową ochronę tak pacjentów jak i personelu. Istotny jest nie tylko fakt jej występowania na detektorze, ale również trwałość i jakość. To zapewnia nakładanie warstwy w powtarzalnych warunkach fabrycznych. Dlatego prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby warstwa na detektorze była nakładana fabrycznie i nie dopuszcza nanoszonych w późniejszym okresie.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje, że warstwa przeciwbakteryjna zgodna z normą ISO22196 na detektorze będzie nakładana fabrycznie a nie w terminie późniejszym.

Pytanie nr 4

Dotyczy: zestawienie parametrów technicznych granicznych/oceniających, część VIII. Możliwości rozbudowy o detektor cyfrowy, pkt 73 „Warstwa antybakteryjna na detektorze zgodna z normą ISO22196”

Warstwa antybakteryjna zapewnia dodatkową ochronę tak pacjentów jak i personelu. W dzisiejszych czasach staje się ona jednym z istotniejszych parametrów detektora, który niejednokrotnie ma

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konstancynie Łódzkim	ul. Sadowa 10, 95-050 Konstancynów Łódzki e-mail: sekretariat@spzoz.konstancynow.pl https://bip.konstancynow.pl/ https://platformazakupowa.pl/pn/konstancynow_lodzki
---	--

bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta. Dlatego prosimy o zwiększenie punktów przyznawanych za ten parametr. Uzupełniamy opis o proponowaną wcześniej pytaniem zmianę treści.

73.	Warstwa antybakteryjna na detektorze zgodna z normą ISO22196. Zamawiający wymaga, aby warstwa na detektorze była nakładana fabrycznie i nie dopuszcza nanoszonych w późniejszym okresie.	Tak/Nie Nie: 0 pkt Tak: 20 pkt
-----	---	---

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia 10 pkt. za parametr określony w pkt. 73 zestawienia wymaganych parametrów technicznych.

Pytanie nr 5

Dotyczy: zestawienie parametrów technicznych granicznych/oceniających, część VIII. Możliwości rozbudowy o detektor cyfrowy, pkt 75 „Wskaźnik naładowania baterii umieszczony w obudowie detektora”

Wskaźnik naładowania baterii umieszczony na obudowie detektora jest funkcją, która występuje jedynie w nielicznych rozwiązaniach. W celu zapewnienia szerokiego dostępu do postępowania prosimy o rezygnację z tego punktu. Funkcja nie jest krytyczna w codziennej pracy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści możliwość rozbudowy aparatu o detektor cyfrowy bez wskaźnika naładowania baterii na obudowie. W związku z tym Zamawiający rezygnuje z dokonywania oceny punktowej wskazanego parametru i dokonuje zmiany treści SWZ zgodnie z pkt II niniejszego pisma.

Pytanie nr 6

Dotyczy: zestawienie parametrów technicznych granicznych/oceniających, część VIII. Możliwości rozbudowy o detektor cyfrowy, pkt 76 „Detektor posiada funkcję wewnętrznej pamięci obrazów (min 100 zdjęć) umożliwiającą wykonanie zdjęcia na dowolnym aparacie RTG”

Funkcja wewnętrznej pamięci obrazów jest funkcją, która występuje jedynie w nielicznych rozwiązaniach. W celu zapewnienia szerokiego dostępu do postępowania prosimy o rezygnację z tego punktu. Funkcja nie jest krytyczna w codziennej pracy.

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konstancynie Łódzkim	ul. Sadowa 10, 95-050 Konstancynów Łódzki e-mail: sekretariat@spzoz.konstancynow.pl https://bip.konstancynow.pl/ https://platformazakupowa.pl/pn/konstancynow_lodzki
---	--

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści możliwość rozbudowy aparatu o detektor cyfrowy bez wewnętrznej pamięci obrazów. W związku z tym Zamawiający rezygnuje z dokonywania oceny punktowej wskazanego parametru i dokonuje zmiany treści SWZ zgodnie z pkt II niniejszego pisma.

Pytanie nr 7

Dotyczy: zestawienie parametrów technicznych granicznych/oceniających, część IX. Pozostałe wymagania, pkt 77 „W oferowanym aparacie RTG może być stosowany detektor PaxScan 4336Wv4 z oprogramowaniem Varex Smart bez konieczności dokonywania jakichkolwiek adaptacji przez Zamawiającego.”

W związku z tym, że w postępowaniu opisany jest aparat analogowy, prosimy o potwierdzenie, że opisane stosowanie posiadanego przez Zamawiającego detektora ogranicza się na tym etapie do fizycznej możliwości umieszczania go w szufladach aparatu.

Odpowiedź:

Zamawiający uzna, że warunek opisany w pkt. 77 zestawienia wymaganych parametrów technicznych został spełniony jeśli będzie możliwość umieszczenie detektora PaxScan 4336v4 w stole i w statywie do zdjęć odległościowych/płucnych, obrót detektora bez konieczności jego wyjmowania oraz rejestracja obrazu.

Pytanie nr 8

Dotyczy: zestawienie parametrów technicznych granicznych/oceniających, część IX. Pozostałe wymagania, pkt 81 „W okresie gwarancji Wykonawca zapewni nieodpłatnie:

(...) -maksymalny czas naprawy: 5 dni roboczych od zgłoszenia awarii, a w przypadku awarii wymagających napraw poza terytorium Polski lub sprowadzenia części zamiennych spoza terytorium Polski – w ciągu 14 dni roboczych od zgłoszenia awarii. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zastępczego elementu przedmiotu umowy. Zastępczy element przedmiotu umowy musi charakteryzować się takimi samymi parametrami jak element naprawiany.”

Zamawiający:	ul. Sadowa 10, 95-050 Konstancynów Łódzki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki	e-mail: sekretariat@spzoz.konstancynow.pl
Zdrowotnej w Konstancynowie	https://bip.konstancynow.pl/
Łódzkim	https://platformazakupowa.pl/pn/konstancynow_lodzki

W związku z tym, że opisany w postępowaniu aparat jest aparatem stacjonarnym i ewentualna wymiana go na aparat zastępczy byłaby długa i uciążliwa (wymagała by prac instalacyjnych w pracowni oraz ponownego przejścia całej procedury dopuszczania zastępczego aparatu) prosimy o rezygnację z wymogu dostarczenia aparatu zastępczego.

Odpowiedź:

Zamawiający uznaje argumentację zawartą w pytaniu i rezygnuje z wymogu zapewnienia aparatu zastępczego w przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych. Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ zgodnie z pkt II niniejszego pisma.

Pytanie nr 9

Dotyczy: SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA część, III. Termin wykonania zamówienia „Termin realizacji zamówienia: do 12 tygodni od dnia podpisania umowy.”

W związku z powszechnymi na rynku problemami z dostawą podzespołów do zaawansowanych urządzeń, prosimy o wydłużenie terminu realizacji do 20 tygodni.

Odpowiedź:

Zamawiający zaakceptuje wydłużenie terminu dostawy do 20 tygodni pod warunkiem, że wykonawca zobowiąże się do zapewnienia aparatu zastępczego, umożliwiającego wykonywanie zdjęć kostnych i płucnych w okresie od 12 do 20 tygodnia. Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ zgodnie z pkt II niniejszego pisma.

Pytanie nr 10:

Dotyczy: rozdział IX. Przedmiotowe środki dowodowe pkt. 2 ppkt. 2.2. SWZ

Czy Zamawiający dopuści złożenie dodatkowo oświadczenia producenta lub autoryzowanego przedstawiciela potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych niewyszczególnionych w materiałach informacyjnych ?

Uzasadnienie: Z uwagi na wyjątkową mnogość parametrów, jakimi cechują się urządzenia będące przedmiotem zamówienia naturalnym jest, że nie wszystkie parametry wyspecyfikowane w wymaganiach Zamawiającego znajdują się w dokumentach wymienionych w tym punkcie SWZ. Tak

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konstancynowie Łódzkim	ul. Sadowa 10, 95-050 Konstancynów Łódzki e-mail: sekretariat@spzoz.konstancynow.pl https://bip.konstancynow.pl/ https://platformazakupowa.pl/pn/konstancynow_lodzki
---	--

sformułowane wymaganie może uniemożliwić złożenie oferty nie z powodu braku spełnienia wymagań technicznych, ale przez fakt braku wyszczególnienia parametrów technicznych w katalogach firmowych, ulotkach, materiałach informacyjnych lub dokumentacji technicznej producenta itp. oferowanego sprzętu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści dodatkowe oświadczenie producenta lub autoryzowanego przedstawiciela. Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ zgodnie z pkt II niniejszego pisma.

Pytanie nr 11:

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy z Wykonawcą w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 78 Kodeksu Cywilnego? Lub też złożenie podpisu chociaż przez jedną ze stron podpisem kwalifikowanym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza złożenie podpisu na umowie przez jedną ze Stron kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 78 Kodeksu Cywilnego.

Pytanie nr 12:

Dotyczy formularza ofertowego – zał. nr 1 do SWZ pkt. 1

Czy Zamawiający może wyjaśnić, w jaki sposób Wykonawcy powinni poprawnie wpisać stawkę VAT %, jeżeli przedmiot zamówienia objęty jest dwiema różnymi stawkami podatku VAT tj. 8% i 23% - zgodnie z obowiązującymi Wykonawcę przepisami prawa podatku VAT?

Czy wpisanie stawek „8% i 23%” będzie wystarczające?

Odpowiedź:

Wobec możliwości wystąpienia dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia różnych stawek podatku VAT Zamawiający rezygnuje z wymogu podawania stawki podatku VAT w % w Formularzu oferty. Wystarczającym będzie podanie ceny całkowitej brutto oferty uwzględniającej wartość podatku VAT bez konieczności podawania stawki/stawek podatku VAT w %.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ zgodnie z pkt II niniejszego

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konstancynowie Łódzkim	ul. Sadowa 10, 95-050 Konstancynów Łódzki e-mail: sekretariat@spzoz.konstancynow.pl https://bip.konstancynow.pl/ https://platformazakupowa.pl/pn/konstancynow_lodzki
---	--

pisma.

Pytanie nr 13:

Dotyczy § 10 ust. 2 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie maksymalna wysokość kar do 30% które nie mogą przekroczyć wartości przedmiotu umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyrazi zgody na zmniejszenie wysokości kar do 30% wartości przedmiotu umowy.

Pytanie nr 14:

Dotyczy § 9 ust. 11 wzoru umowy

W związku z tym, że opisany w postępowaniu aparat jest aparatem stacjonarnym i ewentualna wymiana go na aparat zastępczy byłaby długa i uciążliwa (wymagała by prac instalacyjnych w pracowni oraz ponownego przejścia całej procedury dopuszczania zastępczego aparatu) prosimy o wykreślenie tego punktu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie ze wzoru umowy & 9 ust. 11.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ zgodnie z pkt II niniejszego pisma.

Pytanie nr 15:

Rozdz. II Generator, Pkt 12 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat rtg, który posiada 400 programów anatomicznych? Pragniemy zauważyć, iż jest to wystarczająca ilość programów anatomicznych zapewniająca wykonanie pełnego zakresu ekspozycji całego ciała.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści aparat, który posiada 400 programów anatomicznych.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ zgodnie z pkt II niniejszego pisma.

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim	ul. Sadowa 10, 95-050 Konstantynów Łódzki e-mail: sekretariat@spzoz.konstantynow.pl https://bip.konstantynow.pl/ https://platformazakupowa.pl/pn/konstantynow_lodzki
---	--

Pytanie nr 16:

Rozdz. IV Mocowanie lampy rtg, Pkt 26 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat rtg, który posiada zakres ruchu wzdłużnego 121 cm lampy RTG? Pragniemy zauważyć, iż zakres ten w zupełności wystarczy, gdyż Zamawiający wymaga dodatkowo, aby zakres blatu stołu wynosił min 100 cm co sumarycznie zapewni diagnostykę całego ciała pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści do postępowania aparat z zakresem 121 cm ruchu wzdłużnego lampy RTG.

Pytanie nr 17:

Rozdz. IV Mocowanie lampy rtg, Pkt 27 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat rtg, który posiada zakres ruchu poprzecznego (teleskopowego) 14 cm lampy RTG? Pragniemy zapewnić, iż mniejszy zakres ruchu teleskopowego, który wymaga Zamawiający nie będzie miał wpływu na wykonanie badania, ponieważ wykorzystywany jest w oferowanym przez nas aparacie rtg poprzeczny ruch blatu stołu rtg, co zapewnia wykonanie badania bez przemieszczania pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści do postępowania aparat z zakresem ruchu poprzecznego lampy RTG wynoszącym 14 cm.

Pytanie 18

Rozdz. IV Mocowanie lampy rtg, Pkt 30 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat rtg, który posiada zakres ruchu lampy RTG względem osi pionowej +/- 90°? Pragniemy zauważyć, iż jest to standardowy zakres stosowany w większości dostępnych na rynku aparatów rtg.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści do postępowania aparat z zakresem ruchu lampy RTG względem osi pionowej +/- 90°.

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim	ul. Sadowa 10, 95-050 Konstantynów Łódzki e-mail: sekretariat@spzoz.konstantynow.pl https://bip.konstantynow.pl/ https://platformazakupowa.pl/pn/konstantynow_lodzki
---	--

Pytanie nr 19:

Rozdz. IV Mocowanie lampy rtg, Pkt 31 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat rtg, który posiada zakres ruchu lampy RTG względem osi poziomej +/- 110°? Pragniemy zauważyć, iż jest to niewielka różnica w stosunku do wymogu Zamawiającego i nie wpłynie na jakość oraz zakres wykonywanych badań.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści do postępowania aparat z zakresem ruchu lampy RTG względem osi poziomej +/- 110°.

Pytanie nr 20:

Rozdz. VI Stół, Pkt 38 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat rtg, który posiada wymiary płyty stołu 220 x 79,8 cm? Pragniemy zauważyć, iż jest to praktycznie niezauważalna różnica, bo jedyne 0,2 cm i nie wpłynie w żadnym stopniu na wykonywanie badań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści do postępowania aparat z płytą stołu o wymiarach 220x79,8 cm.
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ zgodnie z pkt II niniejszego pisma.

Pytanie nr 21:

Rozdz. VI Stół, Pkt 42 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat rtg, który posiada zakres ruch poprzecznego 24 cm? Pragniemy zauważyć, iż jest to praktycznie niezauważalna różnica, bo jedyne 1 cm i nie wpłynie w żadnym stopniu na wykonywanie badań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści do postępowania aparat z zakresem ruchu poprzecznego stołu wynoszącym 24 cm. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ zgodnie z pkt II niniejszego pisma.

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konstancynie Łódzkim	ul. Sadowa 10, 95-050 Konstancynów Łódzki e-mail: sekretariat@spzoz.konstancynow.pl https://bip.konstancynow.pl/ https://platformazakupowa.pl/pn/konstancynow_lodzki
---	--

Pytanie nr 22:

Rozdz. VI Stół, Pkt 48 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat rtg bez obrotowej szuflady z uchwytem na detektor umożliwiającą jego obrót bez konieczności wyjmowania? Pragniemy zauważyć, iż rozwiązania bez ruchomej szuflady są trwalsze oraz nie utrudniają pracy techników. Dodatkowo zapis ten wskazuje na konkretnych producentów, co ogranicza zasadę uczciwej konkurencji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści do postępowania aparat bez obrotowej szuflady na detektor umożliwiającą obrót detektora bez jego wyjmowania.

Pytanie nr 23:

Rozdz. VI Stół, Pkt 50 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat rtg, w którym blat stołu posiada ramki na bokach umożliwiające łatwe mocowanie np. uchwytów dla pacjenta? Pragniemy zauważyć, iż ramka na bokach w żaden sposób nie utrudnia dezynfekcji blatu i stosowana jest w większości aparatów rtg oferowanych na rynku. Ułatwia ona pacjentom podtrzymanie się i bezpieczne ułożenie na blacie. Dzięki ramce po bokach blatu można umocować uchwyty, dzięki którym pacjent czuje się pewniej oraz bezpieczniej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści do postępowania aparat z ramkami na bokach blatu stołu.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ zgodnie z pkt II niniejszego pisma.

Pytanie nr 24:

Rozdz. VII Statyw do zdjęć odległościowych/płucnych, Pkt. 5 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat rt, w którym minimalna odległość środka panelu od podłoża wynosi 38 cm? Pragniemy zauważyć, iż z dostępnych na rynku światowych producentów aparatów rtg dostępnych na rynku odległość środka promienia centralnego kształtuje się między 32 cm – 40 cm

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim	ul. Sadowa 10, 95-050 Konstantynów Łódzki e-mail: sekretariat@spzoz.konstantynow.pl https://bip.konstantynow.pl/ https://platformazakupowa.pl/pn/konstantynow_lodzki
---	--

więc jest to znikoma różnica w stosunku do wymagań Zamawiającego i nie wpływa na jakość wykonywania zdjęć rtg.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści do postępowania aparat, w którym minimalna odległość środka panelu od podłoża wynosi 38 cm.

Pytanie nr 25:

Rozdz. VII Statyw do zdjęć odległościowych/płucnych, Pkt 57 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat rtg bez obrotowej szuflady z uchwytem na detektor umożliwiającą jego obrót bez konieczności wyjmowania? Pragniemy zauważyć, iż rozwiązania bez ruchomej szuflady są trwalsze oraz nie utrudniają pracy techników. Dodatkowo zapis ten wskazuje na konkretnych producentów, co ogranicza zasady uczciwej konkurencji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści do postępowania aparat bez obrotowej szuflady w statywie.

Pytanie nr 26:

Rozdz. VIII Możliwość rozbudowy o detektor cyfrowy, Pkt 65 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat rtg, w którym rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli wynosi 5,7 mln? Pragniemy zauważyć, iż jest to praktycznie nie zauważalna różnica i nie wpłynie w żadnym stopniu na jakość uzyskiwanego obrazu rtg.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści do postępowania aparat z możliwością rozbudowy o detektor z rozdzielczością 5,7 mln pikseli.

Pytanie nr 27:

Rozdz. VIII Możliwość rozbudowy o detektor cyfrowy, Pkt 66 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat rtg, w którym rozmiar piksela wynosi 160 μm ? Pragniemy zauważyć,

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim	ul. Sadowa 10, 95-050 Konstantynów Łódzki e-mail: sekretariat@spzoz.konstantynow.pl https://bip.konstantynow.pl/ https://platformazakupowa.pl/pn/konstantynow_lodzki
---	--

iż jest to praktycznie nie zauważalna różnica i nie wpłynie w żadnym stopniu na jakość uzyskiwanego obrazu rtg.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści do postępowania aparat z możliwością rozbudowy o detektor, w którym rozmiar piksela wynosi 160 µm.

Pytanie nr 28:

Rozdz. VIII Możliwość rozbudowy o detektor cyfrowy, Pkt. 69 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat rtg, w którym rozdzielczość detektora wynosi 3.0 lp/mm? Pragniemy zauważyć, iż jest to praktycznie nie zauważalna różnica i nie wpłynie w żadnym stopniu na jakość uzyskiwanego obrazu rtg.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści do postępowania aparat z możliwością rozbudowy o detektor, w którym rozdzielczość wynosi 3,0 lp/mm.

Pytanie nr 29:

Rozdz. VIII Możliwość rozbudowy o detektor cyfrowy, Pkt 71 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat rtg, w którym czas do pojawienia się obrazu na konsoli wynosi 6s? Pragniemy zauważyć, iż jest to praktycznie nie zauważalna różnica, bo jedynie 2 sekundy i nie wpłynie w żadnym stopniu na jakość uzyskiwanego obrazu rtg.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści do postępowania aparat, w którym czas do pojawienia się obrazu na konsoli wynosi 6s

Pytanie nr 30:

Rozdz. VIII Możliwość rozbudowy o detektor cyfrowy, Pkt 72 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat rtg, w którym klasa wodoodporności detektora wynosi IP43?

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim	ul. Sadowa 10, 95-050 Konstantynów Łódzki e-mail: sekretariat@spzoz.konstantynow.pl https://bip.konstantynow.pl/ https://platformazakupowa.pl/pn/konstantynow_lodzki
---	--

Pragniemy zauważyć, iż na producenci na rynku detektorów cyfrowych określają normy klasy wodoodporności według swoich opatentowanych technologii.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści do postępowania aparat z możliwością rozbudowy o detektor o klasie wodoodporności IP43.

Pytanie nr 31:

Rozdz. VIII Możliwość rozbudowy o detektor cyfrowy, Pkt 74 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat rtg, w którym akumulator nie jest ładowany z detektorem w Bucky? Pragniemy zauważyć, iż detektor podłączony na stałe w stole skraca żywotność baterii. Po dłuższym okresie czasu, odpięty detektor, np. w celu wykonania zdjęcia poza stołem, nie podtrzyma zasilania wystarczająco długo. Spowoduje to konieczność wymiany baterii detektora w krótkich odstępach czasu. Uważamy, że lepszym rozwiązaniem jest ładowanie baterii na stacji ładującej i wymiana baterii w detektorze po rozładowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści do postępowania aparat z możliwością rozbudowy o detektor, w którym akumulator nie jest ładowany z detektorem w Bucky.

Pytanie nr 32:

Prosimy o potwierdzenie, że przygotowanie pomieszczeń i instalacji zgodnie z wymogami producenta i przepisami prawa jest po jego Zamawiającego.

Odpowiedź:

Przygotowanie pomieszczeń i instalacji zgodnie z wymogami producenta jest po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 33:

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie wnosimy i wskazanie zakresu

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim	ul. Sadowa 10, 95-050 Konstantynów Łódzki e-mail: sekretariat@spzoz.konstantynow.pl https://bip.konstantynow.pl/ https://platformazakupowa.pl/pn/konstantynow_lodzki
---	--

niezbędnych pra coraz o podanie terminu wizji lokalnej.

Odpowiedź:

Przygotowanie pomieszczeń i instalacji zgodnie z wymogami producenta jest po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 34:

Z uwagi na specyfikę wymaganego aparatu RTG, brak informacji dotyczących ewentualnego zakresu niezbędnych pra coraz o braku terminu wizji lokalnej zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 02.08.2022 r.

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt II niniejszego pisma Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 27.07.2022 r. do godz. 12:00.

Pytanie nr 35:

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 19 wnosimy o wydłużenie terminu realizacji do 20 tygodni.

Odpowiedź:

Zamawiający zaakceptuje wydłużenie terminu dostawy do 20 tygodni pod warunkiem, że wykonawca zobowiąże się do zapewnienia aparatu zastępczego, umożliwiającego wykonywanie zdjęć kostnych i płucnych w okresie od 12 do 20 tygodnia. Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ zgodnie z pkt II niniejszego pisma.

Pytanie nr 36:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni wykonawcy poniższe dokumenty:

a) dokument zawierający:

- przewidywany termin rozpoczęcia działalności wskazanej we wniosku, a jeżeli działalność ma być prowadzona na czas oznaczony – także okres prowadzenia tej działalności,

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konstancynowie Łódzkim	ul. Sadowa 10, 95-050 Konstancynów Łódzki e-mail: sekretariat@spzoz.konstancynow.pl https://bip.konstancynow.pl/ https://platformazakupowa.pl/pn/konstancynow_lodzki
---	--

- ocenę narażenia pracowników oraz osób z ogółu ludności związanego z działalnością wskazaną we wniosku i wynikające z tej oceny proponowane ograniczniki dawek (limity użytkowe dawek) dla pracowników i osób z ogółu ludności,
 - określenie komórki jednostki organizacyjnej, która będzie bezpośrednio prowadzić działalność objętą zezwoleniem,
 - określenie rodzaju i zakresu prowadzonej kontroli narażenia pracowników na promieniowanie jonizujące oraz kontroli środowiska pracy i otoczenia jednostki organizacyjnej wraz z informacją na temat posiadanego sprzętu dozymetrycznego i jego wzorcowania,
 - opinię inspektora ochrony radiologicznej na temat badania i sprawdzania urządzeń ochronnych i przyrządów dozymetrycznych,
 - b) program zapewnienia jakości
 - c) informacje o uprawnieniach osób zatrudnionych na stanowisku mającym istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz uprawnieniach inspektora ochrony radiologicznej;
 - d) program szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;
 - e) opis systemu rejestracji i analizy wystąpienia narażenia przypadkowego;
- Brak przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy kompletu w/w dokumentacji uniemożliwi Wykonawcy skompletowanie dokumentacji służącej do odbioru urządzenia przez instytucje zewnętrzne.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumenty związane z funkcjonowaniem Gabinetu RTG wymagane do odbioru aparatu przez instytucje zewnętrzne.

Pytanie nr 37:

Prosimy o potwierdzenie, że czas oczekiwania na decyzje instytucji zewnętrznych, od momentu złożenia koniecznych dokumentów do momentu wydania decyzji (opinia nt. projektu osłon stałych, wydanie zezwolenia na użytkowanie aparatu), nie będzie wliczał się do czasu realizacji umowy, tj. 12 tygodni. Wykonawca nie ma wpływu na czas w jakim instytucje organów samorządowych

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim	ul. Sadowa 10, 95-050 Konstantynów Łódzki e-mail: sekretariat@spzoz.konstantynow.pl https://bip.konstantynow.pl/ https://platformazakupowa.pl/pn/konstantynow_lodzki
---	--

i państwowych procedurą złożone wnioski i nie może być obciążany ryzykiem wynikającym z nieswoich działań lub zaniechań.

Odpowiedź:

Zgodnie z Rozdziałem IX pkt 78 Załącznika nr 2 do SWZ przygotowanie projektu osłon stałych i uzyskanie jego akceptacji przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego jest po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 38:

Czy Zamawiający zapewni linię zasilającą, kończącą się w pomieszczeniu tomografu i nieobciążoną innymi odbiorami, umożliwiającą podłączenie aparatu o mocy przyłączeniowej 24kVA oraz krótkoczasowym poborze mocy do 94 kVA?

Odpowiedź:

Zamówienie nie dotyczy tomografu komputerowego.

Pytanie nr 39:

Czy Zamawiający zapewni linię zasilającą, kończącą się w pomieszczeniu tomografu i nieobciążoną innymi odbiorami, zapewniającą impedancję linii [L-L] przy generatorze tomografu nie większą niż 200 mΩ?

Odpowiedź:

Zamówienie nie dotyczy tomografu komputerowego.

Pytanie nr 40:

Czy Zamawiający zapewni w pomieszczeniach pracowni sprawną wentylację spełniającą wymogi przepisów prawa, wraz z aktualnym protokołem skuteczności pomiarów wentylacji?

Odpowiedź:

Zamawiający zapewni wentylację spełniającą wymogi przepisów.

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konstancynowie Łódzkim	ul. Sadowa 10, 95-050 Konstancynów Łódzki e-mail: sekretariat@spzoz.konstancynow.pl https://bip.konstancynow.pl/ https://platformazakupowa.pl/pn/konstancynow_lodzki
---	--

Pytanie nr 41:

Czy Zamawiający posiada aktualny projekt osłon stałych? Jeśli tak to prosimy o jego udostępnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada aktualny, zatwierdzony przez WIS projekt osłon stałych. Projekt jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie nr 42:

Czy Zamawiający posiada w pracowni oświetlenie spełniające obowiązujące wymogi prawne? Czy Zamawiający posiada protokół potwierdzający spełnienie tych wymogów?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada oświetlenie spełniające wymogi.

Pytanie nr 43:

Czy Zamawiający posiada w pracowni kaloryfery spełniające obowiązujące wymogi prawne tj. higieniczne, potwierdzone certyfikatami?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada pozytywną opinię WIS dotyczącą Gabinetu RTG.

Pytanie nr 44:

Prosimy o podanie typu i nośności stropu w miejscu planowanej instalacji aparatu RTG.

Odpowiedź:

Gabinet RTG znajduje się na poziomie "0".

Pytanie nr 45:

Zamawiający wymaga, w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zastępczego elementu przedmiotu umowy. Zastępczy element przedmiotu umowy musi charakteryzować się takimi samymi parametrami jak element naprawiany.

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konstancynowie Łódzkim	ul. Sadowa 10, 95-050 Konstancynów Łódzki e-mail: sekretariat@spzoz.konstancynow.pl https://bip.konstancynow.pl/ https://platformazakupowa.pl/pn/konstancynow_lodzki
---	--

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymogu zapewnienia aparatu zastępczego w przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych. Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ zgodnie z pkt II niniejszego pisma.

Pytanie nr 46:

§9 ust. 7 umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie: „z uwzględnieniem wyłączeń wymienionych w §9 ust. 8 umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w §9 ust. 7 umowy stwierdzenia „z uwzględnieniem wyłączeń wymienionych w §9 ust. 8 umowy”. Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ zgodnie z pkt II niniejszego pisma.

Pytanie nr 47:

§9 ust. 9 umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę godzin na 8.00 – 16.00?

Odpowiedź:

Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę godzin na 8:00 - 16:00. Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ zgodnie z pkt II niniejszego pisma.

Pytanie nr 48:

Pkt 81 załącznika nr 2 oraz §9 ust. 11 umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu zapewnienia zastępczego elementu umowy? W przypadku stacjonarnych aparatów RTG każdorazowe wstawienie nowego elementu urządzenia wiąże się z koniecznością demontażu aparatu w którym nastąpiła awaria, nowego obliczania osłon, wykonywania testów akceptacyjnych oraz dokonania nowego zgłoszenia i odbioru przez sanepid co w rezultacie może trwać ponad 2-3 tygodnie, natomiast wykonanie naprawy jest możliwe w znacznie krótszym czasie.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymogu zapewnienia aparatu zastępczego w przypadku naprawy

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim	ul. Sadowa 10, 95-050 Konstantynów Łódzki e-mail: sekretariat@spzoz.konstantynow.pl https://bip.konstantynow.pl/ https://platformazakupowa.pl/pn/konstantynow_lodzki
---	--

trwającej powyżej 5 dni roboczych. Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ zgodnie z pkt II niniejszego pisma.

Pytanie nr 49:

Rozdział VI. Stół – 1 szt. Punkt 41. Zakres ruchu wzdłużnego ≥ 100 cm.

Czy Zamawiający dopuści zakres ruchu wzdłużnego ≥ 91 cm ? Zamawiający promuje wyłącznie wielkość techniczną, która w żaden sposób nie wpływa na jakość zdjęcia. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści do postępowania aparat ze stołem o zakresie ruchu wzdłużnego wynoszącym 91 cm.

Pytanie nr 50:

Rozdział VII. Statyw do zdjęć odległościowych/płucnych – 1 szt. Punkt 52. Maksymalna odległość środka panelu od podłoża ≥ 190 cm.

Czy Zamawiający dopuści maksymalną odległość środka panelu od podłoża ≥ 180 cm ? Zamawiający promuje wyłącznie wielkość techniczną, która w żaden sposób nie wpływa na jakość zdjęcia. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści do postępowania aparat rtg z maksymalną odległością środka panelu od podłoża wynoszącą 180 cm.

Pytanie nr 51:

Konfiguracja nowego cyfrowego aparatu RTG z systemem RIS/PACS.

Zwracamy się z prośbą o podanie nazwy systemu RIS/PACS funkcjonującego w szpitalu.

Czy Zamawiający posiada nową, wolną licencję na podłączenie nowego cyfrowego aparatu RTG?

Czy koszt integracji leży po stronie Zamawiającego czy Oferenta?

Czy Zamawiający posiada ofertę cenową na podłączenie i integrację z systemem RIS i PACS?

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konstancynie Łódzkim	ul. Sadowa 10, 95-050 Konstancynów Łódzki e-mail: sekretariat@spzoz.konstancynow.pl https://bip.konstancynow.pl/ https://platformazakupowa.pl/pn/konstancynow_lodzki
---	--

Czy Oferent ma zwrócić się bezpośrednio do producenta/ów funkcjonujących systemów RIS i PACS w celu pozyskania oferty na podłączenie i integrację? Mając na uwadze równe szanse w postępowaniu sugerujemy, aby to Zamawiający pozyskał ofertę cenową na podłączenie i integrację do systemów RIS i PACS.

Odpowiedź:

Zgodnie z Rozdziałem IX pkt. 77 Załącznika nr 2 do SWZ w oferowanym aparacie będzie stosowany posiadany przez zamawiającego detektor PaxScan 4336Wv4 wraz z oprogramowaniem. W związku z powyższym system RIS i PACS oraz ich integracja z systemem informatycznym zamawiającego nie jest przedmiotem postępowania.

II. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający dokonał zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

1) **W Rozdziale IX. „Przedmiotowe środki dowodowe” pkt. 2.2. otrzymuje brzmienie:**

2.2. Opis oferowanego sprzętu medycznego w postaci dokumentów handlowych dla oferowanego produktu: katalogu, ulotki, folderu, instrukcji obsługi **lub dodatkowo oświadczenia producenta lub autoryzowanego przedstawiciela,** w jednoznaczny sposób potwierdzający, że oferowany sprzęt spełnia wszystkie parametry techniczne opisane w SWZ, w **Zestawieniu wymaganych parametrów technicznych – Załączniku nr 2 do SWZ**, z adnotacją której pozycji zestawienia parametrów wymaganych dotyczy dany dokument;

2) **W Rozdziale XIV. „Termin związania ofertą” pkt 1 otrzymuje brzmienie:**

1. **Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert **do dnia 25.08.2022 r.****

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konstancynowie Łódzkim	ul. Sadowa 10, 95-050 Konstancynów Łódzki e-mail: sekretariat@spzoz.konstancynow.pl https://bip.konstancynow.pl/ https://platformazakupowa.pl/pn/konstancynow_lodzki
---	--

3) **W Rozdziale XVI. „Sposób oraz termin składania ofert” pkt 1 otrzymuje brzmienie:**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/konstancynow_lodzki na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia **27.07.2022 r. do godz. 12.00.**

4) **W Rozdziale XVII. „Otwarcie ofert” pkt 1 otrzymuje brzmienie:**

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **27.07.2022 r. o godz. 12.15.**

5) **W Rozdziale XVIII. „Opis sposobu obliczenia ceny” pkt 1 otrzymuje brzmienie:**

1. Wykonawca jest zobowiązany do określenia ceny w **Załączniku nr 1 do SWZ – Formularzu oferty**, jako ceny kompletnej za całość zamówienia, jednoznacznej i ostatecznej z uwzględnieniem właściwej stawki podatku VAT **(należy podać stawkę VAT w %).**

6) **W Rozdziale XIX. „Opis kryteriów i sposobu oceny ofert” pkt 2.2 otrzymuje brzmienie:**

2.2. Kryterium „Parametry techniczne” – wskaźnik P, ranga – 30%.

Wskaźnik P obliczany jest wg wzoru:

$$P = (P b / P \text{ max} = 30 \text{ pkt}) \times 100 \text{ pkt} \times 30\%$$

gdzie:

P b – liczba punktów oferty badanej, P max – maksymalna liczba punktów do uzyskania

7) **W Załączniku nr 6 do SWZ – „Wzór umowy” w §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

1. Termin dostawy wyposażenia: do 12 tygodni od dnia podpisania umowy.

W przypadku szczególnie uzasadnionych trudności z terminową dostawą podzespołów do zaawansowanych urządzeń medycznych termin dostawy wyposażenia może ulec wydłużeniu do 20 tygodni od dnia podpisania umowy pod warunkiem, że Wykonawca zobowiąże się do zapewnienia zastępczego aparatu RTG, umożliwiającego wykonywanie zdjęć kostnych

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konstancynowie Łódzkim	ul. Sadowa 10, 95-050 Konstancynów Łódzki e-mail: sekretariat@spzoz.konstancynow.pl https://bip.konstancynow.pl/ https://platformazakupowa.pl/pn/konstancynow_lodzki
---	--

i płucnych w okresie od 12 do 20 tygodnia.

Powyższe wydłużenie terminu dostawy nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

8) **W Załączniku nr 6 do SWZ – „Wzór umowy” w § 9 ust. 7 otrzymuje brzmienie:**

7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do, wliczonej w wynagrodzenie Wykonawcy, naprawy lub wymiany każdego z elementów, podzespołów lub zespołów dostarczonego przedmiotu umowy, które uległy uszkodzeniu z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, wraz ze wszystkimi dojazdami pracowników Wykonawcy na miejsce, uwzględnieniem wyłączeń wymienionych w § 9 ust. 8 umowy.

9) **W Załączniku nr 6 do SWZ – „Wzór umowy” w § 9 ust. 9 otrzymuje brzmienie:**

9. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu nieograniczoną możliwość zgłaszania awarii: telefonicznie lub pocztą elektroniczną, w dni robocze w godz. 9:00-16:00, przy czym zgłoszenia wysłane po godzinie 16, będą traktowane jako zgłoszenia otrzymane rano następnego dnia roboczego.

10) **W Załączniku nr 6 do SWZ – „Wzór umowy” w § 9 wykreśla się ust. 11:**

11. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zastępczego elementu przedmiotu umowy. Zastępczy element przedmiotu umowy musi charakteryzować się takimi samymi parametrami jak element naprawiany. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia zastępczego elementu przedmiotu umowy o parametrach lepszych od pierwotnie oferowanych z zastrzeżeniem, że Wykonawca przeprowadzi odpowiednie szkolenie personelu w zakresie obsługi i użytkowania. Przy spełnieniu powyższego Zamawiający odstąpi od naliczenia kary określonej w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy.

- 11) **Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty** otrzymuje brzmienie zgodne z brzmieniem załączonego **Załącznika nr 1 do SWZ – Formularza oferty zmienionego w dn. 22.07.2022 r.** Wszędzie, gdzie w treści SWZ jest mowa o Załączniku nr 1 do SWZ, należy przez to rozumieć

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim	ul. Sadowa 10, 95-050 Konstantynów Łódzki e-mail: sekretariat@spzoz.konstantynow.pl https://bip.konstantynow.pl/ https://platformazakupowa.pl/pn/konstantynow_lodzki
---	--

Formularz oferty zmieniony w dn. 22.07.2022 r.

- 12) **Załącznik nr 2 do SWZ – Zestawienie wymaganych parametrów technicznych** otrzymuje brzmienie zgodne z brzmieniem załączonego **Załącznika nr 2 do SWZ – Zestawienia wymaganych parametrów technicznych zmienionego w dn. 22.07.2022 r.** Wszędzie, gdzie w treści SWZ jest mowa o Załączniku nr 2 do SWZ, należy przez to rozumieć Zestawienie wymaganych parametrów technicznych zmienione w dn. 22.07.2022 r.

Zamawiający
Dyrektor SP ZOZ
w Konstantynowie Łódzkim
dr n med. Sławomir Jabłoński

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty zmieniony w dn. 22.07.2022 r.
2. Załącznika nr 2 do SWZ – Zestawienie wymaganych parametrów technicznych zmienione w dn. 22.07.2022 r.
3. Załącznik nr 6 do SWZ – Wzór umowy tekst jednolity z dn. 22.07.2022 r.