



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ W RADZIEJOWIE**

ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów

REGON 910333036 NIP 889-12-69-126

tel. 54/285-62-00; fax 54/285-37-01

e-mail: poczta@szpitalradziejow.pl

<https://www.szpitalradziejow.pl>

Radziejów 22 lipca 2024 r.

**Wszyscy Wykonawcy
Biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) w trybie podstawowym na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) z dnia 11 września 2019 r. z zastosowaniem art. 275 pkt. 1 pn. „*Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych oraz kalibratorów i materiałów kontrolnych dla analizatora oznaczeń immunochemicznych wraz z obsługą serwisową i dzierżawą analizatora na okres 36 miesięcy*”
TP-07/2024

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:

Oferta nr 2, złożona przez:

Roche Diagnostics Polska Sp. zo. o.

ul. Domaniewska 28, 02-672

Warszawa

NIP: 527-232-20-68

-) Dzierżawa automatycznego analizatora immunochemicznego o parametrach i wyposażeniu zgodnym z Załącznikiem nr 3 do SWZ w okresie 36 miesięcy : **7 200,00 zł + 1 656,00 zł (VAT 23%)=8 856,00 zł**

-) Dostawa odczynników, kontroli i kalibracji oraz materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonania badań przez okres 36 miesięcy: **607 640,00 zł + 48 611,20 zł (VAT 87%) =656 251,20 zł**

Cena oferty za realizację całego zamówienia wynosi: **614 840,00 zł netto + (8% i 23%) VAT = 665 107,20 zł brutto**

Wykonała: J. Pietrzak tel. 54 285 63 31
22.07.2024 r.

Kopia: Dział Administracji i Zamówień Publicznych

2. Uzasadnienie wyboru:

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że w/w oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Oferta wybrana jako najkorzystniejsza spełnia wymagania stawiane w niniejszym postępowaniu, jest zgodna ze specyfikacją warunków zamówienia.

3. Streszczenie i porównanie ofert:

Numer oferty	Nazwa Wykonawcy, Adres	Cena brutto wykonawcy 60 punktów max	Termin płatności 20 punkt max	Termin realizacji dostawy odczynników 20 punktów max	Razem punkty
2.	Roche Diagnostics Polska Sp.z.o.o. ul. Domaniewska 28, 02-672 Warszawa NIP: 527-232-20-68	665. 107,20 zł 60 punktów	30 dni 10 punktów	1 dzień 20 punktów	Razem 90 punktów

4. Zamawiający stosownie do art. 308 ust. 2 ustawy Pzp zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art.577, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed terminem terminu, o którym mowa w art. 308 ust. 2, jeżeli:

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie :

- a) podstawowym złożono dwie oferty z tego jedna została odrzucona firmy PZ Cormay S.A. ul. Wiosenna 22, 05-092 Łomianki NIP: 118-187-22-69. Na mocy przysługujących nam jako Zamawiającemu uprawnień wynikających z dyspozycji art. 226 ust. 1 pkt. 5) z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwanej w dalszej części pisma – PZP, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;

Uzasadnienie:

Zamawiający wymagał zaoferowania odczynnika do troponiny, który jest testem wysokoczułym (odpowiedź na pytanie nr 8 z dnia 17.06.2024 r.), zgodnym z obowiązującymi zaleceniami i wymogami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego PTK oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ESC i umożliwił zastosowanie szybkiego 1 godzinnego algorytmu diagnostyki zawału mięśnia sercowego. Wykonawca zaoferował odczynnik firmy Snibe o numerze katalogowym 130656014M na aparat Maglumi, który nie posiada w ulotce odczynnikowej zastosowania algorytmu 1 godzinnego. Odczynnik firmy Snibe nie został ujęty w wytycznych ESC 2020 dotyczących postępowania u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi bez

uniesienia odcinka ST (https://ptkardio.pl/wytyczne/38-wytyczne_esc_2020 str. 22 tabela nr 5 *Swoiste dla metody wartości odcięcia w ng/l obowiązujące w algorytmach 0 h/1 h i 0 h/2h*)

W związku z powyższym oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy PZP.

DYREKTOR

Sebastian JANKIEWICZ