

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów

znak pisma: SWLOG:271.KF.758.2239/2024

Tarnów, 27.08.2024

Dostawa expanderów i endoprotez piersiowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie – spr. 758/2024

Sprostowanie do odpowiedzi z dnia 02.08.2024 do pytania nr 1 - znak pisma: SWLOG:271.KF.758.1198/2024

BYŁO:

W odpowiedzi na pytanie z dnia 02.08. 2024 roku Zamawiający wyjaśnia:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie Expanderów okrągłych wskazanych w załączniku 1A w punkcie nr 1 Expanderami Anatomicznymi posiadające parametry przedstawione poniżej?

Expandery anatomiczne:

- komora rozprężana roztworem fizjologicznym soli,
- magnetyczna kopułka do iniekcji na przedniej ścianie ekspandera,
- samouszczelniająca się, wzmocniona strefa wokół zastawki, która minimalizuje potencjalną nieszczelność, gdyby doszło do przypadkowego przekłucia igłą,
- magnetyczny detektor,
- 3 pętelki dla szwów zapewniające stabilizację i kontrolowanie pozycji ekspandera,
- powłoka teksturowana wykonana bez użycia kryształków soli lub cukru i pochodnych,
- produkt sterylny,
- pojemność w zakresie od 250 ml do 850 ml,
- ważność sterylizacji produktu 4 lata,
- gwarancja minimum 6 miesięcy od wszczęcia,
- kompatybilne z protezami anatomicznymi,

Numery katalogowe:

Style 9100 od 354-9121 do 354-9126

Style 9200 od 354-9221 do 354-9226

Style 9300 od 354-9321 do 354-9327

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

POWINNO BYĆ:

W odpowiedzi na pytanie z dnia 02.08. 2024 roku Zamawiający wyjaśnia:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie Expanderów okrągłych wskazanych w załączniku 1A w punkcie nr 1 Expanderami Anatomicznymi posiadające parametry przedstawione poniżej?

Expandery anatomiczne:

- komora rozprężana roztworem fizjologicznym soli,
- magnetyczna kopułka do iniekcji na przedniej ścianie ekspandera,
- samouszczelniająca się, wzmocniona strefa wokół zastawki, która minimalizuje potencjalną nieszczelność, gdyby doszło do przypadkowego przekłucia igłą,
- magnetyczny detektor,
- 3 pętelki dla szwów zapewniające stabilizację i kontrolowanie pozycji ekspandera,
- powłoka teksturowana wykonana bez użycia kryształków soli lub cukru i pochodnych,
- produkt sterylny,
- pojemność w zakresie od 250 ml do 850 ml,
- ważność sterylizacji produktu 4 lata,
- gwarancja minimum 6 miesięcy od wszczęcia,
- kompatybilne z protezami anatomicznymi,

Numery katalogowe:

Style 9100 od 354-9121 do 354-9126

Style 9200 od 354-9221 do 354-9226

Style 9300 od 354-9321 do 354-9327


Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część zapytania ofertowego.

Otrzymują: Strona prowadzonego postępowania
a/a

REFERENT
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie

mgr Katarzyna Florek

KIEROWNIK
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie

mgr Anna Hajnysz

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Anna Czech