



Wałbrzych, dnia 31.10.2019r.

DZPZ-530-Zp/57/PN-55/19

**Wykonawcy – wszyscy**

*Dotyczy: „Dostawa: zestaw do założenia przetoki nerkowej i nadłonowej, igła do nefrotomii, igła automatyczna do biopsji, cewnik Tiemanna, zestaw do szynowania moczowodów, igły lokalizacyjne, igły półautomatyczne do biopsji, butelki do mleka, woreczki do zbiórki moczu, szpatułka laryngologiczna, zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii, obłożenia jałowe, fartuchy chirurgiczne i ubrania operacyjne”.– Zp/57/PN-55/19*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie 1. Pakiet 15 Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści koszule wykonaną z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>?

**Odp:** Zamawiający **nie** dopuszcza

**Pytanie 2. Pakiet 15 Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści koszule wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>?

**Odp:** Zamawiający **nie** dopuszcza.

**Pytanie 3. Pakiet 15 Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści koszule w rozmiarze uniwersalnym o długości 140cm i szerokości 70cm (obwodzie 140cm)?

**Odp:** Zamawiający **nie** dopuszcza.

**Pytanie 4. Pakiet 15 Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści koszule w rozmiarach L, XL, XXL o długości 116-117cm?

**Odp:** Zamawiający **dopuszcza**.

**Pytanie 5. Pakiet 15 Pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści ubranie dostępne w kolorach: niebieskim, zielonym i fioletowym?

**Odp:** Zamawiający **dopuszcza**.

**Pytanie 6. Pakiet 15 Pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>?

**Odp:** Zamawiający **nie** dopuści.

**Pytanie 7. Pakiet 15 Pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści bluzę z rękawem ciętym?

**Odp:** Zamawiający **dopuszcza**.

**Pytanie 8. Pakiet 15 Pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści bluzę posiadającą wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze niebieskim (z tego samego materiału, co bluza)?


**Odp:** Zamawiający **dopuszcza**.

**Pytanie 9. Pakiet 15 Pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści spodnie z nogawkami ciętymi?

**Odp:** Zamawiający **dopuszcza**.

**Pytanie 10. Pakiet 15 Pozycja 3**



Czy Zamawiający dopuści kieszeń w rozmiarze 30x40cm?

**Odp:** Zamawiający **nie** dopuści.

**Pytanie 11. Pakiet 15 Pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny polipropylenowej typu SMS?

**Odp:** Zamawiający **dopuszcza**.

**Pytanie 12. Pakiet 15 Pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny spunlace o gramaturze 68g/m<sup>2</sup>?

**Odp:** Zamawiający **nie** dopuści.

**Pytanie 13. Pakiet 15 Pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny w rozmiarach M- 124cm, L-128cm, XL-138cm, XXL-157cm?

**Odp:** Zamawiający **nie** dopuści.

**Pytanie 14. Pakiet 12 Pozycja 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści woreczki do zbiórki moczu w opakowaniu foliowym?

**Odp:** Zamawiający dopuści woreczki do pobierania próbek moczu u noworodków i małych dzieci, dla chłopców i dziewczynek (różne rodzaje otworu) o pojemności 100 ml., bezlateksowe, jałowe, pakowane jednostkowo, opakowanie folia.

**Pytanie 15. Pakiet 13 Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści szpatułki w op.a' 100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp:** Zamawiający **dopuszcza**.

**Pytanie 16. Pakiet 15 poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wykonaną z włókniny SMS 35g/m<sup>2</sup> w rozmiarze uniwersalnym, o długości 110 cm.

**Odp:** Zamawiający **nie** dopuści.

**Pytanie 17. Pakiet 15 poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści komplety w kolorze niebieskim i zielonym, wykonane z włókniny SMS 45 g/m<sup>2</sup>, kieszenie w rozmiarze 17x19 cm (+1cm), wykończenie typu V w kolorze kompletu?

**Odp:** Zamawiający **nie** dopuści.

**Pytanie 17. Pakiet 15 poz. 3:**

Czy Zamawiający dopuści kieszeń o rozmiarze 40x30 cm?

**Odp:** Zamawiający **nie** dopuści.

**Pytanie 18. Pakiet 15 poz. 4:**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 60x90 cm?

**Odp:** Zamawiający **nie** dopuści.

**Pytanie 19. Pakiet 15 poz. 5:**


Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x200 cm?

**Odp:** Zamawiający **nie** dopuści.

**Pytanie 20. Pakiet 15 poz. 6:**

Czy Zamawiający dopuści serwetę z włókniny foliowanej w kształcie kieszeni na płyny, rozmiar 113x100cm?

**Odp:** Zamawiający **dopuszcza**.



**Pytanie 21. Pakiet 15 poz. 7:**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o długości odpowiednio dla rozmiaru: M- 115 cm, L- 125 CM, XL – 140 cm, XXL – 155 cm?

**Odp:** Zamawiający **nie** dopuści.

**Pytanie 22. Pakiet 1 poz. 1:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie złożenia oferty na zestaw do nefrostomii w rozmiarach 9, 10, 12 i 14F o następujących parametrach:

- kateter typu Pigtail wykonany z poliuretanu silikonowanego z łącznikiem do worka na mocz
- przewodnik stalowy super sztywny "J" .038" x 80 cm PJ3880L
- igła wprowadzająca dwuczęściowa 18G x 20 cm
- rozszerzacz (dilatator) np. DIL13F
- rozszerzacz (dilatator) z rozrywaną koszulką np. AIDILKR15F
- kołnierz mocujący z opaską
- strzykawka - 10 ml LL nr katalogowy: S10LL
- skalpel nr katalogowy: S

**Odp:** Zamawiający **dopuszcza**.

**Pytanie 23. Pakiet 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nefrostomii z cewnikiem balonowym (wykonanym z poliuretanu) pokrytym w końcu do-nerkowym hydrożelem dla ułatwienia wprowadzenia, z dwuczęściową igłą 18G o dł. 20cm, z łącznikiem do worka na mocz, przewodnicą lunderquista z miękkim i bezpiecznym końcem typu J w rozmiarach 8CH i 10CH.

**Odp:** Zamawiający **dopuszcza**.

**Pytanie 24. Pakiet 2**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy igła ma posiadać dodatkowe ringi na końcu, ułatwiające widoczność w USG?

**Odp:** Zamawiający **dopuszcza** ale nie wymaga.

**Pytanie 25. Pakiet 5**

1/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje dostawy zestawu zawierającego cewnik wykonany z silikonu o długości 50cm?

**Odp:** Zamawiający nie oczekuje takiej długości.

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do przetoki nadłonowej składającego się z cewnika w rozmiarze 11 i 14 bez plastrów do mocowania?

**Odp:** Zamawiający **dopuszcza**.

**Pytanie 26. Pakiet 6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do szynowania moczowodów w rozmiarach 4,8; 6; 7; 8 o długościach 26-30cm.

**Odp:** Zamawiający **dopuszcza**.

**Pytanie 26. Pakiet 7**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do szynowania moczowodów w rozmiarach 4,8; 6; 7; 8 o długościach 26-30cm.

**Odp:** Zamawiający **dopuszcza**.