

Bydgoszcz, dnia 13.07.2021 r.
Postępowanie nr: 12 Z PN 21

E.ZP.261.19.2021

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia na **dostawę bronchoskopu ultrasonograficznego wraz z wyposażeniem.**

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ"):

Pytanie nr 1

dotyczy załącznika nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 68

Czy Zamawiający w pkt 68, dopuści rozwiązanie w postaci dedykowanego procesora, który umożliwi podłączenie endoskopów serii Exera II do oferowanego toru wizyjnego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pytanie nr 2

dotyczy załącznika nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 68

Zwracamy się z prośbą o podanie liczby torów wizyjnych będących na wyposażeniu pracowni endoskopowej, które mają współpracować z endoskopami Exera II

Odpowiedź:

Liczba torów wizyjnych będących na wyposażeniu Pracowni Endoskopowej Zamawiającego – **jeden**. Dodatkowo dostarczony tor wizyjny ma współpracować z *EKSERA II*.

Pytanie nr 3

dotyczy załącznika nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 91

Prosimy o podanie nazwy dostawcy systemu szpitalnego, z którym ma się zintegrować oferowany system do archiwizacji pracowni endoskopowej.

Odpowiedź:

Obecnie stosowany u Zamawiającego system szpitalny nosi nazwę *Eskulap*, którego dostawcą jest KONSULTANT IT Sp. z o. o. oraz IMPAX, którego dostawcą jest AGFA Sp. z o. o.

Pytanie nr 4

dotyczy załącznika nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 91

Wyspecyfikowane przez Zamawiającego oprogramowanie, wymaga dostarczenia serwera. Prosimy o podanie typu i rodzaju takiego serwera.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga pełnej integracji HIS, PACS. Jeżeli dla celów integracji niezbędny jest serwer, to Wykonawca powinien go dostarczyć. Wykonawca samodzielnie winien ustalić jakie wymagania musi spełniać serwer, tak aby zainstalowane przez niego oprogramowanie funkcjonowało zgodnie z założeniami i realizowało wymaganą przez Zamawiającego integrację.

Pytanie nr 5

dotyczy załącznika nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 91

Wyspecyfikowane przez Zamawiającego oprogramowanie, wymaga dostarczenia serwera . Prosimy o podanie czy dostawca będzie musiał dostarczyć wraz z całą dostawą dodatkowy serwer dedykowany dla tego typu rozwiązań, czy też udostępni własną wewnętrzną pamięć serwerową ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga pełnej integracji HIS, PACS. Jeżeli dla celów integracji niezbędny jest serwer, to Wykonawca powinien go dostarczyć. Wykonawca samodzielnie winien ustalić jakie wymagania musi spełniać serwer, tak aby zainstalowane przez niego oprogramowanie funkcjonowało zgodnie z założeniami i realizowało wymaganą przez Zamawiającego integrację.

Pytanie nr 6

dotyczy załącznika nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 91

Czy Zamawiający dopuści następujący serwer o podanych niżej parametrach?

„Rack based server 19" (1U); CPU: Intel Xeon E-2246G 6C/12T 3.60 GHz; RAM: 16GB (1x16GB) 2Rx8 DDR4-2666 U ECC; DVD ROM Ulltraslim; HDD: 2 x SATA 6G 2TB 7.2K HOT PL 3.5' BC; FBU option for PRAID EP4xx; PRAID EP420i; TFM module for FBU on PRAID EP420i/e; iRMC advanced pack; Zasilanie: 2 x Modular PSU 450W platinum hp; WINSVR 2016 STD 16Core; SP 3y OS,9x5,NBD Rec”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga pełnej integracji HIS, PACS. Jeżeli dla celów integracji niezbędny jest serwer, to Wykonawca powinien go dostarczyć. Wykonawca samodzielnie winien ustalić jakie wymagania musi spełniać serwer, tak aby zainstalowane przez niego oprogramowanie funkcjonowało zgodnie z założeniami i realizowało wymaganą przez Zamawiającego integrację.

Pytanie nr 7

dotyczy SIWZ Rozdz. 4, pkt. 4.5; Rozdz. 9 pkt. 9.1, wzór umowy, Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 37

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niemedycznego wyposażenia oferowanego zestawu (stawka vat 23%) tj. drobne wyposażenie wózka endoskopowego, które nie posiada dokumentów dopuszczających do obrotu oraz wydzielenie wiersza w formularzu cenowym poz. 1 dla produktów z różną stawką vat tj. 8% i 23% ?

Odpowiedź:

Zamawiający **nie wyraża zgodny** na zaoferowanie niemedycznego zestawu wyposażenia wózka endoskopowego a tym samym na zastosowanie stawki Vat 23% i wydzielenie wiersza w formularzu cenowym.

Zamawiający w pkt. 4.5 do SWZ opisał wymagania jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia tj. „Przedmiot zamówienia musi być wyrobem medycznym spełniającym wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 186 ze zm.), lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 z 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 5 maja 2017 r., str. 1 ze zm.) – **dotyczy pozycji I-IV Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ).**”

Pytanie nr 8

dotyczy załącznika nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 17

Czy Zamawiający dla Wideobronchoskopu EBUS wyrazi zgodę na modyfikację zapisu na następujący:

„Gwarancja 24 miesiące obejmująca również uszkodzenia mechaniczne”

Dopuszczenie ww. zapisu pozwoli na złożenie korzystnej cenowo oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na modyfikację zapisu w proponowanym brzmieniu.

Pytanie nr 9

dotyczy wzoru umowy Par. 7 ust. 1 pkt 3)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu na następujący:

1. Wykonawca zapłaci poniższe kary umowne w przypadku:
 - 3) niewykonania obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 7 umowy – w wysokości 2 % ceny brutto przedmiotu umowy;

Odpowiedź:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na proponowaną zmianę projektu umowy.

UWAGA:

Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia stosownych poprawek w złożonej dokumentacji ofertowej (Opis przedmiotu zamówienia), o ile zmiany wynikają z treści udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi, powodują konieczność wprowadzenia korekt niezbędnych dla prawidłowego przedstawienia (opisu) oferowanego przedmiotu zamówienia.