



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

Szp/FZ – 73/632/2021

Wrocław, dnia 26.11.2021r.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*dostawa aparatury medycznej*”

INFORMACJA NR 1/2 Jan

Pytanie nr 1 – Zadanie nr 8 - Inkubator hybrydowy 1 szt.

Lp. 2.1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej klasy inkubator hybrydowy z kopułą jednościennej o wysokich właściwościach izolacyjnych?

Poza doskonałymi właściwościami izolacyjnymi konstrukcja jednościennej jest zdecydowanie łatwiejsza w utrzymaniu w czystości w przeciwieństwie do inkubatorów dwuściennych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w postępowaniu przetargowym zaoferowanie inkubatora hybrydowego zarówno z kopułą dwuścienną jak i jednościennej.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z upoważnienia Dyrektora
Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacji
mgr Ewa Czumiak

Z-ca Kierownika Działu
Zacpatrzenia i Zamówień Publicznych

mgr inż. Jacek Banaszak

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. H. M. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław
Infolinia 45 95 95 454
Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl
NIP 8951645574, REGON 000977893
www.wssk.wroc.pl

