



SZPZLO/DZP.261.3.2024

Warszawa, dn. 17.01.2024 r.

### **Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ nr 1**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej jako „ustawy Pzp”, pn. **„Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych do SZPZLO Warszawa-Wawer”**  
Znak sprawy: SZPZLO/Z-1/2024.

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 6 oraz 286 ust. 7 ustawy Pzp, udostępnia poniżej treść wniosków o wyjaśnienie treści SWZ wraz z wyjaśnieniami oraz zmianami wprowadzonymi do SWZ.

#### **Pytanie nr 1.**

Zadanie nr 5 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści elektrody równoważne dla dorosłych o wymiarach 55x35mm wykonane na piance. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian w powyższym zakresie.

#### **Pytanie nr 2.**

Zadanie nr 5 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści elektrody równoważne dla dorosłych o średnicy 50mm, z żelazem stałym. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian w powyższym zakresie.

#### **Pytanie nr 3.**

Zadanie nr 5 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści elektrody dla dorosłych prostokątne o wymiarach 55x40 wykonane na piance z żelazem stałym. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian w powyższym zakresie.

#### **Pytanie nr 4.**

Zadanie nr 5 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści elektrody dla dorosłych prostokątne o wymiarach 55x40 wykonane na piance z żelazem ciekłym. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian w powyższym zakresie.

#### **Pytanie nr 5.**

Zadanie nr 5 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla najmniejszego opakowania handlowego zawierającego 50 sztuk elektrod z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 240opak.?

**Odpowiedź i zmiana SWZ:** Zamawiający zmienia wymagania w poz. 5 część 5, aktualny formularz asortymentowo-cenowy dla części 5 stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

### **Pytanie nr 6.**

Zadanie nr 5 poz. 8 Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla żelu EKG w opakowaniu 250g. W pozostałych parametrach bez zmian.

**Odpowiedź i zmiana SWZ:** Zamawiający zmienia wymagania w poz. 8 część 5, aktualny formularz asortymentowo-cenowy dla części 5 stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

### **Pytanie nr 7.**

Czy Zamawiający w Części 13 dopuści: wyrób medyczny klasy I? i ile sztuk w opakowaniu Zamawiający wymaga? i czy dopuści opakowane po 100szt.? Jeśli Zamawiający się zgodzi prosimy o wskazanie jaką ilość opakowań mamy zaproponować?

**Odpowiedź i zmiana SWZ:** Zamawiający zmienia wymagania w poz. 1 część 13, aktualny formularz asortymentowo-cenowy dla części 13 stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

### **Pytanie nr 8**

Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 5 dopisać na końcu ustęp 5 o treści: Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 5 ustęp 5 o treści: "W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury z dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.5% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności.

lub

Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego

**Odpowiedź i zmiana SWZ:** Zamawiający dodaje w § 5 ust. 5 w brzmieniu: *"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych."* oraz zmienia treść § 5 ust. 1 pkt 3 na: *„3) 1% wartości netto umowy w zakresie danej części – w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania postanowień niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego”*

### **Pytanie nr 9**

Część 2, poz. 1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu z normą ASTM D3577, która jest amerykańskim odpowiednikiem normy EN 455, dla lateksowych rękawic medycznych i wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic zgodnych z europejską normą EN 455.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian w powyższym zakresie.



### **Pytanie nr 10**

Część 2, poz. 1 Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający w Części 2, poz. 1 pisząc w kolumnie 3: opak. – miał na myśli parę rękawic czy opakowanie a'50 par?

**Odpowiedź i zmiana SWZ:** Zamawiający zmienia wymagania w poz. 1 część 2, aktualny formularz asortymentowo-cenowy dla części 2 stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

### **Pytanie nr 11.**

**Część 7** Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga, aby oznakowanie pojemników na zużyte igły i odpady medyczne było zgodne z §6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi, tj. posiadały widoczne oznakowanie identyfikujące, które zawiera:

- 1) kod odpadów medycznych w nim przechowywanych;
- 2) nazwę wytwórcy odpadów medycznych;
- 3) numer REGON wytwórcy odpadów medycznych;
- 4) numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r. poz. 1638, 1948 i 2260), wraz z podaniem organu rejestrowego;
- 5) datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania);
- 6) datę i godzinę zamknięcia.

**Odpowiedź i zmiana SWZ:** Zamawiający wymaga, aby oznakowanie pojemników na zużyte igły i odpady medyczne było zgodne z §6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi, tj. posiadały widoczne oznakowanie identyfikujące.

### **Pytanie nr 12**

**Część 7** Czy Zamawiający wymaga pojemników na odpady medyczne były wykonane z polipropylenu? Taki materiał zapewnia odporność na przebicie i elastyczność pojemnika, a także pozwala na efektywne spalanie zebranego materiału.

**Odpowiedź i zmiana SWZ:** Zamawiający zmienia wymagania w część 7, aktualny formularz asortymentowo-cenowy dla części 7 stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

### **Pytanie nr 13**

**Część 7, pozycje 1 i 2** Czy Zamawiający wymaga, w trosce o bezpieczeństwo personelu, aby pojemniki o pojemności 5L i 10L posiadały otwór wrzutowy o średnicy minimum 100 mm?

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian w powyższym zakresie.

### **Pytanie nr 14.**

Dotyczy Część 2 poz. 1 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości min. 285mm dla każdego rozmiaru, w kolorze naturalnego lateksu, pakowane w szczelniejsze opakowanie typu folia-folia o pozostałych parametrach zgodnych z SWZ



**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian w powyższym zakresie.

**Pytanie nr 15.**

Dotyczy Część 2 poz. 2 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o nieznacznych różnicach w parametrze grubość rękawic: palec 0,10mm +/- 0.03mm, dłoń 0,08mm +/- 0.03mm o pozostałych parametrach zgodnych z SWZ?

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian w powyższym zakresie.

**Pytanie nr 16.**

Czy w Pakiecie nr 8 w poz. 4 powinny być zaoferowane szczoteczki cytologiczne, których efektywność została klinicznie zweryfikowana?

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian w powyższym zakresie.

**Pytanie nr 17.**

Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na wydzielenie z Pakietu nr 8 poz. 4 do odrębnego pakietu. Wydzielenie z pakietu pozwoli na wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian w powyższym zakresie.

**Pytanie nr 18.**

PAKIET 1, POZ. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki cewnikowej 100 ml Janet ze skalą w kolorze czarnym? Kolor niebieski skali wskazuje na konkretnego Producenta, a kolor czarny skali tak samo jak kolor niebieski daje dobrą wizualizację poziomu płynu.

**Odpowiedź i zmian SWZ:** Zamawiający zmienia wymagania w 3 część 1, aktualny formularz asortymentowo-cenowy dla części 1 stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany SWZ stanowią integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez Wykonawców w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.

ZATWIERDZONA PRZEZ  
Dyrektora SZPZLO Warszawa-Wawer

