

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 21 października 2021 roku

L.dz.SZP/ZP/27212021

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: Zapytania Ofertowego na dostawę cyfrowego systemu radiograficznego obrazowania (postępowanie nr 12/2021)

W związku z wpływaniem od Wykonawcy pytań, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pyt. 1

Zamawiający wymaga:

· minimum 1 dysk twardy o pojemności nie mniejszej niż 256GB w technologii SSD z przeznaczeniem na system operacyjny minimum 1 dysk twardy o pojemności nie mniejszej niż 500GB z przeznaczeniem dla oprogramowania i danych

Czy zamawiający dopuści:

2 dyski 1 T w RAID 1

Odp. Dopuszcza.

Pyt. 2

Czy Zamawiający dopuści detektor którego waga z 1 akumulatorem wynosi 3,7 kg, ale który ma możliwość doinstalowania drugiego akumulatora dzięki czemu czas pracy bez konieczności ładowania baterii wydłuża się do 15 godzin?

Odp. Dopuszcza.