



**SZPITAL PUCKI sp. z o.o.**  
**84-100 Puck, ul. 1 Maja 13 A**  
**SEKRETARIAT PREZESA ZARZĄDU**  
tel. +48 58 380-02-91  
fax +48 58 333-40-91  
e-mail: sekretariat@szpitalpucki.pl



Puck, dn. 20.01.2022 r.

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na sukcesywne dostawy sprzętu medycznego do zabiegów artroskopowych oraz chirurgicznych, znak ZP/02/2022**

Działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

L.p.	Pytanie Wykonawcy	Wyjaśnienie
1.	Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zaoferowanie po 1 szt./ 1 przykładowym rozmiarze próbki z każdej pozycji reprezentującej dany produkt. Powyższe dotyczy również przypadku gdy w ramach jednej pozycji produkt dostępny jest w wielu rozmiarach. Zamawiający otrzyma jeden przykładowy rozmiar z danej pozycji. Weryfikacji dostępności pozostałych rozmiarów danego produktu zostanie dokonana na podstawie rozmiarów/ numerów katalogowych podanych w formularzu cenowym.	Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z treścią pkt VII.4 SWZ Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć próbki w wymienionym tam zakresie, <b>w celu oceny wg określonego w SWZ kryterium jakości.</b> Wymóg dostarczenia próbek dotyczy tylko tego asortymentu, dla którego określono kryterium jakościowe oceny ofert. Zamawiający dokonuje uszczegółowienia w/w zapisu w sposób opisany pod tabelą.
2.	<b>Pytania do próbek nr 2</b> – W przypadku gdy Wykonawca oferuje ten sam produktu w kilku pakietach i pozycjach – Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie 1 szt. próbki w ramach kilku pozycji.	Tak, w przypadku oferowania tego samego produktu w różnych pakietach, Wykonawca może potwierdzić jego jakość jedną próbką.
3.	<b>Pytanie do SWZ, Rozdział II, ust. 4</b> - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający mając na uwadze zapisy Ustawy o wyrobach medycznych, tj. „Dopuszcza się aby wyroby przeznaczone do używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane profesjonalnym użytkownikom miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim...” wyrazi zgodę na zaoferowane produktów w opakowaniach w języku angielskim? Opakowania oferowanych wyrobów – mimo innego języka są łatwo rozumiane poprzez oznaczenia fabryczne oraz opisy wskazane są za pomocą zharmonizowanych symboli i rozpoznawalnych kodów.	Zamawiający odstępuje od wymogu opisu opakowania w j. polskim. Zapis w rozdz. II ust. 4 otrzymuje brzmienie: Opakowanie jednostkowe handlowe przedmiotu zamówienia musi zawierać: nazwę wyrobu, ilość w opakowaniu, rodzaj materiału, producenta, serię, datę przydatności, znak CE.
4.	<b>Pytanie do formularza ofertowego, załącznik nr 1, ust. 8, termin dostaw</b> – W związku z tym, że Zamawiający wymaga podania oferowanego terminu dostaw – prosimy o podania minimalnego i maksymalnego akceptowalnego terminu dostaw.	Zamawiający określa termin minimalny dostaw – 2 dni robocze, termin maksymalny dostaw – 6 dni roboczych.
5.	<b>Pytanie do formularza ofertowego, załącznik nr 1, ust. 8, termin dostaw</b> – Prosimy o dopuszczenie 48h jako	j. w.

	minimalnego terminu dostaw.	
6.	<p><b>Pytania do wzoru umowy – załącznik nr 4</b> - W związku z obowiązkiem udostępnienia instrumentarium niezbędnego do przeprowadzenia zabiegów - prosimy o dodanie do wzoru umowy zapisów dotyczących udostępnienia instrumentarium tj.</p> <p>1. Firma użycza sprzętu na niżej wymienionych warunkach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Właścicielem sprzętu pozostaje Firma</li> <li>• Zamawiający zobowiązuje się zapewnić właściwe warunki przechowywania i użycia sprzętu</li> <li>• Firma oświadcza, że przedmiot użyczenia jest sprawny technicznie. W razie stwierdzenia przez Szpital jakichkolwiek wad w działaniu Sprzętu, Szpital powiadomi firmę jako jedyny podmiot uprawniony do wykonania lub zlecenia wykonania naprawy Sprzętu, a w razie jego zużycia wymieni go na nowy. W razie wystąpienia usterki lub uszkodzenia Sprzętu wskutek niewłaściwej obsługi lub użycia przez Szpital, Firma ma prawo do obciążenia Szpitala kosztem naprawy i/lub części zamiennych lub wymiany Sprzętu, jeśli Sprzęt nie nadaje się do naprawy lub został zagubiony, według aktualnych stawek .</li> <li>• Szpital zapewnia, że sprzęt będzie obsługiwany i używany przez pracowników posiadających odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie. Szpital nie przekaże sprzętu osobom trzecim poza miejsce użytkowania, którym jest siedziba Szpitala. Szpital nie ma w szczególności prawa sprzedawać, wdzierżawiać, oddawać do używania Sprzętu bądź cedować praw do sprzętu wynikających z niniejszej Umowy na jakikolwiek podmiot bez uprzedniej, pisemnej zgody Firmy.</li> <li>• Firma zobowiązuje się do odbioru użyczonego instrumentarium, po zakończeniu umowy, na własny koszt."</li> </ul>	Zamawiający dokonuje zmiany umowy w sposób określony pod tabelą.
7.	<p><b>Formularz cenowy, pakiet 1, tabela, wiersz dot. Instrumentarium</b> – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie 1 zestawu narzędzi „na stałe” – w użyczenie, a drugiego zestawu dostarczanego sukcesywnie na wezwanie Zamawiającego w formule tzw. lotnej?</p>	Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.
8.	<p><b>Formularz cenowy, pakiet 4, tabela, wiersz dot. Instrumentarium</b> – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie 1 zestawu narzędzi „na stałe” – w użyczenie, a drugiego zestawu dostarczanego sukcesywnie na wezwanie Zamawiającego w formule tzw. lotnej?</p>	Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.
9.	<p><b>Pakiet 2</b> – Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji dostawy dla pakietu 2 do 90 Dni.</p>	Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla pakietu 2 do 90 dni.
10.	<p><b>Pakiet 4 pozycja 4</b> – Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt o poniższych parametrach:  Implant niewchłaniający, śruba interferencyjna z polimeru PEEK lub śruba wchłaniająca biokompozytowa. Śruba z tzw. miękkim gwintem na całej długości implantu, nie tnąca mocowanych przeszczepów. Śruba dostępna w rozmiarach średnicy od 6-10 mm w długości 20 mm oraz średnicy od 7 – 12 mm i długości 30 mm. Implant sterylony.</p>	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu opisanego w pytaniu.

11.	<b>Pakiet 5 pozycja 2</b> – Czy Zamawiający dopuści do oceny mocowanie przeszczepu za pomocą śruby interferencyjnej, o gładkim gwincie w różnych rozmiarach - średnicy od 6-10 mm w długości 20mm oraz średnicy od 7 – 12 mm i długości 30 mm. Pełne wkręcenie śruby poniżej 7-8 obrotów śrubokręta. Śruba jest biokompozytowa lub wykonana z PEEK.	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu opisanego w pytaniu.
12.	<b>Pakiet 6</b> - Czy Zamawiający dopuści do oceny: System szycia łąkówek all – inside. System zbudowany z dwóch implantów wykonanych z nici Fiber Tape 2.0. Igła z implantami znajduje się w jednym ergonomiczne narzędziu z obrotowym spustem do wbijania poszczególnych implantów. Osadzenie implantu potwierdzone jest dźwiękiem – klik. Blokowanie implantu odbywa się poprzez zsunięcie go z podajnika i obrócenie o krawędź igły. Implant zaopatrzony w miernik, pozwalający ustawić odległości przebiccia łąkotki również po wprowadzeniu narzędzia do stawu. System umożliwia założenie implantów bez wyciągania rękojeści z kolana. Rękojeść zagięta pod kątem 12 lub 24 stopni w górę, prosty lub 12 stopni w dół. Igła o średnicy 1.7 mm	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu opisanego w pytaniu.
13.	<b>Pakiet 10 pozycja 1</b> – Czy Zamawiający dopuści do oceny ostrze shawera do tkanki kostnej o owalnym ostrzu lub kulistym. Ostrza jednorazowe o różnych średnicach od 4 mm.	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu opisanego w pytaniu.
14.	<b>Pakiet 11</b> - Czy zamawiający pod określeniem „Zestaw” drenów do artroskopii rozumie oddzielny dren napływowy i odpływowy? Czy podane ilości dotyczą zestawu tj. 500 zestawów zawierających dren napływowy i odpływowy?	Tak, pod określeniem „Zestaw” drenów do artroskopii rozumie oddzielny dren napływowy i odpływowy. Podane ilości dotyczą zestawu tj. 500 zestawów zawierających dren napływowy i odpływowy.
15.	<b>Pakiet 11</b> - Prosimy o dopuszczenie do oceny w ramach pakietu 11 drenów pakowanych pojedynczo w trybie napływu i drenów pakowanych pojedynczo w trybie odpływu. W przypadku zgody prosimy o dostosowanie formularza cenowego w tym zakresie lub wyszczególnienie/podanie ilości osobno dla drenów napływowych i osobno dla drenów odpływowych.	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie drenów pakowanych pojedynczo w trybie napływu i drenów pakowanych pojedynczo w trybie odpływu.
16.	<b>Pakiet 13 pozycja 7</b> – Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji 7 z pakietu 13. Takie podzielenie zamówienia pozwoli na złożenie oferty konkurencyjnej cenowo większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu zagwarantuje korzystne cenowo warunki.	Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.
17.	<b>Pakiet 13 pozycja 1 i 2</b> – Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji 1 i 2 z pakietu 13. Takie podzielenie zamówienia pozwoli na złożenie oferty konkurencyjnej cenowo większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu zagwarantuje korzystne cenowo warunki.	Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.
18.	<b>Pakiet 13</b> – Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji dostawy dla pakietu 13 do 30 dni.	Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla pakietu 13 do 30 dni.
19.	<b>dotyczy Pakietu nr 12</b> „ Czy Zamawiający w Pakiecie 12 dopuści również modułową protezę głowy kości promieniowej, opcja bezcementowa i cementowa.	Pytanie nie dotyczy asortymentu objętego postępowaniem.

	Głowa w 15 rozmiarach - średnica głowy 20, 22 i 24 mm, każda dostępna w wysokości 10, 12, 14, 16, 18 mm. Trzpień w 5 średnicach i 5 długościach, pokryty porowatą okładziną w celu przyspieszenia wczesnej osteointegracji?"	
20.	<b>dotyczy Pakietu nr 12</b> Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?	Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
21.	pakiet nr 12 pozycja nr 1 – Membrana posiadająca rejestrację w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstnokostnych, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego, zbudowana z kwasu hialuronowego. Wymiary membrany od 2cm x 2cm do 5 cm x 5 cm, grubość 2 - 3 mm, czas biodegradacji do 6-8 m-cy. Brak określonej lewej i prawej strony. Przy leczeniu ubytków ogniskowych nie wymaga użycia kleju tkankowego. <b>Czy Zamawiający w celu zachowania uczciwej konkurencji oraz otrzymania najkorzystniejszej oferty doprecyzuje ilość konkretnego rozmiaru materiału do wypełniania ubytków chrząstki i rozdzieli wskazaną pozycję 1 w pakiecie 12 na rozmiar 2x2 i 5x5?</b>	Zamawiający dokonuje uszczegółowienia wymaganych ilości w zakresie pakietu 12. Zamawiający oczekuje zaofiarowania membran w ilościach: 3 szt. o wymiarze 2 cm x 2 cm oraz 2 szt. o wymiarze 5 cm x 5 cm. Zmieniony formularz cenowy stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w sposób określony poniżej:

- W pkt IV.1 zmienia się zapisy dotyczące terminów dostaw. Zapis otrzymuje brzmienie:  
Pakiety: 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 - **12 miesięcy od daty podpisania umowy.**  
Termin dostaw sukcesywnych na podstawie zapotrzebowani bieżących: minimalny 2 dni robocze, maksymalny – 6 dni roboczych  
Pakiet 2 – do 90 dni od daty podpisania umowy  
Pakiet 13 – do 30 dni od daty podpisania umowy
- Pkt VII.4 SWZ otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć następujące przedmiotowe środki dowodowe w celu oceny wg określonego w SWZ kryterium jakości:
  - próbki po 1 szt. dla pakietów:
    - 1 poz. 1,2,3
    - 4 poz. 1, 2 i 4
    - 5 poz. 1
    - 6 poz. 1
    - 7 poz. 1
    - 9 poz. 1 i 2
- We wzorze umowy, po §10 dodaje się §11 o brzmieniu wskazanym poniżej. Kolejne paragrafy otrzymują numerację chronologiczną.

### **§ 11**

*( dotyczy pakietów 1, 4, 5, 8 – użyczenie instrumentarium; 9 – użyczenie generatora; 10 – konsoli shavera; 11 – pompy dwuroolkowej)*

- Wykonawca użyczy nieodpłatnie Zamawiającemu na okres trwania umowy ..... w zadaniu nr .....
- Wykonawca zobowiązuje się wraz z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia dostarczyć ..... do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, na czas obowiązywania umowy.
- Odbiór przedmiotu użyczenia nastąpi w siedzibie Zamawiającego i zostanie on potwierdzony protokołem przyjęcia – przekazania zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy.

4. Wykonawca wraz z przekazaniem ..... zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym min. instrukcję obsługi i użytkowania.
5. Udostępnione ..... są własnością Wykonawcy i nie mogą zostać zajęte, zbyte, wynajęte lub udostępnione osobom trzecim.
6. Zamawiający będzie informował Wykonawcę o wszelkich uszkodzeniach, nieprawidłowym działaniu przedmiotu użyczenia a na Wykonawcy spoczywa obowiązek naprawy lub wymiany urządzeń.
7. Wykonawca zapewnia, że czynności serwisowe czy naprawcze będą wykonane najpóźniej w terminie 72 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego pod nr ..... lub mailowego pod adresem .....
8. W przypadku awarii przedmiotu użyczenia, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić urządzenie zastępcze na czas naprawy.
9. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów okresowych (jeżeli są wymagane przez producenta sprzętu) oraz konserwacji profilaktycznej urządzenia z częstotliwością odpowiadającą potrzebom Zamawiającego.
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za sprawne działanie użyczonego sprzętu.
11. Zamawiający zapewnia, że będzie używał przedmiotu użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji.
12. Po zakończeniu umowy, ale nie później niż w ciągu 21 dni, Zamawiający zwróci Wykonawcy przedmiot użyczenia w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji.
13. W przypadku, gdy zwrot przedmiotu niniejszej umowy nie nastąpi, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy wartość niezwróconego przedmiotu (uwzględniając stan z chwili oddania do użytku).
14. Po zakończeniu umowy, nie później niż w ciągu 21 dni, Zamawiający może zaproponować Wykonawcy odkupienie użyczonego sprzętu, za cenę uzgodnioną przez strony umowy na dzień jego sprzedaży.

**W związku z dokonanymi zmianami, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert:**

**Oferty należy składać do dnia 26.01.2022 roku do godz. 10:00**

**Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.01.2022 o godz. 10:15**

**Termin związania ofertą – 24.02.2022 r.**

Z poważaniem

Prezes  
Oksana Rabij-Zabłotna

Wyk. K.T.

Data wyk.: 20.01.2022 r.