



**SEKCJA ZAMÓWIENÍ
PUBLICZNYCH**

Łódź, 22.01.2024 r.

e-mail: marta.kieras@barlicki.pl

Tel. 42 677-68-24

Znak sprawy: 142/PN/ZP/D/2023

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa elektrod, ssaków i sond”

Szanowni Państwo!

W związku ze zgłoszonymi na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) pytaniami dotyczącymi Specyfikacji warunków zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi na **następujące** pytania oraz na podstawie art. 137 ustawy zmienia zapisy dotyczące SWZ:

1. Zamawiający ustala nowy termin składania ofert – do dnia **31.01.2024 r.** godz. **09.00.**
2. Zamawiający ustala nowy termin otwarcia ofert – w dniu **31.01.2024 r.** o godz. **10.00.**
3. Zamawiający ustala nowy termin wpłaty wadium – do dnia **31.01.2024 r.** o godz. **09.00.**
4. Termin związania ofertą – **do dnia 30.04.2024 r.**
5. **Zamawiający dołącza zmieniony załącznik nr 2 do SWZ**

Pytanie 1

Pytanie dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, Pakiet 2, Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody o wymiarach 13 x 0,40 mm spełniające wszystkie pozostałe wymagania opisu zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Pytanie dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, Pakiet 2, Poz. 1

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli 204 pary elektrod czy 204 sztuki co daje 102 pary elektrod?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli 102 pary. Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SWZ

Pytanie 3

Pakiet nr 2

Pytanie nr 1, poz.1

Czy Zamawiający dopuszcza jednorazowe elektrody igłowe podskórne splecione parami długość igły 15mm, dł. przewodu 150cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem

Z-ca Kierownika
Sekcji Zamówień Publicznych
Kieras
mgr Marta Kieras