



**SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH  
ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO  
WARSZAWA PRAGA POŁUDNIE**

04-082 Warszawa, ul. Krypska 39

Dyrektor tel/fax 22 810-06-04  
Centrala tel. 22 813-30-51, fax 22 810-11-63



Warszawa, dnia 19.10.2022 r.

**Dot. Zapytania ofertowego nr 26/22 „Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku w podziale na zadania”**

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA**

**Pytanie nr 1.** Zadanie nr 1, poz.7, 8

Czy zamawiający dopuści kaniule wykonane z teflonu (FEP) spełniające pozostałe wymagania SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem – kaniule wykonane z PTFE**

**Pytanie nr 2.** Zadanie nr 1, poz.7

Czy zamawiający dopuści kaniule niewidoczne w USG?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 3.** Zadanie nr 1, poz.14

Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV, Zamawiający w SWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem zachowania przezroczystości.**

**Pytanie nr 4.** Zadanie nr 1, poz.14

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w komorę kroplową o długości min. 55mm w części przezroczystej, w której widoczność poziomu płynu oraz szybkości infuzji, jest zdecydowanie lepsza niż w przyrządach wyposażonych w krótszą komorę?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga**

**Pytanie nr 5.** Zadanie nr 1, poz.14

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w komorę kroplową, która jest na całej długości przezroczysta, dzięki czemu widoczność poziomu płynu oraz szybkości infuzji, jest zdecydowanie lepsza niż w przyrządach ze zmrożoną powierzchnią?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 6.** Zadanie nr 1, poz.14

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z zaciskiem rolkowym wyposażonym w pochewkę na igłę biorczą, która umożliwi prawidłowe zabezpieczenie kolca biorczego po wyciągnięciu z opakowania z płynem, chroniąc personel przed ryzykiem zakażenia?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 7.** Zadanie nr 1, poz.14

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w zacisk rolkowy z uchwytem, umożliwiającym bezpieczne podwieszenie drenu, bez zamknięcia jego światła, zapobiegając kontaminacji łącznika Luer Lock przyrządu, minimalizując ryzyko wprowadzenia zakażenia u pacjenta.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 8.** Zadanie nr 1, poz.14

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z komorą kroplową zaopatrzoną w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 9.** Zadanie nr 1, poz.14

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwę producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 10.** Zadanie nr 1, poz.14

Czy Zamawiający oczekuje, aby oferowany przyrząd do przetoczeń był sterylny, a tym samym zapakowany w opakowanie typu papier-folia gwarantujące barierę jałowości przy sterylizacji tlenkiem etylenu oraz umożliwiające jego aseptyczne wyjęcie?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga przyrządu sterylnego, zapakowanego w opakowanie typu folia-papier. Zamawiający nie stawia wymogu, co do czynnika sterylizującego użytego na etapie produkcji przyrządu.**

**Pytanie nr 11.** Zadanie nr 1, poz.15-17

Czy Zamawiający dopuści Pojemnik wykonany metodą rozdmuchu z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), pokrywa z wiekiem wykonana z polipropylenu (PP)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 12.** Zadanie nr 1, poz.19

Czy Zamawiający dopuści Rurka ustno – gardłowa wykonana z wysokiej jakości polietylenu (PE) pozbawionego PCV oraz ftalanów?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 13.** Zadanie nr 1, poz.23

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem.**

**Pytanie nr 14.** Zadanie nr 1, poz.24

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do tuberkuliny z dołączoną igłą 0,45 mm x 13 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 15.** Zadanie nr 1, poz.31, 32

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem.**

**Pytanie nr 16.** Zadanie nr 1, poz.34

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem.**

**Pytanie nr 17.** Zadanie nr 1, poz.35

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'90szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem.**

**Pytanie nr 18.** Zadanie nr 1, poz.4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'90szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

Zatwierdził  
Dyrektor SZPZLO Warszawa Praga Południe  
Ewa Łagodzka  
w dniu 19.10.2022