



„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
99-300 Kutno ul. Kościuszki 52
tel. centr.24 38 80 200 tel./fax 24 38 80 201
e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl www.szpital.kutno.pl
REGON 100974785; NIP 7752631681

Kutno, dnia 10.05.2024 r.

WYJAŚNIENIA Nr 1 DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **Usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i naprawy aparatury i sprzętu medycznego.**

Nr postępowania: **ZP/10/24**

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 tj. z dnia 2023.08.14 ze zm.), udziela odpowiedzi na następujące pytania:

- 1. Dotyczy Pakietu 20a** - Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu pozycji nr 2 jako odrębnego zadania lub jego całkowite wykreślenie? Opisany w pozycji nr 2 respirator SECHRIST wyprodukowany **36 lat temu** nie posiada żadnych dostępnych części ani podzespołów koniecznych do wymiany podczas przeglądu.
Dodatkowo firma nasza nie posiada autoryzacji oraz szkoleń wydanych przez producenta w/w aparatu, co uniemożliwia nam złożenie oferty jednocześnie utrudniając zachowanie zasady uczciwej konkurencji.
Zamawiający nie wyraża zgody.
- 2. Dotyczy Zadania nr 18A:** Czy w cenie przeglądu należy uwzględnić koszt wymiany akumulatorów w pompach? Wykonawca wyjaśnia, że zgodnie z zaleceniami producenta wymiana akumulatora winna następować co 2 lata.
Zgodnie z zapisami SWZ - Rozdz. 4 ust. 8 oraz projektem umowy - §3 ust 4.
- 3. Dotyczy Zadania nr 18A** - Wykonawca wskazuje, że do wykonania czynności objętych przedmiotem zamówienia wymagane jest posiadanie specjalistycznych przyrządów oraz oprogramowania, ponadto czynności te wykonane mogą być jedynie przez przeszkolony lub fabryczny serwis. Wszystkie nieautoryzowane działania w zakresie serwisowania lub modyfikacji urządzeń Medima przenoszą odpowiedzialność za skutki niewłaściwego działania urządzeń na osoby lub organizacje zlecające i wykonujące te czynności. Mając na uwadze powyższe, czy Zamawiający wymaga od Wykonawców posiadanie stosownej autoryzacji producenta lub posiadania w swych zasobach osób/y, które legitymują się imiennym aktualnym certyfikatem wystawionym przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczającym przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń objętych pakietem nr 18A?
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 4. Dotyczy Zadania nr 18A** - Czy Zamawiający wyraża zgodę na naprawy w siedzibie Wykonawcy? Wskazujemy, że Wykonawca ze względów technicznych nie ma możliwości wykonywania napraw w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiający nie wyraża zgody.
- 5. Dotyczy Zadania nr 18A:** Czy w przypadku stwierdzenia podczas przeglądu technicznego konieczności wykonania naprawy, Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia wykazu części zamiennych wraz z określeniem przewidywanych kosztów ich dostawy i wykonania usługi naprawy i przekazania tych informacji Zamawiającemu, które będą podstawą odrębnego postępowania?
Zgodnie z zapisami SWZ Rozdz. 4 ust. 12 oraz projektu umowy § 3 ust 8.

6. **Dotyczy - SWZ, rozdział 4 Opis przedmiotu zamówienia, pkt 17 ppkt 10 Załącznik nr 8 do SWZ – Projekt umowy, § 4 ust. 1 ust. 1 pkt 10 Dotyczy pakietu nr 3a – Aparaty do znieczulenia Leon - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wymianę czujników analizy gazów nowej generacji w formie naprawy?**
Producent Löwenstein Medical [dawniej: Heinen + Löwensten] wprowadził czujniki o wydłużonym czasie użytkowania. Wg zaleceń ich częstotliwość wymiany wynosi do 24 miesięcy. Wymiana czujników w formie naprawy pozwoli Zamawiającemu unikać niepotrzebnego kosztu ponieważ konieczność ich wymiany w dużym stopniu zależy od użytkowania urządzenia.
Zamawiający dopuszcza.
7. **Dotyczy - Załącznik nr 8 do SWZ – Projekt umowy, § 2 ust. 1 - Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu skalkulowania kosztu dojazdu oraz kosztu zabrania aparatury i sprzętu medycznego w cenie roboczogodziny. Skalkulowanie dojazdu w cenie roboczogodziny nie jest korzystne dla samego Zamawiającego ponieważ w przypadku naprawy wymagającej więcej niż 1 roboczogodzina bądź naprawy dwóch aparatów w jednym terminie Zamawiający zapłaci koszt dojazdu kilkakrotnie.**
Zgodnie z zapisami SWZ.
8. **Dotyczy SWZ rozdz. 4 pkt. 17.7 i wzór umowy, § 4 pkt. 7 pakiety nr 6a i 10a - Proszę o wyjaśnienie, czy przez materiały eksploatacyjne tj. zużyte akumulatory – baterie, w odniesieniu do kardiomonitorów (pak. 6a) i defibrylatorów (pak. 10a), Zamawiający rozumie baterię podtrzymującą pamięć płyty głównej aparatu czy akumulator, który zapewnia pracę całego urządzenia po odłączeniu go od sieci elektrycznej? Jeżeli Zamawiający ma na myśli akumulator, to czy odstąpi od wymogu wymiany zużytych akumulatorów (pozwalających na pracę kardiomonitorów i defibrylatorów po odłączeniu od zasilania sieciowego) w cenie przeglądu technicznego, a pozwoli na potraktowanie tych elementów jako części zamiennych, które będą wymieniane w momencie wystąpienia takiej konieczności, po uzgodnieniu z Zamawiającym? Jednocześnie informujemy, że producent nie określa częstotliwości wymiany tych elementów, jedynie zaleca ich wymianę w momencie faktycznego ich zużycia/uszkodzenia. Takie rozwiązanie jest bardziej uzasadnione ekonomicznie, ponieważ cena akumulatora znacznie podwyższa koszt samego przeglądu technicznego.**
Zamawiający ma na myśli wymianę akumulatora, która zapewni pracę urządzenia po odłączeniu go od sieci.
9. **Dotyczy SWZ rozdz. 4 pkt. 5, pakiet 6a i 10a - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby osoby skierowane do realizacji zamówienia posiadały kwalifikacje uprawniające do dozoru nad eksploatacją urządzeń? Czy nie wystarczą uprawnienia SEP kat. E?**
Zgodnie z zapisami SWZ.
10. **Dotyczy SWZ rozdz. 4 pkt. 21, pakiet 6a i 10a - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kontakt telefoniczny jako pierwszą formę przystąpienia do usunięcia awarii? Niejednokrotnie Użytkownik może sam usunąć usterkę na podstawie wskazówek serwisanta. Taka opcja pozwoli na skrócenie czasu reakcji serwisu na zgłoszony problem techniczny.**
Zgodnie z zapisami: SWZ Rozdz.4, ust.16 pkt 5 oraz projekt umowy §5 ust.1, pkt 5.
11. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 15 ust. 1:
- 1) Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:
 - 1) za nieterminowe rozpoczęcie przeglądu okresowego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości **0,5%** od wartości brutto **niewykonanej części** pakietu, którego przegląd dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień po miesiącu wyznaczonego terminu przeglądu, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej części pakietu, którego przegląd dotyczy;**
 - 2) za przekroczenie czasu przystąpienia do usunięcia awarii (usterki), o którym mowa w § 2 ust. 4 umowy, w wysokości **50,00 zł** za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej usługi**
 - 3) za niedostarczenie w terminie wskazanym w § 3 ust. 6 i 7 urządzenia zastęp, czego, w wysokości **0,5%** brutto od wartości brutto **niewykonanej części** pakietu, którego usługa dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień po terminie, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej części pakietu, którego usługa dotyczy;**

- 4) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp - w wysokości **2,5%** wynagrodzenia należnego temu podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 Pzp.
- 5) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (w tym dalszego Podwykonawcę) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 5 ust. 1 umowy czynności, w wysokości **250,00 zł** za każdy stwierdzony przypadek;
- 6) za odstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% wartości brutto **niewykonanej części** umowy (według stanu na dzień odstąpienia, wypowiedzenia lub rozwiązania umowy),

Zamawiający nie wyraża zgody (dotyczy pkt 1-6). Zgodnie z zapisami projektu umowy.

12. **Dotyczy Pakietu 20d i 20h** - Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz pacjentom, a także zapewnieniu przeprowadzenia usługi zgodnie z pełnymi wytycznymi producenta, Zamawiający w Pakiecie 20d i 20h wymaga poświadczenia o autoryzacji serwisu przez producenta sprzętu? **Zgodnie z zapisem Rozdz. 4 ust. 20 SWZ, Zamawiający wymaga od Wykonawcy oświadczenia, że jest autoryzowanym serwisantem wytwórcy przedmiotowego urządzenia. Zamawiający dokonuje zmiany w SWZ Rozdz. 4 ust. 20, Rozdz. 6 ust. 2 pkt 4 lit. d, Rozdz. 8, ust. 2, pkt 5, dodając Pakiet Nr 20g i 20h.**
13. **Dotyczy Pakietu 20d i 20h** - Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz pacjentom, a także zapewnieniu przeprowadzenia usługi zgodnie z pełnymi wytycznymi producenta, Zamawiający w Pakiecie 20d i 20h wymaga, aby osoby wykonujące usługę posiadały certyfikaty świadczące o przeszkoleniu w zakresie serwisowania sprzętu medycznego wystawione przez producenta lub autoryzowany serwis producenta na terenie Polski? **Zgodnie z zapisami SWZ, Rozdz. 4 ust 5.**
14. **Dotyczy Pakietu 20d i 20h** - Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz pacjentom, a także zapewnieniu przeprowadzenia usługi zgodnie z pełnymi wytycznymi producenta, Zamawiający w Pakiecie 20d i 20h wymaga sprawdzenia i ewentualnej aktualizacji oprogramowania urządzeń do najnowszej wersji? **Zgodnie z zapisami SWZ Rozdz. 4 ust. 17 pkt 12 oraz projektem umowy § 4 pkt 12.**
15. **Dotyczy respiratorów Bennett** - Zgodnie z zaleceniami producenta respiratorów Bennett, urządzenia po każdorazowym przepracowaniu 10 tys. godzin podlegają poszerzonemu przeglądowi obejmującemu remont układu pneumatyki. Czy zamawiający wymaga aby w ramach przeglądu wykonać także poszerzone przeglądy i tym samym wliczyć koszty niezbędnych części do ceny pakietu? Jeżeli Zamawiający wymaga poszerzonego przeglądu, to zwracamy się z prośbą o podanie ilości urządzeń wymagających poszerzonej procedury. **Zamawiający wymaga poszerzonego przeglądu dla jednego urządzenia.**
16. **Dotyczy respiratorów Bennett** - Zgodnie z zaleceniami producenta respiratorów Bennett co 12 miesięcy należy wymienić w nich czujnik tlenu, a akumulator co 36 m-cy (w Bennett 980). Czy Zamawiający wymaga aby ceny powyższych akcesoriów zostały uwzględnione w wycenie? **Zgodnie z zapisami SWZ Rozdz. 4 ust 8 oraz projektu umowy § 3 ust 4.**
17. **Dotyczy Pakietu 18a:**
 - 1) Poprosimy Zamawiającego o wydzielenie do odrębnego pakietu pomp Agilia i stacji dokujących. **Zamawiający nie wyraża zgody.**
 - 2) Czy Zamawiający wymaga wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta z wymianą wszystkich zużywalnych elementów oraz wykonaniem wymaganych przez niego kalibracji i testów? **Zgodnie z zapisem SWZ: Rozdz.4 ust. 17 pkt 9.**
 - 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia kary umownej opisanej w § 15 pkt. 2 na następujące:
„za przekroczenie czasu przystąpienia do usunięcia awarii (usterki), o którym mowa w § 2 ust. 4 umowy, w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”?
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami SWZ i projektu umowy.

- 18. Dotyczy zapisów SWZ i projektu umowy** - Wnioskujemy o usunięcie z SWZ (pkt 4.21) jak i z Projektu Umowy (§ 2 pkt 4) zapisów dotyczących czasu przystąpienia do usunięcia awarii i co za tym idzie kar umownych za opóźnienia w przystąpieniu do usunięcia awarii. Zarówno w SWZ jak i proponowanej Umowie nie określcie Państwo zasad akceptacji kosztów usunięcia awarii (części zamienne, koszt dojazdu), co uniemożliwia deklarację ze strony Wykonawcy do podjęcia się naprawy.
Zamawiający nie wyraża zgody.
- 19. Dotyczy Projektu Umowy – załącznik nr 8 do SWZ § 3 ust. 6 (Pakiet 17c)** - Czy Zamawiający Zgodzi się na wydłużenie terminu zapewnienia urządzenia zastępczego do 12 dni roboczych?
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 20. Dotyczy Pakietu 17 c** - Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu przystąpienia do usunięcia usterki do 72 godzin w dni robocze?
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 21. Dotyczy SWZ – rozdz. 4 ,pkt. 5 i pkt. 20; rozdz. 6, pkt. 2, ppkt. 4 d); rozdz. 8, pkt. 2, ppkt.5) – dla pakietu 18g**
Zwracamy się z prośbą o postawienie wymogu przedstawienia certyfikatu potwierdzającego odbycie szkoleń w zakresie przeglądów sprzętu wyszczególnionego w pakiecie 18g, będącego przedmiotem niniejszego postępowania, wystawionego przez producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta.
Jako autoryzowany przedstawiciel producenta, pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na kwestie związane z wykonywaniem serwisu przez podmioty nieuprawnione. Podkreślamy, że umożliwienie osobom nieuprawnionym przez Producenta sprzętu medycznego wykonywania przeglądów, napraw oraz wymiany części zamiennych niewiadomego pochodzenia, jednoznacznie wiąże się z nie wypełnieniem przez użytkownika Sprzętu zapisów instrukcji jego użytkowania.
Wskazujemy, że niniejsze wymaganie nie narusza zasady równego traktowania, gdyż każdy zainteresowany może odbyć przedmiotowe szkolenie u producenta i uzyskać stosowny certyfikat. W szczególności dotyczy to czynności związanych z fachową instalacją wyrobu, jego okresową konserwacją, okresową lub doraźną, stosownie do potrzeb obsługą serwisową, aktualizacją oprogramowania wyrobu, jeżeli je posiada, także okresowymi lub doraźnymi przeglądami, regulacjami, kalibracjami (ustaleniami zależności pomiarowych), wzorcownikami, weryfikacją lub kontrolą bezpieczeństwa, jeżeli nie mogą one być wykonane przez użytkownika wyrobu we własnym zakresie.
Zgodnie z SWZ. Brak wymagań co do Pakietu 18g.
- 22. Dotyczy SWZ – rozdz. 4, pkt. 21 oraz Załącznika nr 1 do SWZ – pkt. 2 – dla pakietu 18g**
Prosimy o zmianę zapisu na: „Czas przystąpienia do usuwania awarii (usterki) od momentu przysłania urządzenia do siedziby Wykonawcy nie może przekroczyć 72 godzin.”
Powyższa prośba wynika z faktu, że część usług świadczenia napraw z powodów technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych może być wykonana tylko w serwisie Wykonawcy.
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 23. Dotyczy SWZ – rozdz. 20, pkt. 3, ppkt. 3) - dla pakietu 18g** - Prosimy o zmianę zapisu na: „Oferty w tym kryterium rozpatrywane będą na podstawie zaproponowanego czasu przystąpienia do usuwania awarii (usterki) od momentu otrzymania urządzenia przez Wykonawcę, do rozpoczęcia naprawy przedmiotu zamówienia podanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty – Załącznik Nr 1 do SWZ. Czas rozpoczęcia naprawy nie może przekroczyć 72 godzin liczonych od chwili otrzymania urządzenia przez Wykonawcę.”
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 24. Dotyczy Załącznika nr 8 do SWZ - §2, pkt. 4 – dla pakietu 18g** - Prosimy o zmianę zapisu na: „Czasu przystąpienia do usuwania awarii (usterki) od momentu przysłania urządzenia do siedziby Wykonawcy do rozpoczęcia naprawy wynosi godzin.”
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 25. Dotyczy Załącznika nr 8 do SWZ - §3, pkt. 4 – dla pakietu 18g** - Prosimy o wyjaśnienie powyższego zapisu, dotyczącego wymiany zużytych akumulatorów. Czy Wykonawca w ramach standardowej procedury przeglądu ma doliczyć do każdego urządzenia koszt akumulatora? Nadmieniamy, że konieczność wymiany akumulatora może być stwierdzona wyłącznie podczas przeglądu, a jego wymiana nie jest standardową procedurą wymaganą przez producenta. W związku z powyższym proponujemy

zmianę zapisu w tym zakresie na: „...wymianę zużytych akumulatorów (baterii) w przypadku stwierdzenia takiej konieczności na podstawie przedstawionego kosztorysu przez Wykonawcę.”

Zgodnie z zapisami projektu umowy, Załącznikiem nr 8 do SWZ - §3, ust. 4

26. Dotyczy SWZ – rozdz. 4, pkt. 9 oraz Załącznika nr 8 do SWZ - §3, pkt. 5 – dla pakietu 18g (poz. 1, 2, 3) - Prosimy o zmianę zapisu na: „Przeglądy oraz kalibracje powinny odbywać się w miejscu użytkowania urządzenia, lecz w przypadku braku takiej możliwości urządzenie może zostać wysłane do Wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z Zamawiającym, na koszt Wykonawcy (dotyczy pakietów 18g, ...).”

Zgodnie z zapisami SWZ i projektu umowy.

27. Dotyczy Pakietu nr 10c,18h - Czy Zamawiający dopuści wykonanie usługi w siedzibie Wykonawcy? Na czas przeglądu Wykonawca dostarczy (na życzenie Zamawiającego) urządzenia zastępcze oraz pokryje koszty transportu.

Zamawiający nie wyraża zgody.

28. Dotyczy Pakietu 18h - Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy posiadania autoryzacji. Asortyment z Pakietu nr 18h jest tego samego producenta co urządzenia z pakietu 10c.

Zgodnie z zapisami SWZ.

29. Dotyczy Pakietu 10c, 18h - Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga wymiany baterii podczas przeglądu. Wymiana baterii, zgodnie z zaleceniami producenta, nie jest wymagana podczas przeglądu.

Zgodnie z zapisami SWZ.

30. Dotyczy Pakietu nr 10c, 18h - Jeżeli Zamawiający nie zgodzi się na wykonanie przeglądów w siedzibie Wykonawcy, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni przedstawicielom Wykonawcy warunki do przeprowadzenia przeglądów w postaci pomieszczenia z dostępem do sieci elektrycznej. Pomieszczenie powinno być wolne od substancji biologicznych w tym krwi, a przedstawiciele Wykonawcy nie będą mieli kontaktu z pacjentami.

Przeglądy należy wykonać w siedzibie Zamawiającego u użytkownika danego urządzenia, zgodnie z wykazem podanym w Formularzu asortymentowo – cenowym.

31. Dotyczy Pakietu nr 10c, 18h - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający żądając wykonania przeglądów w siedzibie Zamawiającego, przygotowuje urządzenia do przeglądu (tj. urządzenia będą zdemontowane z miejsca pracy i dostarczone do miejsca wykonywania przeglądów). Jeżeli Zamawiający wymaga wpisów do paszportu urządzenia powinny zostać dostarczone wraz z paszportem.

Uzasadnienie: Przedstawiciel Wykonawcy nie powinien poruszać się po oddziałach szpitalnych, ani mieć kontaktu z pacjentami, którzy aktualnie korzystają ze sprzętu przeznaczonego do przeglądów. Jeżeli urządzenia nie będą przygotowane do przeglądu Wykonawca ma prawo odmówić wykonania usługi. Proponujemy zawrzeć tożsamy zapis w projekcie umowy.

Przygotowanie urządzenia do przeglądu leży po stronie Wykonawcy.

32. Dotyczy Pakietu nr 10c, 18h - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewnia bezpłatny parking na terenie Szpitala.

Uzasadnienie: Zamawiający ma obowiązek podać wszystkie koszty mające wpływ na wycenę. W SWZ Zamawiający nie podaje informacji, że parkowanie na terenie Szpitala jest płatne. W przypadku wykonania usługi w siedzibie Zamawiającego zachodzi potrzeba transportu urządzeń pomiarowych i części niezbędnych do wykonania przeglądu. Jeżeli parkowanie na terenie Szpitala jest płatne, prosimy o podanie kosztów.

Tak, po uprzednim uzgodnieniu terminu przyjazdu z Zamawiającym.

33. Dotyczy Par. 3 ust. 3

Zwracamy uwagę, że sprzęt medyczny dopuszczany jest do użytkowania na podstawie wyników testów specjalistycznych i akceptacyjnych. Natomiast w ramach przeglądów okresowych firma serwisująca te urządzenia opisuje jedynie bieżący ich stan, wskazując użytkownikowi czy nadają się one do bezpiecznego użytkowania, natomiast ewentualna decyzja o wyłączeniu sprzętu z użytku należy do użytkownika, firma serwisująca nie ma takich uprawnień. Z powyższych względów wnosimy o wykreślenie postanowienia.

Zgodnie z zapisami SWZ i projektu umowy.

34. Dotyczy Par. 3 ust. 6

Firmy serwisujące urządzenia medyczne nie świadczą co do zasady usług wypożyczenia sprzętu medycznego (utrzymywania go na stanie w celu oddania do korzystania w razie potrzeby Zamawiającemu). W związku z powyższym tego rodzaju zobowiązanie, jak wynikające z ust. 6 będzie wiązać się z nadmiernymi (nieproporcjonalnymi do wartości przedmiotu umowy) kosztami, które będą musiały zostać wkalkulowane do ceny oferty Wykonawców. W związku z oczywistą niepraktycznością tego rozwiązania wnioskujemy o wykreślenie z zapisów zapewnienia aparatury zastępczej na okres przeglądu/naprawy w przypadku tego aparatu ewentualnie o wprowadzenie następującej zmiany:

„W przypadku konieczności wykonania usługi serwisowej/przebiegów i napraw w siedzibie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 1 ust. 2, zapewnić urządzenie zastępcze w terminie do 7 dni roboczych od momentu zabrania urządzenia, wraz z jego transportem, o ile w dacie otrzymania żądania Zamawiającego Wykonawca dysponuje taką aparaturą zastępczą (...).”

Zgodnie z zapisami SWZ i projektu umowy.

35. Dotyczy Par. 3 ust. 7

Firmy serwisujące urządzenia medyczne nie świadczą co do zasady usług wypożyczenia sprzętu medycznego (utrzymywania go na stanie w celu oddania do korzystania w razie potrzeby Zamawiającemu). W związku z powyższym tego rodzaju zobowiązanie, jak wynikające z ust. 7 będzie wiązać się z nadmiernymi (nieproporcjonalnymi do wartości przedmiotu umowy) kosztami, które będą musiały zostać wkalkulowane do ceny oferty Wykonawców. W związku z oczywistą niepraktycznością tego rozwiązania wnioskujemy o wykreślenie z zapisów zapewnienia aparatury zastępczej na okres przeglądu/naprawy w przypadku tego aparatu ewentualnie o wprowadzenie następującej zmiany:

„Jeżeli wykonanie usług serwisowych/przebiegów i napraw przekroczy 7 dni roboczych, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 1 ust. 2, urządzenie zastępcze wraz z jego transportem, o ile w dacie otrzymania żądania Zamawiającego Wykonawca dysponuje taką aparaturą zastępczą (...).”

Zgodnie z zapisami SWZ i projektu umowy.

36. Dotyczy Par. 3 ust. 9

Wnosimy o wykreślenie, wykonawca nie przykleja/nie umieszcza na urządzeniu żadnych nalepek, w celu uniknięcia ryzyka utraty znakowania CE przez aparat. Zwracamy uwagę, że wszelkie stosowne informacje na temat stanu urządzenia znajdują się w jego dokumentach np. paszporcie technicznym, raporcie serwisowym.

Zgodnie z zapisami SWZ i projektu umowy.

37. Dotyczy Par. 3

Gwarancja jakości dotyczy odpowiedzialności gwaranta za pewnego rodzaju niezgodność towaru z umową, wadliwość towaru. Brzmienie postanowienia jest nieprecyzyjne i nie uwzględnia sytuacji, w których powstała awaria/usterka spowodowana została np. okolicznościami siły wyższej, normalnego zużycia, ingerencją w sprzęt osób trzecich. Powoduje to niemożność lub istotne utrudnienie wyliczenia kosztu usługi (może prowadzić do zawyżenia kosztu usługi wskutek konieczności objęcia dużego zakresu ryzyka) i ryzyka po stronie Wykonawcy. Czy w związku z tym Zamawiający wyraża zgodę na dodanie postanowienia § 3 ust. 12 wzoru umowy, precyzującego w/w okoliczności, które odzwierciedla przyjęte rynkowo standardy wyłączające/ograniczające ryzyko Wykonawcy, a także naturę gwarancji:

„Gwarancja określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z:

- a. niewłaściwego użytkowania urządzenia, w tym niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania;
- b. mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady;
- c. samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
- d. jakiegokolwiek ingerencji osób trzecich;
- e. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź, zalanie)
- f. normalnego zużycia wymienionych części;
- g. awarii systemu spowodowanego przez wadliwe działanie podzespołów aparatu, które nie były dostarczone przez Wykonawcę.”

Zgodnie z zapisami SWZ i projektu umowy.

38. Dotyczy par. 11 ust. 1 – 2

Wnosimy o wykreślenie. Wykonawca nie może podejmować zobowiązań o nieokreślonym zakresie, na nieokreślony czas ich trwania, niejasnych zasadach realizacji i zasadach wynagradzania.

Zgodnie z zapisami projektu umowy.

39. Dotyczy Par. 15 ust. 1 pkt 1

Zgodnie z poglądami sądów powszechnych kara umowna naliczana za zwłokę powinna być naliczana w wartości ułamkowej, zaczynającej się od 0,1-0,2%. Zaproponowane wartości kar są w naszej ocenie rażąco wygórowane już w dacie zastrzegania (1%). Kara umowna określona ww. punktem może być naliczana kilkakrotnie w trakcie trwania umowy, odwołując się za każdym razem do pełnej wartości wynagrodzenia Wykonawcy, co zaburza równowagę kontraktową pomiędzy stronami. Nadto, uprawnienie do naliczania kar umownych znajduje swoją wyraźną podstawę kodeksową w art. 483 k.c., natomiast zaproponowane zapisy Wykonawca postrzega, jako pomijanie ogólnych zasad kodeksowych. Dodatkowo, wysokość możliwych do poniesienia przez Wykonawcę kar umownych jest całkowicie nieproporcjonalne do potencjalnych odsetek za opóźnienie Zamawiającego w płatności, co pogłębiałoby brak równowagi pomiędzy stronami.

Czy w związku z powyższym Zamawiający zgodzi się na zmianę ww. postanowienia umowy poprzez zastrzeżenie kary umownej w wysokości 0,2% zamiast 1%?

Wnosimy również o doprecyzowanie, że kara naliczana będzie za każdy dzień zwłoki, jako że art. 433 PZP zakazuje ustanawiania kar umownych za opóźnienie.

Zgodnie z zapisami projektu umowy.

40. Dotyczy Par. 15 ust. 1 pkt 2

Wnosimy o obniżenie wysokości kary do 20 zł i naliczanie jej za każde rozpoczęte 4 h. Wnosimy również o doprecyzowanie, że kara naliczana będzie za godziny zwłoki, jako że art. 433 PZP zakazuje ustanawiania kar umownych za opóźnienie.

Zgodnie z zapisami projektu umowy.

41. Dotyczy Par. 15 ust. 1 pkt 3

Zgodnie z poglądami sądów powszechnych kara umowna naliczana za zwłokę powinna być naliczana w wartości ułamkowej, zaczynającej się od 0,1-0,2%. Zaproponowane wartości kar są w naszej ocenie rażąco wygórowane już w dacie zastrzegania (1%). Kara umowna określona ww. punktem może być naliczana kilkakrotnie w trakcie trwania umowy, odwołując się za każdym razem do pełnej wartości wynagrodzenia Wykonawcy, co zaburza równowagę kontraktową pomiędzy stronami. Nadto, uprawnienie do naliczania kar umownych znajduje swoją wyraźną podstawę kodeksową w art. 483 k.c., natomiast zaproponowane zapisy Wykonawca postrzega, jako pomijanie ogólnych zasad kodeksowych. Dodatkowo, wysokość możliwych do poniesienia przez Wykonawcę kar umownych jest całkowicie nieproporcjonalne do potencjalnych odsetek za opóźnienie Zamawiającego w płatności, co pogłębiałoby brak równowagi pomiędzy stronami.

Czy w związku z powyższym Zamawiający zgodzi się na zmianę ww. postanowienia umowy poprzez zastrzeżenie kary umownej w wysokości 0,2% zamiast 1%?

Wnosimy również o doprecyzowanie, że kara naliczana będzie za każdy dzień zwłoki, jako że art. 433 PZP zakazuje ustanawiania kar umownych za opóźnienie.

Zgodnie z zapisami projektu umowy.

42. Dotyczy Par. 15 ust. 3

Zwracamy uwagę, że limitu kar ustalony na poziomie 30% wartości brutto umowy może doprowadzić do powstania kary rażąco wygórowanej. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. Wskazać należy, iż celem art. 436 pkt 3) PZP i wprowadzenie obowiązku przewidywania łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić Strony, było właśnie uniknięcie sytuacji naliczania rażąco wygórowanych. Zastosowanie kary na poziomie 30% wynagrodzenia Wykonawcy jest sprzeczne z celem tego postanowienia, a dodatkowo kumulowanie ryzyka będzie musiało zostać uwzględnione w cenie oferty wykonawców, co nie jest zjawiskiem korzystnym dla Zamawiającego. W związku z tym, Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę limitu kar, jakie mogą być naliczone w ramach umowy na 20%.

Zgodnie z zapisami projektu umowy.

43. Dotyczy Par. 17 ust. 1

W celu uniknięcia rozbieżności względem daty podpisania umowy, np. w sytuacji gdy inna data zawarcia umowy wskazana będzie w jej nagłówku, a z inną datą zostaną złożone podpisy Stron, wnosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie zd. 2: „Dniem zawarcia umowy jest dzień podpisania umowy przez Strony, w dacie złożenia podpisu przez ostatnią z nich lub z chwilą złożenia ostatniego z podpisów elektronicznych stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegółach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej”. W praktyce zdarza się, że wydłużone jest oczekiwanie na podpisanie umowy przez osoby uprawnione do reprezentacji każdej ze Stron, w wyniku czego złożenie zgodnych oświadczeń woli następuje w dacie późniejszej niż data dzienna wpisana do nagłówka umowy. **Data wpisana do nagłówka umowy wskazuje datę zawarcia umowy, natomiast daty wskazane w Par. 17 ust. 1 wskazują czas obowiązywania umowy.**

44. Dotyczy pakiet 9e poz. 1 Inkubator IWS

Uprzejmie prosimy o wydzielenie z pakietu poz. nr 1 (Inkubator IWS), ponieważ producent zakończył wsparcie techniczne tego urządzenia. GE Healthcare nie może już zabezpieczyć pełnej dostępności do oryginalnych części zamiennych, autoryzowany serwis producenta nie może zagwarantować wykonania przeglądu technicznego obejmującego pełną kalibrację, kontrolę jakości działania i bezpieczeństwa pacjenta oraz personelu jak również wymianę wszystkich koniecznych części wymaganych przez producenta do wymiany podczas przeglądu. Obecny kształt specyfikacji uniemożliwia naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w tym pakiecie **Zamawiający nie wyraża zgody.**

45. Dotyczy pakiet 9g poz. 3 nawilzacz

Będąc przedstawicielem producenta sprzętu GE Healthcare uprzejmie prosimy o wydzielenie z pakietu poz. 3. Obecny kształt specyfikacji uniemożliwia naszej firmie – wiodącemu, autoryzowanemu przedstawicielowi złożenie konkurencyjnej oferty w tym pakiecie, a Zamawiającego naraża na niekompletne wykonanie przeglądu. Prosimy Zamawiającego jak na wstępie o wydzielenie w/w sprzętu do osobnego pakietu. **Zamawiający nie wyraża zgody.**

46. Dotyczy zapisów SWZ

Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta oraz jakości usług medycznych Zamawiający będzie wymagał odpowiednich kwalifikacji technicznych dostawcy serwisu w zakresie aparatury będącej przedmiotem przetargu, potwierdzonych aktualnymi certyfikatami odbytych przez inżynierów szkoleń? **Zgodnie z zapisami SWZ.**

47. Dotyczy zapisów SWZ

Czy Zamawiający będzie wymagał od wszystkich Wykonawców do przeprowadzenia przeglądów i napraw użycia tylko oryginalnych i nowych części zamiennych? **Zgodnie z zapisami SWZ, Rozdz.4 ust 14.**

48. Dotyczy zapisów SWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby czynności serwisowe były wykonywane zgodnie z aktualnymi instrukcjami serwisowymi, a czynności serwisowe powinny być w pełni zgodne z aktualnymi listami tych czynności? **Zgodnie z zapisami SWZ, Rozdz.4 ust. 4.**

49. Dotyczy pakiet 20g

Zgodnie z zaleceniami producenta co 2 lata wymienia się w respiratorach R860 akumulator, czy w kalkulować jego cenę w przegląd respiratora? Czy będzie rozliczany na osobnej ofercie? **Zgodnie z zapisami SWZ, Rozdz. 4 ust 8 oraz Rozdz. 4, ust.17 pkt 11.**

50. Dotyczy Umowa par.15 ust.4 oraz SWZ pkt. 4.18

Wnosimy o dodanie do treści w/w punktów poniższego lub równoważnego zapisu: „Zamawiający dopuszcza również w przypadku sprzętu wyprodukowanego przed rokiem 2010 zakończenie przez Wykonawcę naprawy, co również nie będzie rodziło odpowiedzialności zawartych w postanowieniach karach Umownych określonych w SWZ.” Prośbę motywujemy faktem, że w przypadku zakończenia produkcji nowych części zamiennych przez producenta z reguły nie istnieją na rynku inne części zamienne dopuszczone przez producenta i nie jest to zawinione przez Wykonawcę. Z tego powodu wnosimy o możliwość odstąpienia od naprawy bez ponoszenia odpowiedzialności.

51. Dotyczy Umowa par.2 ust.3 – pakiet 13c

Wnioskujemy o potwierdzenie, że skoro zgodnie z brzmieniem zapisu w par.2 ust. 3 Umowy Zamawiający wymaga aby przedmiot umowy wykonywany był przez osoby posiadające m.in. „przeszkolone u producenta w zakresie przeglądów urządzeń i posiadające zaświadczenie producenta potwierdzające uprawnienia do wykonywania usług konserwacyjnych i przeglądowych oraz posiadające dostęp do menu sprzętu”, a producent diatermii Erbe jak w pakiecie 13c wymaga, aby czynności serwisowe wykonywane były wyłącznie przez osoby upoważnione przez producenta (zapisy m.in. w instrukcji obsługi), to dla pakietu nr 13c Wykonawca musi dysponować osobą przeszkoloną przez producenta i posiadającą zaświadczenie wystawione przez producenta tj. firmę Erbe Elektromedizin GmbH Niemcy.

Zgodnie z zapisami projektu umowy.

52. Dotyczy SWZ pkt. 6.2.4.d – pakiet 13c

Z uwagi na wysoką inwazyjność wyrobów medycznych typu diatermia elektrochirurgiczna (aplikacja prądu do ciała pacjenta), a tym samym ryzyko wystąpienia incydentu medycznego, wnioskujemy o objęcie Wykonawcy dla pakietu nr 13c (diatermie Erbe) wymogiem bycia autoryzowanym serwisantem wytwórcy przedmiotowego urządzenia, jak w pkt. 6.2.4.d SWZ. Jednocześnie zwracamy uwagę, że urządzenia tego samego typu innych producentów (pakiet 13d i 13e) objęte są wnioskowanym wymogiem dla Wykonawcy.

Zgodnie z zapisami SWZ, Rozdz. 4, ust. 20.

53. Dotyczy projektu umowy - W nawiązaniu do załącznika nr 8 do SWZ UMOWA ZP/10/.../24 /Projekt/ §3 ustęp 4 prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga wymiany akumulatorów w respiratorach poz. 6 i 7 z pakietu 20e.

Zgodnie z zapisami SWZ Rozdz. 4 ust. 8 oraz ust.17 pkt 11 i zapisami projektu umowy §3 ust. 4.

54. Dotyczy projektu umowy - W nawiązaniu do załącznika nr 8 do SWZ UMOWA ZP/10/.../24 /Projekt/ §3 ustęp 6 i 7 zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie czasu wykonania usług do 10 dni roboczych.

Zgodnie z zapisami projektu umowy.

55. Dotyczy przedmiotu zamówienia dla pakietu nr 21d

Par. 7

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie kolejnego ustępu wg poniższego ?

Zwłoka w płatności powyżej 21 dni od terminu wskazanego na fakturze upoważnia Wykonawcę do wstrzymania usług bądź realizacji zobowiązań umownych za przedpłatą.

Zamawiający nie wyraża zgody.

56. Dotyczy Par. 15

Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kar wg poniższego ?

- 1) za nieterminowe rozpoczęcie przeglądu okresowego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 1% 0,5% od wartości brutto pakietu, którego przegląd dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień po miesiącu wyznaczonego terminu przeglądu;
- 2) za przekroczenie czasu przystąpienia do usunięcia awarii (usterki), o którym mowa w § 2 ust. 4 umowy, w wysokości 100,00 zł 50,00 zł. za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;
- 3) za niedostarczenie w terminie wskazanym w § 3 ust. 6 i 7 urządzenia zastępczego, w wysokości 1% 0,5% brutto od wartości brutto pakietu, którego usługa dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień po terminie;
- 4) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp - w wysokości 5% 0,5% wynagrodzenia należnego temu podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 Pzp.
- 5) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (w tym dalszego Podwykonawcę) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 5 ust. 1 umowy czynności, w wysokości 500,00 zł 250,00 zł. za każdy stwierdzony przypadek;
- 6) za odstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% 5 % wartości brutto umowy (według stanu na dzień odstąpienia, wypowiedzenia lub rozwiązania umowy),

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami projektu umowy.

57. Dotyczy przedmiotu zamówienia dla pakietu nr 21d

Par. 15

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie kolejnego ustępu wg poniższego ?

Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość stosowania kar.

Zamawiający nie wyraża zgody.

58. Dotyczy projektu umowy - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o usunięcie podpunktu 2 paragraf 15

„za przekroczenie czasu przystąpienia do usunięcia awarii (usterki), o którym mowa w § 2 ust. 4 umowy, w wysokości 100,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia” z zapisów umownych.

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami projektu umowy.

59. Pytanie dot. SWZ, rozdział 4, pkt 11 oraz Załącznika nr 8 do SWZ, Projekt umowy, § 3, ust. 7, dotyczy pakietu 5d

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego dla pakietu 5d.

Wyjaśniamy, że przedmiotem oferty jest aparat skonfigurowany wg potrzeb konkretnego klienta. Wstawienie identycznego nowego zamiennika oznacza, że Wykonawca będzie musiał mieć w zapleczu drugi aparat, a jego wartość oczywiście uwzględnić w cenie oferty.

Zgodnie z zapisami SWZ i projektu umowy.

60. Pytanie dot. SWZ, rozdział 4, pkt 21 oraz Załącznika nr 8 do SWZ, Projekt umowy, § 2, ust. 4, dotyczy pakietu 5d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas reakcji był uznany również dla usługi zdalnej. Usługa zdalna, pozwala do przygotowania się inżyniera do wizyty na miejscu, również w zakresie wstępnej diagnostyki i wyspecyfikowania części do naprawy, z którymi inżynier przyjedzie do siedziby Zamawiającego celem dokonania naprawy.

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje odpowiednio zapisy Rozdziału 4 ust. 21 SWZ oraz § 2, ust. 4 projektu umowy.

61. Pytanie dot. SWZ, rozdział 4, pkt 21 oraz rozdział 20, pkt 3 oraz Załącznika nr 8 do SWZ, Projekt umowy, § 2, ust. 4, dotyczy pakietu 5d

Prosimy o potwierdzenie, że zapis dotyczy dni roboczych tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Zamawiający potwierdza, że zapis dotyczy dni roboczych w odniesieniu do wszystkich pakietów i modyfikuje odpowiednio zapisy Rozdziału 4 ust. 21 SWZ oraz § 2, ust. 4 projektu umowy.

62. Pytanie dot. Załącznika nr 8 do SWZ, Projekt umowy, § 9, ust. 1, pkt 4, lit. a), dotyczy pakietu 5d

Prosimy o zmianę zapisów waloryzacyjnych opisanych w par. 3 gdyż w obecnym kształcie zapisy te są martwe. Proponujemy oprzeć się na wskaźniku cen towarów i usług ogłaszanych raz w roku w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Proponujemy poniższy zapis:

„Strony przewidują możliwość zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

Strony mają prawo żądać zmiany wynagrodzenia:

a) najwcześniej po upływie roku od dnia zawarcia umowy,

b) maksymalnie jeden raz w danym roku obowiązywania umowy,

Poziom zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia ustala się na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego raz w roku w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w stosunku do roku poprzedniego.”

63. Pytanie dot. Załącznika nr 8 do SWZ, Projekt umowy

Prosimy o wyrażenie zgody na dodanie zapisu:

„W celu wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska w nieograniczony sposób dostęp do urządzenia w uzgodnionych wcześniej przez Strony terminach. Zamawiający zapewni, że urządzenie jak również pomieszczenia, w których urządzenie jest zainstalowane nie będą zanieczyszczone krwią, innymi płynami ustrojowymi ani jakimikolwiek substancjami zanieczyszczającymi, aktywnymi biologicznie lub chemicznie. Uchybienie powyższemu obowiązkowi uprawnia Wykonawcę do odmowy wykonania usług serwisowych.”

Zamawiający nie wyraża zgody.

64. Pytanie dot. Załącznika nr 8 do SWZ, Projekt umowy

Czy mając na uwadze fakt, że podczas realizacji umowy zostaną wytworzone przez Wykonawcę odpady, co do których istnieją wiarygodne do przyjęcia podstawy, że mogą wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne, inne niż zakaźne, Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli:

Mając na uwadze art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (tj. Dz. U. z 2021 nr 779 r, z późn. zm.), wytwórcą odpadów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, mogących wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne inne niż zakaźne, wraz z odpowiedzialnością za nie, będzie Zamawiający, który potwierdza, że zagospodaruje je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie dotyczy to w szczególności odpadów sprzętu i podzespołów elektronicznych czy mechanicznych.

Zamawiający nie wyraża zgody.

65. Pytanie dot. Załącznika nr 8 do SWZ, Projekt umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, iż w sytuacji zmiany danych adresowych Stron umowy nie będzie konieczności zawierania dodatkowego aneksu, a zmiana danych adresowych nastąpi na podstawie pisemnego oświadczenia Strony umowy?

Zamawiający wyraża zgodę.

66. Dotyczy Pakietu 20i - Zwracamy się z prośbą o objęcie pakietu nr 20i (aparatura Fritz Stephan) bezwzględnym wymogiem posiadania przez Wykonawcę autoryzacji serwisu wytwórcy przedmiotowego urządzenia. Prośbę swą motywujemy zaleceniem producenta urządzeń Fritz Stephan do wykonywania przeglądów i napraw jedynie przez profesjonalnie przeszkolony personel. Dodać pragniemy, że respiratory to sprzęt ratujący życie pacjenta, więc usługi winny być wykonywane przez fachowy zespół gwarantujący najwyższą jakość usług.

Zgodnie z zapisem Rozdz. 4 ust. 20 SWZ, Zamawiający wymaga od Wykonawcy oświadczenia, że jest autoryzowanym serwisantem wytwórcy przedmiotowego urządzenia.

Zamawiający dokonuje zmiany w SWZ Rozdz. 4 ust 20, Rozdz. 6 ust. 2 pkt 4 lit. d, Rozdz. 8, ust. 2, pkt. 5 dodając Pakiet Nr 20i.

Podpisał:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Artur Gur

Do wiadomości

Wyjaśnienia zostają umieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/910948>