

PRO Klinika: recovery plan - wspieranie naprawy systemu opieki zdrowotnej w regionie poprzez rozwój specjalistycznej chirurgii jednego dnia, onkologii, kardiologii oraz diagnostyki endoskopowej

L. dz.: DZP-292/23

Poznań, dnia 02.05.2023 r.

**Wszyscy Wykonawcy
/ Platforma zakupowa**

Dotyczy: PN-10/23 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawę z wniesieniem i instalacją wyposażenia Zintegrowanego Bloku Operacyjnego, Oddziału leczenia jednego dnia oraz innych Oddziałów Szpitala, wraz z przeszkoleniem personelu w ramach projektu pn. Budowa Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu - centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK).**

W związku z pytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania, Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) udziela odpowiedzi:

DOTYCZY CZĘŚCI 3:

Pytanie 353

Dot. pkt 34:

W związku z niejasnością zapisu zmieniającego wymaganie dotyczące obciążalności stołu prosimy o jasne określenie wymaganej obciążalności całkowitej (statycznej) stołu – blat w pozycji normalnej – poziomej, centralnie nad kolumną, oraz wymaganej obciążalności roboczej (dynamicznej) – we wszystkich dostępnych pozycjach stołu.

Pytanie 354

Dot. pkt 34:

Czy Zamawiający dopuści stół o dopuszczalnej obciążalności: całkowitej (statycznej) – min 450 kg roboczej (dynamicznej) – min 360 kg.

Odpowiedź łączna na pytanie 353 i 354:

Zamawiający dopuszcza podane wartości oraz wyjaśnia, że obciążalność robocza min. 400kg dotyczy obciążalności statycznej.

Pytanie 355

Dot. pkt 51, podpunkt o):

Czy zamawiający dopuści 2 sztuki szyn akcesoryjnych do przystawki karbonowej o długości 220 mm każda (łącznie 440 mm) – 2 komplety?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie.

Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je jako ważne i wiążące.

Opracowała: Barbara Głowacka
nr tel. (61) 854-60-18
e-mail: dzp@ump.edu.pl