



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZIEJOWIE

ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów
REGON 910333036 NIP 889-12-69-126
tel. 54/285-62-00; fax 54/285-37-01
e-mail: sekretariat@szpitalradziejow.pl
<https://www.szpitalradziejow.pl>

Radziejów, dnia 14.06.2023 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) w trybie podstawowym bez negocjacji na: **„Zakup ambulansu typu B wraz z wyposażeniem medycznym, pełną obsługą gwarancyjną, na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie”** (oznaczenie sprawy TP-11/2023) – ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02 czerwca 2023 r. pod numerem: **2023/BZP 00244622/01**

Niniejszym, na mocy przysługujących nam jako Zamawiającemu uprawnień i obowiązków wynikających z dyspozycji art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) poniżej przekazujemy treść zapytań i udzielonych wyjaśnień.

- Pytanie 1:** Zamawiający wymaga dostawy ambulansu typu B zgodnego z wymaganiami normy PN EN 1789. Norma ta stawia konkretne „sztywne” wymogi dla takiego ambulansu, choć używa można powiedzieć „nieostrych” pojęć: „ambulans powinien”, „zaleca się uwzględnić”, „powinny być zgodne”, „powinno być zapewnione”, „powinien dostarczyć” itp. Aby uniknąć, dowolnych interpretacji w/w określeń używanych w normie PN EN 1789 nasza firma uzyskała odpowiedź Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 18.05.2010 roku. W załączniku A do w/w normy w punkcie **Rozpoznawanie i widoczność ambulansów** stawia się wymóg: „*W celu umożliwienia rozpoznawania i dostrzegania pojazdu w świetle dziennym zaleca się stosowanie barwy żółtej RAL 1016 lub białej, jako podstawowego koloru nadwozia. Jeżeli wybrano kolor biały na zewnętrznej powierzchni pojazdów zaleca się stosowanie dodatkowo barwy żółtej fluorescencyjnej, żółtej RAL 1016 lub czerwonej fluorescencyjnej RAL 3024.*” Powyższe zapisy normy służą też ujednoczeniu koloru ambulansów, aby nie były mylone z innymi pojazdami w kolorze ogólnie żółtym, co bezsprzecznie zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo pojazdom uprzywilejowanym. Ponieważ nie ma czegoś takiego jak „standardowy kolor żółty nadwozia furgon” i każdy z producentów samochodów stosuje inny RAL oraz inne nazewnictwo np. „kanarkowy” ; „piasek pustyni” , „ żółty cytrynowy” itp. więc stojące obok siebie pojazdy furgon w katalogowym

kolorze żółtym *różnią się dość znacznie*. Z tej to przyczyny norma PN EN 1789 posługuje się wyłącznie paletą barw RAL. Nie wyklucza to żadnego z wykonawców, a nawet rozszerza się ich krąg, gdyż każdy producent wykona nadwozie w dowolnym kolorze z palety RAL bez problemu. Uwzględniając powyższe, prosimy o potwierdzenie, że wymagany jest fabryczny „Kolor nadwozia żółty RAL 1016” zgodnie z wymogiem normy PN EN 1789 lub odpowiadająca jemu barwa żółta CMYK 10,0,90,0 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2023 r. ?

Odpowiedź: W odpowiedzi na zadane pytanie udzielamy potwierdzenia że wymagany jest fabryczny „Kolor nadwozia żółty RAL 1016” zgodnie z wymogiem normy PN EN 1789 lub odpowiadająca jemu barwa żółta CMYK 10,0,90,0 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2023 r.

2. **Pytanie 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy tj. w zakładzie wykonującym zabudowę medyczną, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego szkolenia z zakresu Obsługi ambulansu i jego wyposażenia ?

Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody.

3. **Pytanie 3.** Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania samochodów bazowych posiadających emisję CO₂ w cyklu łączonym wg. procedury WLTP wynoszącym 344 g/km i zużycie energii 4,72 MJ/km? Wyjaśniamy, że obecnie dane w świadectwie zgodności WE podawane są zgodnie z procedurą WLTP. Podawana dawniej emisja CO₂ wynosząca 215 g/km, odpowiada obecnie wartości 344 g/km, podobnie jest z wartościami zużycia paliwa.

Odpowiedź: Dopuszcza

4. **Pytanie 4.** Prosimy o potwierdzenie, że w okresie gwarancji za przeglądy pojazdu bazowego z materiałami zużywalnymi typu klocki hamulcowe, olej, filtry itp. oraz za przeglądy wyposażenia medycznego i serwis zabudowy medycznej z dojazdami płaci Zamawiający ?

Odpowiedź: Zamawiający zapłaci za materiał zużywalne typu klocki hamulcowe, olej, filtry. Za przeglądy Zamawiający nie zapłaci.

5. **Pytanie 5:** Czy Zamawiający dopuści, standardową długość gwarancji mechanicznej na samochód bazowy 24 m-cy oraz na perforację nadwozia 72 miesiące i powłoki lakiernicze 36 miesięcy którą oferuje większość producentów ?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza standardową długość gwarancji która oferuje producent.

6. **Pytanie 6.** Czy Zamawiający wymaga minimalnych parametrów ssaka: SSAK PRZENOŚNY AKUMULATOROWO-SIECIOWY

- - Zasilanie sieciowe 230V, akumulatorowe, oraz instalacji 12V z funkcją ładowania akumulatora w trackie ruchu ambulansu.

- - Wyposażony w uchwyt umożliwiający montaż i transportowanie ssaka w pojeździe. Posiadający regulację siły ssania w zakresie od min. 3 do 80 kPa o przepływie do 22 l/min wyposażony w słój wielorazowy o pojemności 1L, z torbą ochroną ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga minimalnych parametrów ssaka: SSAK PRZENOŚNY AKUMULATOROWO-SIECIOWY

- - Zasilanie sieciowe 230V, akumulatorowe, oraz instalacji 12V z funkcją ładowania akumulatora w trakcie ruchu ambulansu.
- - Wyposażony w uchwyt umożliwiający montaż i transportowanie ssaka w pojeździe. Posiadający regulację siły ssania w zakresie od min. 3 do 80 kPa o przepływie do 22 l/min wyposażony w słój wielorazowy o pojemności 1L, z torbą ochronną.

7. Pytanie 7: Prosimy o zmianę zapisu projektu umowy w paragrafie 1 pkt 5 na zapis „.....i potwierdzony faksem w ciągu trzech dni od dnia ustaleń telefonicznych” ?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis

Z:

„Dostawa ambulansu wraz z zabudową oraz sprzętu i wyposażenia medycznego do Zamawiającego w Radziejowie ulica Szpitalna 3 nastąpi w terminie ... dni od dnia zawarcia umowy, przy czym dokładny dzień Dostawy zostanie wskazany telefonicznie i potwierdzony faksem w ciągu trzech dni od dnia zawarcia umowy.”

Na:

„Dostawa ambulansu wraz z zabudową oraz sprzętu i wyposażenia medycznego do Zamawiającego w Radziejowie ulica Szpitalna 3 nastąpi w terminie ... dni od dnia zawarcia umowy, przy czym dokładny dzień Dostawy zostanie wskazany telefonicznie/mailowo i potwierdzony mailowo w ciągu trzech dni od dnia dokonania ustaleń”

8. Pytanie 8: Czy Zamawiający dopuści dostawę bez karty pojazdu, gdyż obecnie nie są wydawane?

Odpowiedź: Tak, gdyż zostaną wydane w dzień dostarczenia przez Wykonawcę.

9. Pytanie 9. Prosimy o podanie sposobu dostawy ambulansów, czy dopuszcza się dojazd na kołach? Wyjaśniamy, że ma to duży wpływ na cenę przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Tak, prosimy o dostarczenie ambulansu na kołach do siedziby zamawiającego.

10. Pytanie 10. Prosimy o dopuszczenie samochodu bazowego wyprodukowanego w ostatnim kwartale 2022r. z zabudową wykonaną w 2023r. ? Wyjaśniamy, że dla pojazdów modyfikowanych za rok produkcji przyjmuje się rok wykonania modyfikacji, w tym przypadku będzie to rok 2023.

Odpowiedź: Tak dopuszcza się pod warunkiem że auto będzie nowe bez przebiegu km i w dokumentacji będzie rok 2023

11. Pytanie 11: Dotyczy umowy paragraf 6 pkt 2 – prosimy o doprecyzowanie czy chodzi o przegląd samochodu bazowego, sprzętu medycznego czy adaptacji medycznej – czy kompletu.

Odpowiedź: Kompletu.

12. Pytanie 12: Dotyczy załącznik 1A – prosimy o potwierdzenie, iż koszty serwisu pogwarancyjnego ponosi Zamawiający, a nie wykonawca.

Odpowiedź Zamawiający potwierdza:

13. Pytanie 13: Dotyczy załącznik 1A – prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wysłą podstawę pod nosze na swój koszt do siedziby Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

14. Pytanie 14: Dotyczy załącznik 1A – prosimy o potwierdzenie, iż poprzez belka zintegrowana z dachem, Zamawiający ma na myśli belkę wbudowaną w nadwozie, a nie odstającą na wspornikach.

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli: Belka wbudowana w nadwozie opływowa przednia i tylna.

15. Pytanie 15: Dotyczy załącznik 1A – prosimy o dopuszczenie ambulansu bez fotela kardiologicznego oraz rampy najazdowej z tyłu ambulansu.

Odpowiedź: Nie dopuszcza się ambulansu bez fotela Kardiologicznego z zintegrowaną rampą najazdową z tyłu ambulansu.

Zamawiający informuje, że ulega zmianie:

- a) termin składania ofert: z 16.06.2023 r. godz. 8:45; na 20.06.2023 r. godz. 8:45
- b) termin otwarcia ofert: z 16.06.2023 r. godz. 09:00; na 20.06.2023 r. godz. 09:00
- c) termin związania ofertą z: 12 lipca 2023 r.; na: 19 lipca 2023 r.

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są dla Wykonawców wiążące. Pozostała treść specyfikacji pozostaje bez zmian.

Radziejów, dnia 14 czerwca 2023 r.

DYREKTOR

mgr Sebastian JANKIEWICZ

Wykonał: M. Kardasz tel. 54 285 63 31
14.06.2023 r.

Kopia: Dział Administracji i Zamówień Publicznych