



Toruń, 23.05.2024 r.

KPIM/273/2024
DZP.38.1.2023.MS

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa budynków nr B4A, B4, budynków technicznych wraz z zagospodarowaniem terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I FAZA 2 inwestycji.” Znak postępowania: ZP/01/23

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (14)

462. SWZ

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, iż gwarancja na całą pozostałą część dostawy oprócz części budowlanej wynosi 24 miesiące (w tym wyposażenie gr. 1 i 2).

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią 1022.

MChz.1 Chłodziarka laboratoryjna z przeszklonymi drzwiami, wys.184cm

498. Czy zamawiający odstąpi od wymogu Złącze/styk dodatkowy: RS 485. To złącze było w starym modelu, który został już wycofany ze sprzedaży. Obecnie jest WLAN.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapis specyfikacji i wymaga aby chłodziarka posiadała interfejs komunikacyjny tj. RS488, LAN, WLAN pozwalający na odczyt jej parametrów za pomocą komputera z dołączonym oprogramowaniem.

MSDah.1 Aparat do hemodializ

667. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż doszło do oczywistej omyłki pisarskiej w lp. 1. Jest zapisany wymóg: „Możliwość wykonywania zabiegów w następujących trybach: ISO HF, HD, HF, HDF Online”, a powinno być: „Możliwość wykonywania zabiegów w następujących trybach: ISO UF, HD, HF, HDF Online”.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że doszło do oczywistej omyłki pisarskiej, zapis powinien brzmieć: „Możliwość wykonywania zabiegów w następujących trybach: ISO UF, HD, HF, HDF Online”.

Dyrektor ds. inwestycyjnych

Mariusz Sowiński