

Łódź, 06.12.2023 r.

**wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**Dotyczy: **Dostawa urządzeń laboratoryjnych CZĘŚĆ 8** (nr postępowania 38/ZP/2023/N)**ODPOWIEDZI NA ZŁOŻONE PRZEZ WYKONAWCÓW WNIOSKI**

Zamawiający informuje, że Wykonawcy zwrócili się z wnioskiem o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu w Części 8. Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie nr. 1

"Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje urządzenia z maksymalnymi mierzonymi wartościami prądowymi/ prądem maksymalnym równym 40 mA dla Potencjostatu / Galwanostatu (1) oraz 3 mA dla Potencjostatu /Galwanostatu (2) ?"

Odpowiedź Ad. 1

TAK, Zamawiający zaakceptuje urządzenia z maksymalnymi mierzonymi wartościami prądowymi/ prądem maksymalnym równym 40 mA dla Potencjostatu / Galwanostatu (1) oraz 3 mA dla Potencjostatu /Galwanostatu (2)

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie zmienia terminów składania i otwarcia ofert.

Sebastian Rudziński
Kierownik Działu Zakupów UŁ