



wielkopolskie centrum onkologii

Poznań, dnia ... 25.09.2024 ...
EZ/114/2023/... 55

Wg rozdzielnika:
do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne

dotyczy: ZAKUP I DOSTAWA MASEK TERMOPLASTYCZNYCH 114/2023

Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), zwanej dalej „Ustawą”, Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Pakiet 1.

ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ul. Pod Borem 18,

41-808 Zabrze

województwo śląskie

NIP 6481997718 ^{inne}

Wartość zamówienia

Pakiet nr 1

675 240,00 zł netto

729 259,20 zł brutto

Wpłynęły 2 oferty; odrzucono 1 ofertę, wykluczono 0 Wykonawców.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu z wartością punktową.

Nr oferty	Nazwa Oferenta/Wykonawcy	Cena oferty	Punktacja Cena 50 Jakość 50
1	ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze województwo śląskie NIP 6481997718 ^{inne}	Pakiet nr 1 675 240,00 zł netto 729 259,20 zł brutto	50+50=100
2	UAB „VPC” ul. Pramonės 97 Vilnius LT-11115, Litwa województwo ----- NIP LT263302811	Pakiet nr 1 442.500,00 zł netto 442.500,00 zł brutto	Oferta odrzucona * uzasadnienie pod tabelą

*Zamawiający odrzuca ofertę UAB „VPC” ul. Pramonės 97 Vilnius LT-11115, Litwa województwo ----- NIP LT263302811

Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty:

Art. 226. 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;

Uzasadnieni merytoryczne: złożona oferta nie spełnia podstawowych wymagań technicznych w pkt jak niżej:

Cechy zamówienia opis	Parametr (Graniczny/Odcinający) Stwierdzone w trakcie oceny jakościowej tak/nie
System mocowań typu push-pin pozwalający na natychmiastowe zapięcie maski i nie wymagający dodatkowych czynności polegających na montażu poszczególnych elementów zapięć oraz umożliwiający natychmiastowe i łatwe odpięcie maski bez użycia dodatkowych akcesoriów	NIE - Po 2 tygodniach obkurczenie maski, duży dyskomfort dla osoby testującej po założeniu maski, po tym czasie pojawił się również problem z odpięciem maski, blokowanie się zatrzasków
Maska pokryta od strony ciała pacjenta warstwą zwiększającą komfort w czasie leczenia, po zewnętrznej stronie materiału gładka powierzchnia. Brzegi materiału umożliwiające łatwe wygładzenie manualnie.	NIE -Maska wyjęta z opakowania przed włożeniem do basenu od strony wewnętrznej pokryta materiałem imitującym zamsz, w ocenie „miła w dotyku”, jednak po ogrzaniu w wodzie i uformowaniu maski materiał zmienia się w kłujący „meszek” od strony powierzchni ciała pacjenta powodujący ból, dyskomfort i podrażnienie skóry
Podczas procesu leczenia maska nie odkształca się (zjawiskiem niepożądanym jest odkształcanie się maski)	NIE - Odkształcanie się maski w trakcie formowania na ciele pacjenta, Maska skurczyła się, ściągnęła po nałożeniu na ciało pacjenta, Po 2 tygodniach obkurczenie maski, duży dyskomfort dla pacjenta po założeniu maski, po tym czasie pojawił się również problem z odpięciem maski, blokowanie się zatrzasków, a nawet w przypadku jednej maski na trzy próby zatrzask uległ zniszczeniu.

Pakiet 2.

ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ul. Pod Borem 18,

41-808 Zabrze

województwo śląskie

NIP 6481997718 ^{inne}

Wartość zamówienia

Pakiet nr 2

227 070,00 zł netto

245 235,60 zł brutto

Wpłynęły 2 oferty; odrzucono 1 ofertę, wykluczono 0 Wykonawców.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu z wartością punktową.

Nr oferty	Nazwa Oferenta/Wykonawcy	Cena oferty	Punktacja Cena 50 Jakość 50
1	ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze województwo śląskie NIP 6481997718 ^{inne}	Pakiet nr 2 227 070,00 zł netto 245 235,60 zł brutto	50+50=100
2	UAB „VPC” ul. Pramonės 97 Vilnius LT-11115, Litwa województwo ----- NIP LT263302811	Pakiet nr 2 147.500,00 zł netto 147.500,00 zł brutto	Oferta odrzucona * uzasadnienie pod tabelą

*Zamawiający odrzuca ofertę UAB „VPC” ul. Pramonės 97 Vilnius LT-11115, Litwa województwo ----- NIP LT263302811

Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty:

Art. 226. 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;

Uzasadnieni merytoryczne: złożona oferta nie spełnia podstawowych wymagań technicznych w pkt jak niżej:

Cechy zamówienia opis	Parametr (Graniczny/Odcinający) Stwierdzone w trakcie oceny jakościowej tak/nie
System mocowań typu push-pin pozwalający na natychmiastowe zapięcie maski i nie wymagający dodatkowych czynności polegających na montażu poszczególnych elementów zapięć oraz umożliwiający natychmiastowe i łatwe odpięcie maski bez użycia dodatkowych akcesoriów	NIE - Po 2 tygodniach obkurczenie maski, duży dyskomfort dla osoby testującej po założeniu maski, po tym czasie pojawił się również problem z odpięciem maski, blokowanie się zatrzasków
Maska pokryta od strony ciała pacjenta warstwą zwiększającą komfort w czasie leczenia, po zewnętrznej stronie materiału gładka powierzchnia. Brzegi materiału umożliwiające łatwe wygładzenie manualnie.	NIE -Maska wyjęta z opakowania przed włożeniem do basenu od strony wewnętrznej pokryta materiałem imitującym zamsz, w ocenie „miła w dotyku”, jednak po ogrzaniu w wodzie i uformowaniu maski materiał zmienia się w kłujący „meszek” od strony powierzchni ciała pacjenta powodujący ból, dyskomfort i podrażnienie skóry
Podczas procesu leczenia maska nie odkształca się (zjawiskiem niepożądanym jest odkształcanie się maski)	NIE - Odształcanie się maski w trakcie formowania na ciele pacjenta, Maski skurczyła się, ściągająca po nałożeniu na ciało pacjenta, Po 2 tygodniach obkurczenie maski, duży dyskomfort dla pacjenta po założeniu maski, po tym czasie pojawił się również problem z odpięciem maski, blokowanie się zatrzasków, a nawet w przypadku jednej maski na trzy próby zatrzask uległ zniszczeniu.

Dziękujemy za udział w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Umowa dostępna w formie elektronicznej – prośbę proszę wysłać za pośrednictwem platformy zakupowej. Data podpisania umowy 06.01.2014

Z poważaniem,

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych


mgr inż. Magdalena Kraszewska

□ Sporządził: Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia - Katarzyna Witkowska tel. 61/88 50 643, ...644.

Kierownik Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


mgr Marcin Schneider