



ISO 9001
ISO 14001
ISO/IEC 27001
ISO 45001
ISO 22000

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Bydgoszcz, dnia 14-03-2024r.

NZZ/06/D/24

Dotyczy: o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

Dostawa odczynników do diagnostyki mikrobiologicznej z zastosowaniem metody spektrometrii MAS (MALDI-TOF-MS).

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, w związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w. sprawie, Zamawiający udziela odpowiedzi/wyjaśnień.

Pytanie 1

Pytanie dotyczy- "Załącznik nr 1 do SWZ: Przedmiot zamówienia/szczegółowy formularz cenowy DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ Z ZASTOSOWANIEM METODY SPEKTROMETRII MAS (MALDI-TOF-MS)"

Punkt 1 i 3

Punkt 1

IVD Matrix HCCA (kwas a-cyjano-4-hydroksycynamonowy) - portioned sztuka 385

Punkt 3

IVD Bacterial Test Standard sztuka 130

Co Zamawiający rozumie pod ilością sztuk w tej pozycji, IVD Matrix konfekcjonowany jest 10 x2,5 mg a IVD Bacterial Test Standard – 5 probówek. Proszę o odpowiedź, czy sztuka oznacza probówkę? I jeśli tak, to czy oznacza to zaokrąglenie ilości opakowań w górę przy niepełnych opakowaniach?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jedna sztuka produktu oznacza jedną próbkę produktu zarówno dla IVD Matrix HCCA (kwas a-cyjano-4-hydroksycynamonowy) oraz IVD Bacterial Test Standard.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ – Zamawiający wymaga w pozycji 1. zaoferowania 385 sztuk. Należy wówczas przyjąć w kolumnie 8. niepełne opakowania. Cenna winna być podana za 1 sztukę, a nie za 1 opakowanie. Nie należy zaokrąglać w górę.

Ubocznie, pragnę poinformować, że powyższe odpowiedzi dotyczą pozycji 1. IVD Matrix HCCA (kwas a-cyjano-4-hydroksycynamonowy) - portioned oraz pozycji 5. IVD Bacterial Test Standard, a nie jak w pytaniu pozycji 1. oraz 3 (doszło do pomyłki w pytaniu).

Zamawiający



SZPITAL
AKREDYTOWANY