

wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 20.03.2024
EZ/17/2024/194

Wg rozdzielnika:

do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne nr 17/2024

dotyczy: **Dostawa wyposażenia do poradni i gabinetów zabiegowych do nowo powstałej części szpitala – 3 pakiety.**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Pakiet 3 Waga z ultrasonograficznym pomiarem wysokości pacjenta.

Proszę o informację czy Zamawiający będzie wymagać funkcji integracji wagi z systemem IT szpitala poprzez IP i system bezprzewodowy bezpośrednio do sieci szpitalnej – przekazywanie wyników pomiaru, które będą łączyły się automatycznie z danymi karty katalogowej pacjenta?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający będzie wymagał.

pkt 1. Czy Zamawiający dopuści Wagę medyczną bez wskaźnika BFR?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

pkt. 4 i pkt. 5 Czy Zamawiający dopuści wagę o jednej dokładności 100 g w całym zakresie? Parametr nieznacznie odbiegający od wymaganego nie zauważalny dla użytkownika.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści wagę o wymiarach platformy szer. x głęb. 355 x 305 mm ? Wymiary platformy są zbliżone do wymaganych w granicach 12% wartości.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści wagę wyposażoną w platformę pokrytą gumą nieryflowaną, matową? Rozwiązanie zapewni duży stopień bezpieczeństwa zapewniając warstwę antypoślizgową.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści wagę wykorzystującą technologię ultradźwiękową na podstawie 2 czujników? Technologia ilości czujników nie wpływa na jakość pomiaru wzrostu pacjenta. Nasze rozwiązanie zachowuje wysoka dokładność pomimo mniejszej ilości czujników.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

pkt. 10 Czy Zamawiający dopuści wagę wyposażoną we wzrostomierz o zakresie 120-200cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

pkt. 11 Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogów komunikatów w tym punkcie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający zrezygnuje z podanego wymogu.

pkt. 12 Czy Zamawiający zrezygnuje z komunikatów głosowych opisanych w tym punkcie?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający zrezygnuje w podanym wymogu.

pkt. 13 Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogi regulacji wysokości wyświetlacza?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający zrezygnuje w podanym wymogu.

pkt. 18 Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu wyznaczania wskaźnika BFR?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający zrezygnuje w podanym wymogu.

pkt. 27 Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu wyposażenia wagi w kółka? Waga jest lekka i pozwala na wygodne przemieszczenie bez konieczności stosowania kółek.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający zrezygnuje w podanym wymogu.


Z poważaniem,
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych

mgr inż. Magdalena Kraszewska



Opracował: Tatiana Malinowska, Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia, tel. 061 88 50 911, zaopatrzenie@wco.pl

Kierownik Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

mgr  Marcin Schneider