



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

✉ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Łódź, dnia 01.07.2024

Wszyscy Wykonawcy

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczonego pn.

Dostawa sprzętu dla Radiologii Zabiegowej na potrzeby Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251

ZP/76/2024

Pytanie 1

Pakiet 3

Poz.1.

Pyt.1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego zestawu do drenażu przezskórnego o składzie: dwudrożny cewnik typu Foley wykonany z 100% silikonu CH12 oraz CH16, długość 40cm, z atraumatyczną końcówką, z szerokim kanałem irygacyjnym i drenażowym zapobiegającym blokowaniu przepływu, z linią widoczną w RTG, z zastawką uszczelniającą balon, pojemność balonu 10ml dla CH12 oraz 15ml dla CH16; trokar z plastikową rozrywalną koszulką o średnicy wewnętrznej CH16 dla cewnika CH10 oraz CH20 dla cewnika CH16; skalpel. Zestaw sterylny, dostarczany w opakowaniu jednostkowym typu peel pouch.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie równoważnego zestawu do drenażu przezskórnego o składzie: dwudrożny cewnik typu Foley wykonany z 100% silikonu CH12 oraz CH16, długość 40cm, z atraumatyczną końcówką, z szerokim kanałem irygacyjnym i drenażowym zapobiegającym blokowaniu przepływu, z linią widoczną w RTG, z zastawką uszczelniającą balon, pojemność balonu 10ml dla CH12 oraz 15ml dla CH16; trokar z plastikową rozrywalną koszulką o średnicy wewnętrznej CH16 dla cewnika CH10 oraz CH20 dla cewnika CH16; skalpel. Zestaw sterylny, dostarczany w opakowaniu jednostkowym typu peel pouch.

Pytanie 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego zestawu do drenażu przezskórnego o składzie: dwudrożny silikonowy cewnik z zakończeniem otwartym z integralnym balonem, rozmiar 10Ch, 12Ch, 14Ch kodowane kolorystycznie (10 Ch czarny, 12 Ch biały, 14 Ch zielony), długość 40 cm, pojemność balonu 3 ml dla 10 Ch, 5 ml dla 12/14 Ch, dwa przeciwległe oczka drenażowe, znaczniki na cewniku, metalowy trokar rozrywalny 12 cm, skalpel, silikonowa tulejka mocująca, zatyczka, samoprzylepny plaster mocujący. Wszystkie elementy zestawu zapakowane łącznie w jedno opakowanie folia-papier. Zestaw sterylny.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie równoważnego zestawu do drenażu przezskórnego o składzie: dwudrożny silikonowy cewnik z zakończeniem otwartym z integralnym balonem, rozmiar 10Ch, 12Ch, 14Ch kodowane kolorystycznie (10 Ch czarny, 12 Ch biały, 14 Ch zielony), długość 40 cm, pojemność balonu 3 ml dla 10 Ch, 5 ml dla 12/14 Ch, dwa przeciwległe oczka drenażowe, znaczniki na cewniku, metalowy trokar rozrywalny 12 cm, skalpel, silikonowa tulejka mocująca, zatyczka, samoprzylepny plaster mocujący. Wszystkie elementy zestawu zapakowane łącznie w jedno opakowanie folia-papier. Zestaw sterylny.

Pytanie 3

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 4 w pozycji 3, w miejsce pierwotnych parametrów, zestawów do drenażu przezskórnego w składzie: przezroczysty cewnik zagięty z 9 otworami bocznymi o śr. 16 lub 18 lub 20 Fr dł. 41 cm z podziałką centymetrową, igła do nakłucia typu trokar 18 G/15 cm z końcówką Echo Tip; przewodnik typu heavy duty 0,038" 80 cm z pokryciem PTFE, 3mm zagiętą końcówką J; 3 rozszerzadła.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pakiecie 4 w pozycji 3, w miejsce pierwotnych parametrów, zestawów do drenażu przezskórnego w składzie: przezroczysty cewnik zagięty z 9 otworami bocznymi o śr. 16 lub 18 lub 20 Fr dł. 41 cm z podziałką centymetrową, igła do nakłucia typu trokar 18 G/15 cm z końcówką Echo Tip; przewodnik typu heavy duty 0,038" 80 cm z pokryciem PTFE, 3mm zagiętą końcówką J; 3 rozszerzadła.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zwraca uwagę, aby w przypadku dopuszczenia innych parametrów bądź produktów niż określone w SWZ, w Załączniku nr 2 – Formularzu asortymentowo-cenowym, zaznaczyć gwiazdką (*) daną pozycję w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” i wpisać na kolorowo oferowany parametr oraz pod tabelą dot. danego pakietu opisać – „*-poz. Nr ... dokonano zmiany zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego”.

Powyższe odpowiedzi i zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Pozostałe zapisy bez zmian.

Dziękujemy za złożone zapytania.

.....
Mgr. Kinga Miśkiewicz
Przewodnicząca Komisji Przetargowej