



UNIwersytet Medyczny  
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

Dział Zamówień Publicznych

Adres:  
61-701 Poznań  
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00  
fax (061) 854-61-46  
e-mail: dzp@ump.edu.pl

L. dz. DZP- 342/23

Poznań, dnia 22.05.2023 r.

**Wszyscy Wykonawcy-  
platforma zakupowa**

**Dotyczy: TPm-39/23 postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. Dostawa 37 sztuk dygestoriów laboratoryjnych do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w tym: 27 sztuk dygestoriów laminowanych i 10 sztuk dygestoriów metalowych, wraz z transportem, wniesieniem, instalacją oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego**

W związku z wpływem pytań dotyczących prowadzonego postępowania, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) udziela poniższych odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

W związku z dopuszczeniem Zamawiającego o umieszczeniu zlewika wzdłuż tylnej ściany dla modeli Ch01 i modelu Ch02 prosimy o możliwość wyprowadzenia wylewki wody zimnej nad zlewikiem wzdłuż ściany tylnej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza możliwość wyprowadzenia wylewki wody zimnej nad zlewikiem wzdłuż ściany tylnej

**Pytanie 2:**

Prosimy o dopuszczenie ceramiki której twardość wynosi minimum 6 w skali Mohsa przebadanej wg normy EN 15771 dla wszystkich dygestoriów objętych postępowaniem ( w tym laminowanych i metalowych).

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ceramikę, której twardość wynosi minimum 6 w skali Mohsa przebadanej wg. normy EN 15771 dla wszystkich dygestoriów objętych postępowaniem (laminowanych i metalowych).

**Pytanie 3:**

Prosimy o możliwość dopuszczenia blatów ceramicznych dla modeli Ch01 i modelu Ch02 (dygestoria metalowe) z badaniami określonymi tak jak dygestoriów laminowanych. Tj :

- odporność na wybarwienia wg normy EN 10545-14 lub równoważnej
- odporność chemiczną wg normy EN 10545-13 lub równoważnej
- odporność na zużycie powierzchniowe wg normy EN 10545-7 lub równoważnej
- nasiąkliwość wg normy EN 10545-3 lub równoważnej

ponieważ wskazane normy dotyczą jednego z producentów blatów ceramicznych , których czas oczekiwania na blaty jest zdecydowanie krótszy niż dla norm wskazanych dla modeli Ch01 i modeli Ch02.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza blaty ceramiczne dla modeli Ch01 i modelu Ch02 (dygestoria metalowe ) z badaniami określonymi tak jak dygestoriów laminowanych, tj:

- odporność na wybarwienia wg normy EN 10545-14 lub równoważnej;
- odporność chemiczną wg normy EN 10545-13 lub równoważnej;
- odporność na zużycie powierzchniowe wg normy EN 10545-7 lub równoważnej ;
- nasiąkliwość wg normy EN 10545-3 lub równoważnej.



**UNIwersytet Medyczny  
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU**

**Dział Zamówień Publicznych**

Adres:  
61-701 Poznań  
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00  
fax (061) 854-61-46  
e-mail: [dzp@ump.edu.pl](mailto:dzp@ump.edu.pl)

---

**Pytanie 4:**

Prosimy o dopuszczenie blatów ceramicznych o grubości 25 mm w części płaskiej i 32 mm z części z podniesionym obrzeżem

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza blaty ceramiczne o grubości 25 mm w części płaskiej i 32 mm w części z podniesionym obrzeżem

**Pytanie 5:**

Czy wylewki wody zimnej w dygestoriach muszą być rozmieszczone symetrycznie wzdłuż dłuższej ścianki zlewika?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza symetryczne rozmieszczenie wylewek wzdłuż dłuższej ściany zlewika.

**Pytanie 6:**

Czy mając na uwadze, że umieszczenie przeciwwagi w przedniej kolumnie jest rozwiązaniem nietypowym i w związku z tym droższym oraz zmniejszającym przestrzeń do pracy, Zamawiający dopuści umieszczenie przeciwwagi za dygestorium, co jest powszechnie stosowanym rozwiązaniem u wszystkich czołowych europejskich producentów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza umieszczenie przeciwwagi za dygestorium.

**Pytanie 7:**

Bardzo proszę o podanie prawidłowych ilości zaworów i wylewek w poszczególnych dygestoriach. W niektórych przypadkach Zamawiający opisał jeden zawór zimnej wody i dwie wylewki

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w modelach dygestoriów ChF1, TChŚL1, TChŚL2 wymagane są dwie wylewki i dwa zawory (osobny zawór dla każdej wylewki). W pozostałych dygestoriach Zamawiający wymaga jednej wylewki i jednego zaworu.

**Przesłane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej, traktując je jako ważne i wiążące.**

Z poważaniem,