



**Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny
im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu**



ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147
61-545 Poznań
tel. 61 83 10 331/132
fax 61 83 34 421
orsk@orsk.pl
<https://orsk.pl>

znak sprawy: O-RSK.SZP.74.15.(APT/39).22.A.G.

Poznań, dnia 15 listopada 2022 r.

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: „**Dostawa obłożeń chirurgicznych**” - nr rejestru: **SZP/APT/39/22**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 3

W związku z zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożonym przez Wykonawcę, Zamawiający tj.: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2022. poz. 1710 ze zm.) udziela wyjaśnień na zadane pytania.

Pytanie nr 1

Zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści w części 3 zestaw:
Zestaw do operacji ręki w składzie:

*serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm - 1 szt.

*serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm - 1 szt.

*serweta operacyjna wzmocniona do operacji ręki w kształcie litery "T" 370/175 cm x 365 cm z poszerzonym ekranem anestezyjologicznym oraz samouszczelniającym się otworem o średnicy 3 cm i zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów - 1 szt.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łąta chłonna o wymiarach (100 cm x 65 cm, +/- 1 cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109,5 g/m²

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2

Pakiet 3

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu w postaci:


Sterylny zestaw do operacji dłoni Skład zestawu:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm ze wzmocnieniem zespolonym z folią PE na całej powierzchni

1 x serweta 150x150 cm, bilamiant

2 x ręcznik chłonny 20x30 cm z mikrością zabezpieczającą przed rozrywaniem

1 x serweta do operacji dłoni 196x373cm z osłoną stołu, z elastycznym z dodatkową wypustką o wymiarze 163 cm, samouszczelniającym się otworem fi 3cm, wzmocnienie chłonne 43x86cm wokół otworu, 4 podwójne uchwyty a przewody Serweta wykonana z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze max. 58g/m² odpornego na penetracje płynów w obszarze krytycznym >200 cm H₂O, I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety z kodem EAN. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton po 10szt. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego

Dokument podpisany elektronicznie

Opracowała: A. Gotter
Sporządzono w 1 egzemplarzu
1 egz. strona internetowa prowadzonego postępowania /aa