

Dział Zamówień Publicznych

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
zestaw nr 1**

Dotyczy: postępowania nr 5210.291.2.10.2021.KD na: Dostawę wytrząsarki kołyskowej w ilości 2 szt. dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawców, Zamawiający udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, jak należy interpretować zapis: "Kąt pochylenia platformy w zakresie nie mniejszym niż od 1° do 10°"? Czy można zaproponować kołyskę z kątem nachylenia mieszczącym się w tym zakresie?	Zapis Kąt pochylenia platformy w zakresie nie mniejszym niż od 1° do 10° wskazuje minimalny zakres wymagany przez Zamawiającego, czyli od minimum 1° do minimum 10°.
2.	Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę kołyskową z kątem 12° spełniającą wszystkie pozostałe wymogi z SWZ?	Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wytrząsarki z kątem 12°.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

SAMODZIELNY REFERENT
Dział Zamówień Publicznych

mgr Katarzyna Demkowitz

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych

mgr Paulina Jędrzejczyk