

Wałbrzych, dnia 09.02.2024 r.

ZO/03/2024

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy **Dostawa aparatu USG.**

Pytanie nr 1

Pkt 8 OPZ

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG posiadający monitor 23,8 cala, z obrotem lewo – prawo ponad 100 stopni, pochyłem przód - tył ponad 30 stopni, ale bez ruchomego wysięgnika i możliwości regulacji góra i dół? Aparat ma możliwość regulacji wysokości całej konsoli w zakresie 25 cm, więc o wiele większym niż wymagane 40 mm, co powinno zrekompensować brak regulacji monitora góra-dół.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2

Pkt 14 OPZ

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG w wielu miejscach przewyższający wymagane parametry, którego zakres częstotliwości pracy wynosi od 1,0 MHz do 16,8 MHz? Tak niewielka różnica nie wpływa na możliwości diagnostyczne aparatu USG.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3

Pkt 15 OPZ

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG posiadający 8 portów USB i spełniający pozostałe wymagania punktu 15, ale nieposiadający formatu zapisów WMV i MP4?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4

Pkt 17 OPZ

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat z dyskiem SSD o pojemności 500 GB?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5

Pkt 31 OPZ

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG z regulacją wielkości bramki PW (SV) od 0,5 do 20 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6

Pkt 34 OPZ

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG z prędkością w Dopplerze Pulsacyjnym (PWD) przy zerowym kącie bramki +/- 150 cm/s? +/-15m/s

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7

Pkt 35 OPZ

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG, którego prędkości w Dopplerze Ciągłym (CW) wynoszą +/- 390 cm/s przy zerowym kącie bramki? +/-39 m/s

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8

Pkt 40 OPZ

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG, który nie posiada automatycznego obrysu spektrum z czasie rzeczywistym? Posiada automatyczny obrys spektrum i oblicza parametry przepływu na zamrożonym obrazie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 9

Pkt 41 OPZ

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparatem USG bez opcji M-Mode krzywoliniowego, ale z M-Mode anatomicznym Free Steering z 3 linii ustawianych dowolnie na obrazie diagnostycznym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10

Pkt 46 OPZ

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparatem USG posiadającym 20 map szarości w obrazie 2D?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11

Pkt 52 OPZ

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparatem USG bez automatycznej detekcji opłucnej i linii B?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 12

Pkt 55 OPZ

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparatem USG bez możliwości półautomatycznego obrysu pęcherzyka żółciowego z wyznaczaniem objętości? Funkcja ta nie ma wartości diagnostycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 13

Pkt 56 OPZ

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG wyposażony w głowicę Convex o zakresie częstotliwości głównych 1,0-6,8 MHz (harmoniczne 1,2-8,2 MHz), bez obrazowania panoramicznego, wykonaną w tradycyjnej technologii?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 14

Pkt 57 OPZ

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG wyposażony w głowicę liniową wykonaną w tradycyjnej technologii, o płaszczyźnie skanowania 50 mm, o zakresie częstotliwości podstawowych 5,0-14,0 MHz i harmonicznym 6,0-16,8 MHz?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 15

Pkt 57 OPZ

Lub czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG wyposażony w głowicę liniową wykonaną w tradycyjnej technologii o zakresie częstotliwości podstawowych 3,0-10,0 MHz, harmonicznym 6,0-15,0 MHz, o płaszczyźnie skanowania 37,5 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 16

Pkt 58 OPZ

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG z możliwością rozbudowy o głowicę sektorową o zakresie częstotliwości 1,0-5,4 MHz, kącie widzenia 85 stopni, bez możliwości użycia przystawki biopsyjnej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 17

Pkt 60 OPZ

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG bez możliwości rozbudowy o taką głowicę kardiologiczną?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18

Pkt 62 OPZ

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG z możliwością rozbudowy o głowicę wolumetryczną convex o zakresie częstotliwości podstawowych 2,5-5,7 MHz, harmonicznym 3,0-7,0 MHz, kącie obrazowania 63 stopnie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19

Pkt 64 OPZ

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG bez możliwości rozbudowy o opcję badania z zastosowaniem środków kontrastujących?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

**Kierownik Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Małgorzata Słomiana**

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Sporządził: Adrian Styrkacz

nr tel.: 74/6489710