



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



L. dz.: DZP-791/23

Poznań, dnia 13.09.2023 r.

### **Wszyscy Wykonawcy / Platforma zakupowa**

**Dotyczy: PN-72/23** postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę z wniesieniem i instalacją aparatury medycznej na potrzeby działalności chirurgicznej wraz z przeszkoleniem personelu w ramach projektu pn. Budowa Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu - centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK) z podziałem na 2 części.

W związku z pytaniem dotyczącym prowadzonego postępowania, Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz.1605) udziela odpowiedzi:

#### **Pytanie 1**

*Dotyczy pkt 2 § 8 projektu Umowy*

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu podjęcia naprawy do 48 godzin od daty zgłoszenia o wadzie, awarii lub usterce?*

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie 2**

*Dotyczy pkt 2 § 9 projektu Umowy*

*Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu naprawy do 5 dni roboczych (bez użycia części zamiennych) i 7 dni roboczych (w przypadku użycia części zamiennych sprowadzanych z zagranicy). Wyjaśniamy, że czas naprawy zależy od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych uszkodzeń, taka naprawa może potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego uszkodzenia nieco dłużej, jak również w przypadku takiego, które np. wymaga wymiany podzespołu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuża się o termin sprowadzenia danej części z zagranicy, a więc o czas transportu.*

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie 3**

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia dla pakietu nr 2, tj: wózek aparaturowy LC oraz Wysięgnik IV, – które nie podlegają ustawie z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE, dla których stawka VAT wynosi 23% (tzw. wyrób niemedyczny)?*

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ze wskazaniem w ofercie dwóch stawek VAT, wykonawca może wyodrębnić kwoty dla stawek w tabeli formularza lub załączyć dodatkowy formularz cenowy.

#### **Pytanie 4**

*Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie czasu podjęcia naprawy do 48 godzin. Czas ten jest optymalny pod względem planowania prac serwisu i tym samym zapewnienia usług na najwyższym poziomie.*

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie 5**

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu usunięcia wad lub usterek do 10 dni roboczych a w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych spoza granicy Polski do 20 dni roboczych?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 6**

*Prosimy o potwierdzenie, że udzielona gwarancja obejmuje tylko naprawy, które w wyniku ekspertyzy powstały, bez winy użytkownika, wszelkie uszkodzenia mechaniczne nie podlegają gwarancji.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 7**

*Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych za zwłokę w naprawie gwarancyjnej w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego o takiej samej funkcjonalności?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 8**

*Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający obniży łączną maksymalną wysokość kar umownych do 20% wynagrodzenia brutto umowy? Obecna wysokość kar jest wygórowana i odbiega od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 9**

*Część 2: Tor wizyjny z narzędziami do małych stawów – 1 sztuka*

*Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie źródła światła w którym zmiana natężenia światła realizowana jest poprzez przyciski na panelu urządzenia*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Przesłane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je jako ważne i wiążące.**