

Kostrzyn nad Odrą, 13.03.2024r.

Nasz znak DAI / W /0485..... / 2024

Dotyczy: sukcesywna dostawa testów kuwetowych w okresie 3 lat

Pytanie nr3:

W związku z tym, że odpowiedzieli Państwo że zapis jest prawidłowy pragnę zwrócić uwagę, że na rynku dostępne są testy NANOCOLOR

ChzT 160 15-160 mg/l

Amoniak 3 0,04-2,30 mg/l

Państwa zapis w formularzu jest nieprawidłowy.

Amoniak 50 NH₄-3 0,04-2,50 mg/l

ChzT 60 15-160 mg/l

Amoniak 50 ma zakres 1-40, a CHZT 60 ma zakres od 5-60 i taką informację uzyskałam od Producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się z powyższym stwierdzeniem odnośnie amoniaku, natomiast zamawiający nie potrzebuje odczynnika ChzT 60, tylko do wykonania oznaczenia ChzT 160 o zakresie 15-160 mg/l

W załączeniu zmodyfikowany formularz cenowy.

MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNALNE
Spółka z o.o.
PREZES ZARZĄDU
mgr inż. *Olga* Kłapocza