

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa wytrząsarki kołyskowej w ilości 2 szt. dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Wymagane minimalne parametry techniczne:

- a) Prędkość wytrząsania w zakresie nie gorszym niż od min.10 do min.75 obr./min
- b) Regulowany czas pracy w zakresie nie mniejszym niż od 1 min do 99 godzin
- c) Wyświetlacz czasu i pracy
- d) Wymiary platformy roboczej nie mniejsze niż 260x260mm
- e) Kąt pochylenia platformy w zakresie nie mniejszym niż od 1° do 10°
- f) Mata antypoślizgowa
- g) Mata gumowa z wypustkami zabezpieczającymi przed przemieszczaniem się próbek
- h) Co najmniej 6 pasków gumowych