



**SZPITAL KLINICZNY**  
**IM. KAROLA JONSCHERA**  
**Uniwersytetu Medycznego**  
**im. Karola Marcinkowskiego**  
W POZNANIU



Nasz znak ZP 29/24

Poznań, dnia 15.07 2024 roku

**Szanowni Wykonawcy !**

Dotyczy: postępowania przetargowego na : dostawę drobnego sprzętu medycznego (typu: układy anestetyczne, materiały do sterylizacji, fartuchy jednorazowe itp.)-18 pakietów..

I. Zamawiający na podstawie art. 137 ust.1 wprowadza zmiany do Specyfikacji Warunków Zamówienia w załączniku nr 1 „Wykaz Przedmiotu zamówienia” Pakiet nr 18 zmiana polega na doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia w sposób jak poniżej :

**Jest:**

**Pakiet nr 18**

**Wadium : 2.500,00 zł**

LP.	Opis Przedmiotu zamówienia	Ilość szt.
1.	Fartuch medyczny niejałowy, jednorazowego użytku. Wiązany na troki w talii oraz na szyi, z długim rękawem zakończonym mankietem z gumką. Wykonany z włókniny o gramaturze minimum 30g/m2. Będący wyrobem medycznym. Stosowany jako odzież dla personelu medycznego przy procedurach medycznych. Kolor zielony lub niebieski. Rozmiary: L-XL. Posiadający oznaczenie CE.	160000

**Po zmianach :**

**Pakiet nr 18**

**Wadium : 2.500,00 zł**

LP.	Opis Przedmiotu zamówienia	Ilość szt.
1.	Fartuch niejałowy, jednorazowego użytku. Wiązany na troki w talii oraz na szyi, z długim rękawem zakończonym mankietem z nawleczoną wewnątrz gumką. Wykonany z włókniny o gramaturze minimum 30g/m2. Stosowany jako odzież dla celów wizytacyjnych i procedur niemedycechnych. Kolor zielony lub niebieski. Rozmiary: L-XL. Posiadający oznaczenie CE.	160000

**II. Ponadto informujemy, że do siedziby Zamawiającego wpłynęły w ustawowym terminie pytania, na które udzielono odpowiedzi o następującej treści:**

**Pytanie nr 1 dot. Pakietu nr 18**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z rękawem zakończonym mankietem dzianinowym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

**Pytanie nr 2 dot. Pakietu nr 1**

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia filtra, który może być stosowany bez potrzeby wymiany przez 48 godzin?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza nie wymaga .

**Pytanie nr 3 dot. Pakietu nr 1**

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia filtra, którego powierzchnia filtrująca wynosi minimum 950 cm<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza nie wymaga .

**Pytanie nr 4 dot. Pakietu nr 18**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartucha medycznego niejalowego, jednorazowego z włókniny o gramaturze min.22g/m<sup>2</sup> .Pozostałe zgodne.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

**Pytanie nr 5 dot. Pakietu nr 17**

Prosimy o dopuszczenie koców o następujących parametrach:

- zapewniają równomierny przepływ powietrza w celu skutecznego ogrzania pacjenta
- wykonane z miękkiej tkaniny
- strona pacjenta - kolor biały, zewnętrzna - żółty
- unikalny mikroporowaty materiał koców od strony pacjenta zapewnia optymalne przenikanie powietrza
- mocny materiał dwuwarstwowy PP (Polipropylen) laminowany PE (Polietylen)
- odporne na płyny
- brak zawartości lateksu
- przezierne dla promieni RTG
- uniwersalny port węża dostosowany do współpracy z większością popularnych ogrzewaczy konwekcyjnych, w tym  
-Bair Hugger Model 505 Warming unit/ Bair Hugger Model 775(oświadczenie producenta o kompatybilności)  
(system mocowania typu rzep)

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

**Pytanie nr 6 dot. Pakietu nr 17**

Prosimy o dopuszczenie koców pakowanych po 10 szt. w 1 opakowaniu zbiorczym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

**Pytanie nr 7 dot. Pakietu nr 17 poz.1**

Prosimy o dopuszczenie koców na dolną część ciała w rozm. 120 x100cm




**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymują dotychczasowe zapisy SWZ.

**Pytanie nr 8 dot. Pakietu nr 17 poz.2**

Prosimy o dopuszczenie koców pediatrycznych w rozmiarze 99x136cm




**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymują dotychczasowe zapisy SWZ.

**Pytanie nr 9 dot. Pakietu nr 17 poz.3**

Prosimy o dopuszczenie koców pod pacjenta w rozmiarze 217 x91cm




**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymują dotychczasowe zapisy SWZ.

**Pytanie nr 10 dot. Pakietu nr 17 poz.4**

Prosimy o dopuszczenie koców pod pacjenta w rozmiarze 217x91cm




**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymują dotychczasowe zapisy SWZ.


**Pytanie nr 11 dot. Pakietu nr 17 poz.5**

Prosimy o dopuszczenie koców pod pacjenta w rozmiarze 217 x91cm



lub

Prosimy o dopuszczenie koców wielodostępowych w rozm. 195 x100cm




**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymują dotychczasowe zapisy SWZ.

**Pytanie nr 12 dot. Pakietu nr 17 poz.6**

Prosimy o dopuszczenie koców na całe ciało pacjenta z dostępem brzuszny w rozm. 192 x180cm



**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymują dotychczasowe zapisy SWZ

**Pytanie nr 13**

W związku z wyrokiem KIO 1122/23 oraz aktualnym stanowiskiem URPLW MiPB wydanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), z których wynika, że tylko fartuchy chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, spełniające normę EN 13795-1 mogą być wyrobami medycznymi, prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje wyrobu objętego stawką VAT 23%?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z wprowadzoną zmianą jak na wstępie pisma część I.

**Pytanie nr 14 dot. Rozdziału VI SWZ pkt.1**

Czy Zamawiający skróci okres obowiązywania umowy do 24 miesięcy. Wszyscy żyjemy w czasie, gdzie ceny bardzo szybko się zmieniają na droższe. Tak długi okres obowiązywania umowy jakimi jest 36 miesięcy spowoduje że firmy złożą oferty ze znacznie wyższymi cenami, zabezpieczając sobie i rekompensując inflację i inne podwyżki, jak ceny prądu i kosztów utrzymania pracowników. Wszystko to wpłynie na zawyżone ceny oferty i niepotrzebnie wyższe koszty szpitala.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymują dotychczasowe zapisy SWZ

**Pytanie nr 15 dot. Pakietu nr 2 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści filtr o białej obudowie? Kolor obudowy nie ma wpływu na działanie filtra. Reszta właściwości zgodnie z opisem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymują dotychczasowe zapisy SWZ.

**Pytanie nr 16 dot. Pakietu nr 2 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści filtr o białej obudowie? Kolor obudowy nie ma wpływu na działanie filtra. Reszta właściwości zgodnie z opisem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymują dotychczasowe zapisy SWZ

**Pytanie nr 17 dot. Pakietu nr 13 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści łyżki wykonane ze stali nierdzewnej bez właściwości niemagnetycznych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymują dotychczasowe zapisy SWZ

**Pytanie nr 18 dot. Pakietu nr 13 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści łyżki wykonane ze stali nierdzewnej bez właściwości niemagnetycznych, z plastikową stopką w kolorze zielonym? Reszta właściwości zgodnie z opisem

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymują dotychczasowe zapisy SWZ

**Pytanie nr 19 dot. Pakietu nr 13 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści łyżki plastikowe wykonane z poliwęglanu (PC)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymują dotychczasowe zapisy SWZ

**Pytanie nr 20 dot. Pakietu nr 17 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści kołderkę na dolną część ciała o wymiarach 142 cm x 120 cm? Reszta właściwości zgodnie z opisem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymują dotychczasowe zapisy SWZ

**Pytanie nr 21 dot. Pakietu nr 17 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści kołderkę na dolną część ciała dedykowaną o wymiarach 142 cm x 100 cm? Reszta właściwości zgodnie z opisem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymują dotychczasowe zapisy SWZ

**Pytanie nr 22 dot. Pakietu nr 17 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści kołderkę pod pacjenta o wymiarach 100 cm x 100 cm? Mikro perforacje na całej powierzchni

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymują dotychczasowe zapisy SWZ

**Pytanie nr 23 dot. Pakietu nr 17 poz.3**

Czy Zamawiający dopuści kołderkę pod pacjenta o wymiarach 160 cm x 80 cm? Reszta właściwości zgodnie z opisem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymują dotychczasowe zapisy SWZ

**Pytanie nr 24 dot. Pakietu nr 17 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści kołderkę pod pacjenta dorosłego o wymiarach 215 cm x 100 cm? Reszta właściwości zgodnie z opisem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

**Pytanie nr 25 dot. Pakietu nr 17 poz.5**

Czy Zamawiający dopuści kołderkę pod pacjenta dorosłego o wymiarach 215 cm x 100 cm? Reszta właściwości zgodnie z opisem

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

**Pytanie nr 26 dot. Pakietu nr 17 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści kołderkę z dostępem chirurgicznym o wymiarach 210 cm x 120 cm? Reszta właściwości zgodnie z opisem

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

**Pytanie nr 27 dot. dot. Pakietu nr 17**

Czy Zamawiający dopuści ww. kołderki (z pytań od 7 do 13) jako rozwiązanie równoważne, które jak wynika z pytań różni się właściwie tylko wymiarem? Kołderki te są kompatybilne z systemem Bair Hugger, ale nie są wymienione w instrukcji obsługi tego urządzenia. Oczywiście jest że żadne rozwiązanie równoważne nie będzie wymienione w oryginalnej instrukcji obsługi, ponieważ nie jest w interesie żadnej firmy dopuszczanie rozwiązań konkurencji, o równie dobrych właściwościach a niejednokrotnie o dużo lepszej cenie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

**Pytanie nr 28 dot. Pakietu nr 17**

Czy Zamawiający dopuści oświadczenie producenta kołderki jako potwierdzenie na dopasowanie do systemu Bair Hugger?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

**Pytanie nr 29 dot. Pakietu nr 18**

Czy Zamawiający wymaga fartuchów medycznych czy środków ochrony indywidualnej?

Zgodnie z komunikatem Prezesa URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zasad określania statusu regulacyjnego odzieży medycznej:

...”fartuchy medyczne jednorazowego użytku, które są przeznaczone do ochrony noszącego je personelu medycznego, nie są wyrobem medycznym, tylko środkiem ochrony indywidualnej (ŚOI) kategorii III zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylecia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz. Urz. UE L 81 z 31.03.2016, str. 51), ponieważ są one przeznaczone do ochrony noszących je osób przed zagrożeniami, które mogą mieć bardzo poważne konsekwencje, takie jak śmierć lub nieodwracalne szkody na zdrowiu, związanymi ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi. ŚOI kategorii III powinny posiadać certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną w zakresie tego rozporządzenia. Wymagania stawiane fartuchom, które są ŚOI kategorii III, są zupełnie inne niż wymagania zasadnicze dla fartuchów chirurgicznych jednorazowego użytku, które są wyrobami medycznymi klasy I, których ocenę zgodności wykonuje sam producent.

Z powyższego wynika, że jeżeli producent fartucha lub odzieży dla lekarza wykaże zgodność jego produktu z określonymi wymaganiami MDR, ale nie określi dla niego w treści etykiety, instrukcji używania czy materiałach promocyjnych przewidzianego zastosowania do celów medycznych, to pomimo oznakowania tego produktu znakiem CE i wystawienia dla niego deklaracji zgodności – taki fartuch nie będzie spełniał definicji wyrobu medycznego.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z wprowadzoną zmianą jak na wstępie pisma część I.

**Pytanie nr 30 dot. Pakietu nr 18**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o gramaturze 25g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

**Pytanie nr 31 dot. Pakietu nr 6 poz.1-10**

Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm<sup>2</sup> zgodnie z normą PN 868 ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

**Pytanie nr 32 dot. Pakietu nr 6 poz.1-10**

Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta pozbawionego napisów na nim, co gwarantuje poprawne zinterpretowanie koloru wskaźnika przed i po sterylizacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

**Pytanie nr 33 dot. Pakietu nr 6 poz.1-10**

Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

**Pytanie nr 34 dot. Pakietu nr 6 poz.1-10**

Czy w celu wykluczenia wielokrotnego użycia opakowań Zamawiający wymaga, aby na rękawach umieszczony był piktoqram przekreślonej liczby 2, który informuje o tym, iż zaofertowane opakowanie jest jednorazowego użytku?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

**Pytanie nr 35 dot. Pakietu nr 6 poz.1-10**

Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przezroczystą, termokurczliwą folią?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

**Pytanie nr 36 dot. Pakietu nr 7 poz. 1 i 2**

Czy Zamawiający dopuści torebki które mają na torebce oznaczenie, że jest to torebka posterylizacyjna, miejsce do opisu pakietu, oznaczenie norm i rozmiaru?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

**Pytanie nr 37 dot. Pakietu nr 18 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch medyczny w rozmiarze uniwersalnym L? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

**Pytanie nr 38 dot. Pakietu nr 18 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch medyczny z rękawem wykończonym poliestrowym mankietem? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

**Pytanie nr 39 dot. Pakietu nr 18 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch medyczny o gramaturze min. 25 g/m<sup>2</sup>? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymują dotychczasowe zapisy SWZ.

**Pytanie nr 40 dot. Pakietu nr 18 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch medyczny o gramaturze min. 22 g/m<sup>2</sup>? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymują dotychczasowe zapisy SWZ.

**Pytanie nr 41 dot. Pakietu nr 18**

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem wykończonym gumką?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z wprowadzoną zmianą jak na wstępie pisma część I.

**Pytanie nr 42 dot. Pakietu nr 18**

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 20 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymują dotychczasowe zapisy SWZ.

**Pytanie nr 43 dot. Zapisów SWZ -wadium**

Zwracam się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium. Rozwiązanie to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych, przyczyni się do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększy dostępność rynku zamówień publicznych dla wykonawców oraz pobudzi koniunkturę gospodarczą.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymują dotychczasowe zapisy SWZ.

**Pytanie nr 44 dot. Pakietu nr 4 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści sterylny obwód posiadający wyłącznie właściwości:

- Wykonany z wysokiej jakości EVA oraz PP
- Uniwersalne połączenie 22M/15F oraz 22F umożliwiające podłączenie do kompatybilnych produktów oraz urządzeń do wentylacji mechanicznej lub aparatu do znieczulenia
- Regulowana długość obwodu umożliwiająca dopasowanie długości układu oddechowego oraz optymalizację przestrzeni martwej
- Rozciągliwe ramiona o długości max 160 cm, połączone łącznikiem Y
- Dodatkowa rozciągliwa rura o długości max 100 cm
- Bezlataksowy worek oddechowy o pojemności 1 litra lub 3 litrów oraz łącznik
- Rozłączalne kolanko z portem Luer-Lock z koreczkiem
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka / papier-folia

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymują dotychczasowe zapisy SWZ.

**Pytanie nr 45 dot. Pakietu nr 10 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści worki w rozmiarze 90x90cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymują dotychczasowe zapisy SWZ.



**Pytanie nr 46 dot. Pakietu nr 10 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści worki w rozmiarze 180x185cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

**Pytanie nr 47 dot. Pakietu nr 10 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści worki w rozmiarze 180x220cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

**Pytanie nr 48 dot. Pakietu nr 11 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a'20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Wykonawca może zaproponować opakowanie wymienione w zapytaniu pod warunkiem , że wymagana ilość przez Zamawiającego nie ulegnie zmianie.

**Pytanie nr 49 dot. Pakietu nr 11 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Wykonawca może zaproponować opakowanie wymienione w zapytaniu pod warunkiem , że wymagana ilość przez Zamawiającego nie ulegnie zmianie.

**Pytanie nr 50 dot. Pakietu nr 11 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Wykonawca może zaproponować opakowanie wymienione w zapytaniu pod warunkiem , że wymagana ilość przez Zamawiającego nie ulegnie zmianie.

**Pytanie nr 51 dot. Pakietu nr 11 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści opaski z wkładaną karteczką?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

**Pytanie nr 52 dot. Pakietu nr 18 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch medyczny o gramaturze 25g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

**Pytanie nr 53 dot. Pakietu nr 18 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch medyczny o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

**Pytanie nr 54 dot. Pakietu nr 18 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch medyczny tylko w rozmiarze L?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

**Pytanie nr 55 dot. Pakietu nr 18 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch medyczny w którym rękaw zakończony jest elastycznym mankietem poliestrowym?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z wprowadzoną zmianą jak na wstępie pisma część I.

**Pytanie nr 56 dot. Pakietu nr 18 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:**

Wykonawca może zaproponować opakowanie wymienione w zapytaniu pod warunkiem, że wymagana ilość przez Zamawiającego nie ulegnie zmianie.

**Pytanie nr 57 dot. Pakietu nr 18**

Proszę Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga fartuch zakończony mankietem czy zakończony gumką.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z wprowadzoną zmianą jak na wstępie pisma część I.

**Pytanie nr 58 dot. Pakietu nr 18**

Czy w związku z Wiążącą Informacją Stawkową nr WIS 0115-KDST2-1.450.1204.2020.1.AW która wprost mówi, że fartuchy takie jak opisane przez Zamawiającego są objęte 23% stawką VAT, a więc są Środkiem Ochrony Indywidualnej, **Zamawiający wymaga fartuchów będących ŚOI ?**

**Odpowiedź:**

Zgodnie z wprowadzoną zmianą jak na wstępie pisma część I.

**Pytanie nr 59 dot. Pakietu nr 18**

W związku z wyrokiem KIO 1122/23 oraz aktualnym stanowiskiem URPLW MiPB wydanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), z których wynika, że wyrobami medycznymi (objętych stawką VAT 8%) są tylko fartuchy chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, spełniające normę EN 13795-1, **prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wyrobu medycznego?**

**Odpowiedź:**

Zgodnie z wprowadzoną zmianą jak na wstępie pisma część I.

**Pytanie nr 60 dot. Pakietu nr 18**

Jeżeli Zamawiający nie oczekuje fartuchów chirurgicznych opisanych wyżej, to czy dobrze rozumiemy, że Zamawiający oczekuje fartuchów będących Środkiem Ochrony Indywidualnej kat. I?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z wprowadzoną zmianą jak na wstępie pisma część I.

**Pytanie nr 61 dot. Pakietu nr 18**

Przez kogo i do czego będą używane opisane fartuchy?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z wprowadzoną zmianą jak na wstępie pisma część I.

**Pytanie nr 62 dot. Pakietu nr 18**

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym spełniający pozostałe wymagania SWZ ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

**Pytanie nr 63 dot. Pakietu nr 6 poz.10**

Czy Zamawiający dopuści rękaw papierowo – foliowy z fałdą w rozmiarze 250mm x 60mmx100mb?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

**Pytanie nr 64 dot. wzoru umowy § 10 ust. 1 pkt c)**

Wnosimy o zmianę w § 10 ust. 1 pkt c) wzoru umowy wyrażenie „0,3 % wartości netto umowy za każdy dzień zwłoki” zostało zastąpione wyrażeniem „0,3 % wartości netto zamówienia jednostkowego złożonego przez Zamawiającego”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za zwłokę w dostarczenia towaru bez wad w miejsce wadliwego towaru była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie,

zwłaszcza w przypadku dostawy o niskiej wartości, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy.


**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuję dotychczasowe zapisy SWZ. Zamawiający wyjaśnia, że treść pytania jest zgodna z obowiązującym zapisem § 10 ust. 1 pkt c)

**Pytanie nr 65 dot. Pakietu nr 1 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie filtra o parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: tak
- Przestrzeń martwa: 70ml
- Waga: 36g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 30mg przy 500VT
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak



**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuję dotychczasowe zapisy SWZ.

**Pytanie nr 66 dot. Pakietu nr 1 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie filtra o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak



**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuję dotychczasowe zapisy SWZ.

**Pytanie nr 67 dot. Pakietu nr 4 poz.1 wariant 1**

Czy Zamawiający dopuści pediatryczny układ anestetyczny z 2 rurami o długości 1,6m?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuję dotychczasowe zapisy SWZ.

**Pytanie nr 68 dot. Pakietu nr 4 poz.1 wariant 1**

Czy Zamawiający dopuści pediatriczny układ anestetyczny z oznaczoną wielkością worka oddechowego wyłącznie na op. jednostkowym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

**Pytanie nr 69 dot. Pakietu nr 1 wariant 2**

Czy Zamawiający dopuści układ anestetyczny zawierający:

- 2 rury rozciągliwe, o średnicy 22 mm, długości 3m
- worek oddechowy jednorazowy 2 litra
- rura do worka rozciągliwa o długości do 150 cm
- złącze rur 22 mm typu żeńskiego
- z portem Luer-Lock do kapnografu
- złącze kolanka 15mmM-22mmM/15mmF
- 1 filtr oddechowy
- obwód zakończony złączami 22F
- informacja o pojemności worka oddechowego oznaczona na opakowaniu jednostkowym
- bezlateksowy, sterylny
- wszystkie elementy układu w jednym opakowaniu zbiorczym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

**Pytanie nr 70 dot. Pakietu nr 11 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści szynę o wymiarach 50cm x 2,5cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

**Pytanie nr 71 dot. Pakietu nr 8 poz.1**

Czy w związku z najnowszymi wytycznymi SHEA, które **nie rekomendują** stosowania roztworów chlorheksydydy do toalety jamy ustnej, Zamawiający oczekuje zestawu do toalety jamy ustnej płynu do płukania jamy ustnej z zawartością 0,05% chlorku cetylopirydydy z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

**Pytanie nr 72 dot. Pakietu nr 8 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w związku z

**Odpowiedź:**

Pytanie jest nie kompletne .

**Pytanie nr 73 dot. Pakietu nr 8 poz.1 i 2**

Zwracam się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium. Rozwiązanie to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych, przyczyni się do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększy dostępność rynku zamówień publicznych dla wykonawców oraz pobudzi koniunkturę gospodarczą

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

**Pytanie nr 74 dot. Pakietu nr 8 poz.1 i 2**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy aby zredukować ryzyko kontaminacji oczekuje opakowania opakowania, które pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie przed jego otwarciem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

**Pytanie nr 75 dot. Pakietu nr 4 poz.1**

Czy Zamawiający zgodzi się na obwód oddechowy w zestawie z filtrem elektostatycznym z wymiennikiem ciepła i wilgoci?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

**Pytanie nr 76 dot. Pakietu nr 13 poz.2**

Czy Zamawiający wymaga łyżek w całości wykonanych z metalu czy wyraża zgodę na metalowe łyżki z plastikową podstawą?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

**UWAGA :**

**1. Zmiana Terminu składania , otwarcia i związania ofertą.**

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy pzp przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się z zmianami i przygotowania oferty.

**CZĘŚĆ IX Rozdział I pkt. 1 SWZ o treści:**

**Termin składania ofert:**

1. Ofertę wraz z dokumentami o których mowa w części VIII rozdział II lit C, należy złożyć w postaci elektronicznej, na platformie zakupowej [https://platformazakupowa.pl/pn/skp\\_ump](https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump) do dnia **25.07.2024 r. godz. 7:30**

**zmienia się na:**

Ofertę wraz z dokumentami o których mowa w części VIII rozdział II lit C, należy złożyć w postaci elektronicznej, na platformie zakupowej [https://platformazakupowa.pl/pn/skp\\_ump](https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump) do dnia **29.07.2024 r. godz. 7:30**

**Część IX Rozdział II pkt.1 SWZ o treści:**

**Termin otwarcia ofert:**

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25.07.2024 r. o godzinie 08:00., na profilu Zamawiającego na [platformazakupowa.pl/pn/skp\\_ump](https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump)

**zmienia się na:**

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **29.07.2024 r. o godzinie 08:00.**, na profilu Zamawiającego na [platformazakupowa.pl/pn/skp\\_ump](https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump)

**Część VII Rozdział I pkt SWZ o treści:**

**Rozdział I : Wniesienie wadium**

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie określonej dla danego pakietu, przed upływem terminu składania ofert, tj. **do 25.07.2024r. godz. 07.30 i utrzymania wadium nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą**, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2

**zmienia się na:**

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie określonej dla danego pakietu, przed upływem terminu składania ofert, tj. **do 29.07.2024r. godz. 07.30 i utrzymania wadium nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą**, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2

**Część VIII Rozdział I pkt. 1 SWZ o treści:**

**Rozdział I - Termin związania ofertą:**

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 22.10 2024r. (nie dłużej niż 90 dni).

**zmienia się na:**

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania **ofert do dnia 26.10 2024r.** (nie dłużej niż 90 dni).

Stosownie do treści art. 90 ust 1 ustawy Zamawiający udostępnia publikacje ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w zakresie zmiany terminu realizacji, terminu składania, otwarcia i związania ofertą – w załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Z-ca Kierownika  
Działu Zaopatrzenia  
Gospodarki Magazynowej

*mgr Renata Motnik*

.....  
Członek Komisji Przetargowej

*Z wyrazami szacunku*

*[Signature]*  
p.o. DYREKTORA  
Szpitala Klinicznego  
im. K. Jonschera UM w Poznaniu

.....  
Dyrektor Szpitala Pachciarz

opracowała: Beata Zoellner

W załączeniu :

- obowiązujący Pakiet nr 18

Dział Zamówień Publicznych  
tel : 061- 84913-75  
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań  
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362  
szpital@skp.ump.edu.pl



PACJENT naszym priorytetem  
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem

**Pakiet nr 18****Wadium : 2.500,00 zł**

LP.	Opis Przedmiotu zamówienia	Ilość szt.	Cena netto szt.	Cena brutto szt.	Vat %	Wartość netto zamówienia	Wartość brutto zamówienia	PRODUCENT /Nazwa własna/ Nr kat. produktu/Ilość szt. w opakowaniu/ Klasa wyrobu medycznego
1.	Fartuch niejälowy, jednorazowego uzytku. Wiązany na troki w talii oraz na szyi, z długim rękawem zakończonym mankietem z nawleczoną wewnątrz gumką. Wykonany z włókny o gramaturze minimum 30g/m2. Stosowany jako odzież dla celów wizytacyjnych i procedur niemedycezných. Kolor zielony lub niebieski. Rozmiary: L-XL. Posiadający oznaczenie CE.	160000						
	<b>SUMA</b>	XXXXX	XXXXXXX	XXXXX	XXXX			XXXXXXXXXX

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) .....

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto) .....

Słownie zł:

Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

imię i nazwisko: .....

nr tel.: .....

e-mail pod który Zamawiający ma wysłać pisemne zamówienia: .....

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.**