

Tarnów, dnia 29.04.2020r.

**WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**

Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ  
ul. Lwowska 178 a  
33-100 Tarnów  
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG.271.14 .KK.. *M42* /20

**Dot. Przetarg nieograniczony – SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU** dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 23.03.2020r. Zamawiający wyjaśnia:

**PYTANIE 1.** Pytanie dot. pakietu nr 108 poz. 1 :

Czy Zamawiający dopuści mankiety NIBP w rozmiarze 24-32 cm ?

**Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ**

**Pytanie 2** dot. pakietu nr 108 poz. 2 :

Czy Zamawiający dopuści mankiety NIBP w rozmiarze 32-42 cm ?

**Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ**

**Pytanie 3** dot. pakietu nr 121 poz. 2 :

Czy Zamawiający dopuści igły do portów z ostrzem Hubera, ze skrzydełkami, zagięte pod kątem 90 stopni, z drenem o długości 25 cm ?

**Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ**

**Pytanie 4** dot. pakietu nr 121 poz. 4,5 :

Czy Zamawiający wydzieli poz. nr 4 i nr 5 z pakietu dotyczącego igieł Hubera . Umieszczenie drenów do podawania cytostatyków w pakiecie " Igły Hubera do portu " skutkować może ograniczeniem dostępu do postępowania większej ilości firm co zawsze ma wpływ na zwiększenie ceny jednostkowej

**Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian**

**Pytanie 5** dot. Pakietu nr 122 poz. nr 1 :

Czy Zamawiający dopuści pojemniki wielorazowego użytku 1 litrowe na wkłady workowe, kształt okrągły ( przystosowany do zawieszenia przy aparatach anestetycznych). Dodatkową zaletą okrągłego kształtu pojemników jest możliwość użycia wkładu 1l w kanistrze 2l i odwrotnie w zależności od potrzeb.

**Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian**

**Pytanie 6** dot. Pakietu nr 122 poz. 10 :

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania złożony z : wkładu workowego 2l kompatybilnego z pojemnikami wielorazowymi 2 l oraz drenu łączącego 180 cm z końcówką żeńską i żeńsko-męską z regulatorem ssania typu "finger tip" będącym odpowiednikiem przesuwne regulatora ssania.

**Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian**

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Otrzymują:  
1/ Adresat  
2/ A/a

DYREKTOR  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

*Anna Ciesla*