



**POGOTOWIE RATUNKOWE
WE WROCŁAWIU**
ul. Ziębicka 34-38 50-507
Wrocław



**UNIA
EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ
ROZWOJU
REGIONALNEGO**



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO
Narodowa
Strategia
Spójności**

sekretariat@pogotowie-ratunkowe.pl	tel. 71 77 31 400 fax. 71 367 66 18	NIP: 899-23-54-460
www.pogotowie-ratunkowe.pl	tel. kom. 506 374 965 , 506 734 979, wew. 400, 500	REGON: 932207142 KRS: 0000207618

Wrocław, dnia 04.01.2024 r.

Nr sprawy: **ZP/PR/2/2024**

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO nr 1

Dot. postępowania w trybie podstawowym na dostawy pn.:

**„Zakup materiałów medycznych dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu – część 1:
elektrody EKG, część 2: rurki krtaniowe, konikopunkcja.”**

(2024/BZP 00001529/01 z dnia 2024-01-02)

Zamawiający, Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1605) - dalej ustawa Pzp., przekazuje treść zapytań, które napłynęły na przedmiotowe postępowanie wraz z wyjaśnieniami bez podawania źródła zapytania:

Pytanie nr 1:

Część 1 pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści elektrody z żelazem stałym?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie dopuszcza, pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 2:

Część 1 pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści elektrody z żelazem półpłynnym?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3:

Część 1 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak a50 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający nie dopuszcza, pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 4:

Część 1 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody nie rozmieszczone na blistrze, a będące luźno w opakowaniu?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5:

Część nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie elektrod EKG dla dzieci pakowanych w op. a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, tj. 60 opakowań?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający nie dopuszcza, pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 6:

Część nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie elektrod EKG dla dorosłych pakowanych luzem w torebce po 50 szt.?

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający dopuszcza.

Powyższe odpowiedzi na pytania są wiążące i stanowią **integralną część**.

Anna Koniec
Zastępca Dyrektora
Ds. administracyjno-organizacyjnych

.....
podpis Kierownika Zamawiającego (w oryginale)