



WSSz -NZZ – 302 / 23

Łódź, dnia 11. 2023 r.

Uczestnicy postępowania  
przetargowego

dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na dostawę odczynników dla Pracowni Mikrobiologii - Mykologii, sprawa ZP 41/23

Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu, którą w poszczególnych pakietach przedstawiły następujące firmy:

**Pakiet nr 6**

Oferta nr 3 - „FABIMEX” Więcek Sp. J., ul. Cedrowa 16, 04-565 Warszawa

**Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:**

- w zakresie pakietu nr: 6 złożono tylko jedną ofertę spełniającą warunki udziału w postępowaniu.

**II. Streszczenie oceny i porównania ofert.**

Nr oferty	Nazwa i siedziba Wykonawcy	Liczba punktów w kryterium cena	Liczba punktów w kryterium termin dostawy	Liczba punktów w kryterium ocena jakościowa	Suma punktów
Pakiet nr 6					
1	Argenta Spółka z o. o. ul. Polska 114, 60-401 Poznań	Oferta odrzucona			
3	„FABIMEX” Więcek Sp. J., ul. Cedrowa 16, 04-565 Warszawa	60	40		100

**III.** Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi zawiadamia o odrzuceniu z postępowania **oferty nr 1 wykonawcy Argenta Spółka z o. o. ul. Polska 114, 60-401 Poznań w zakresie pakietu nr 6:**

Podstawa prawna: art. 226 ust. 5) ustawy PZP, zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne: W pakiecie nr 6, poz. 3 Zamawiający wymagał testu kasetkowego immunochromatograficznego do wykrywania antygenu Giardia, Entamoeba histolitica, Cryptosporidium w kale o czułości >94% i specyficzności >100% (zgodnie z formularzem cenowym – zał. nr 2 do SWZ oraz parametrami granicznymi – zał. nr 3 do SWZ). Firma Argenta zaoferowała test ImmunoCard STAT Crypto/Giardia, kasetkowy test immunochromatograficzny o numerze katalogowym 750830. Zgodnie z dokumentami test ten umożliwia wykrycie jedynie dwóch antygenów (Giardia oraz Cryptosporidium). Nie można tym testem wykrywać antygenu Entamoeba histolitica. W związku z powyższym oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Z poważaniem

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala  
im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

mgr Krzysztof Zarychta

KIEROWNIK DZIAŁU  
ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

mgr Paweł Lipiński