

**Wszyscy Wykonawcy  
/ Platforma zakupowa**

**Dotyczy: PN-6/23** postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawę z wniesieniem i instalacją wyposażenia Szpitala oraz systemu monitorowania pacjenta wraz z przeszkoleniem personelu w ramach projektu pn. Budowa Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu - centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK).**

W związku z pytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania, Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) udziela odpowiedzi:

**Pytanie 347 – dotyczy wzoru umowy powierzenia (zał. 1 do wzoru umowy) §3 ust. 2 lit. f**

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) nakłada obowiązek zgłoszenia stwierdzonego naruszenia ochrony danych bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 72h. Wedle Wytycznych Grupy Roboczej art. 29 (<https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612052>) termin 72h na zawiadomienie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 RODO rozpoczyna swój bieg w przypadku Administratora dopiero od powiadomienia go o tym fakcie przez Podmiot przetwarzający. Proponowany we wzorze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych termin – w zależności od zakresu, rodzaju incydentu naruszenia danych – może być terminem niewystarczającym, niedostosowanym do danej sytuacji faktycznej. Wykonawca proponuje zatem następujące brzmienie §3 ust. 2 lit. f: „w przypadku stwierdzenia naruszenia (...) Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zgłosić (...) w ciągu 48 godzin od chwili stwierdzenia naruszenia”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie 348**

**Dotyczy Pakiet 6: Defibrylatory typ B na Oddział Intensywnej Terapii, Sale Pooperacyjne przy Oddziałach, Blok Operacyjny i Chirurgię 1-dnia – 19 x sztuk**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator w którym opisane w pkt. 98 „krytyczne podzespoły urządzenia” tj. główna płyta sterowania, moduł defibrylacji, moduł monitorowania oraz akumulatorów testowane są automatycznie po każdym włączeniu defibrylatora? Pełny autotest tzn. główna płyta sterowania, moduł defibrylacji, moduł monitorowania oraz akumulatorów i dodatkowo: wyładowania wewnętrznego 1 J, ładowania wewnętrznego/wyładowania zewnętrznego 10 J – raz na dobę, bez włączenia defibrylatora?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie.

**Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je jako ważne i wiążące.**