

Konin, 29.02.2024r.

WSZ-EP-48/23/306/2024

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie Zamówienia publicznego/  
strona internetowa prowadzonego postępowania**

**Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Dostawa obłożeń operacyjnych, sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie” (nr sprawy: WSZ-EP-48/2023).**

Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone zapytania. W związku z powyższym działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp.”, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

**1. Dotyczy pakietu 24 poz 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do infuzji grawitacyjnej z dodatkowym zaciskiem na drenie pomiędzy komorą a zaciskiem rolkowym do odcięcia infuzji i długości drenu 175 cm (152+23), całkowita długość zestawu 185cm; komora kroplowa elastyczna dla łatwego wypełnienia, długość min. 60mm bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A , filtr 15 mikronów w dnie komory (oznaczenie na opakowaniu), wentylowana. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

**2. Dot. Par 2 wzoru umowy**

Prosimy o zwiększenie realizacji umowy do 70% wartości umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

**3. dot. Par. 7 ust. 1.1. i 1.2 wzoru umowy**

Prosimy o zmniejszenia kary do 1%.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.

Sporządziła: R. Janik  
DZP tel. (63) 240-41-33