



SZPITAL PUCKI SP. Z O.O.
84-100 Puck, ul. 1 Maja 13A

SEKRETARIAT PREZESA ZARZĄDU
Tel. 58 690-43-00, faks 58 333-40-91
mail: sekretariat@szpitalpucki.pl



Puck, dn. 10.02.2023 r.

dotyczy: w trybie podstawowym bez negocjacji w postępowaniu na sukcesywna dostawa szwów chirurgicznych, siatek przepuklinowych i materiałów medycznych, znak ZP/03/2023

Działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

L.p.	Pytanie Wykonawcy	Wyjaśnienie
	<p><u>Pakiet nr 10:</u> Czy Zamawiający dopuści siatki o porach min. 3,3 mm²; grubości 0,65mm (+/-0,15), masie powierzchniowej min. 65 g/m², grubości nici 0,16 mm. Siatki z niebieskimi liniami orientującymi, które ułatwiają widoczność i ułożenie w polu operacyjnym. Siatki stosowane są w chirurgicznym leczeniu przepuklin brzusznych – pierwotnych i nawrotowych, pachwinowych, udowych, około pępkowych, w kresie białej, w bliźnie pooperacyjnej; podczas zabiegów rekonstrukcyjnych w celu wzmocnienia tkanek miękkich. Opisane siatki charakteryzują się wysoką wytrzymałością mechaniczną, dobrą układalnością i niską masą powierzchniową.</p>	Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SWZ.
	<p><u>Pakiet nr 10, poz. 1:</u> Czy Zamawiający w poz nr 1. odpuści siatkę w rozmiarze 10x16 cm? Siatki nie strzepią się podczas docinania.</p>	Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SWZ.
	<p><u>Pakiet nr 11, poz. 1:</u> Czy Zamawiający dopuści siatki których powierzchnia porów powyżej 4 mm², masa powierzchniowa 37 g/m² +/- 5,0, grubość siatki 0,36 mm +/- 0,06, grubość nitki 0,1mm Opisane siatki stosowane są w chirurgicznym leczeniu przepuklin brzusznych – pierwotnych i nawrotowych, pachwinowych, udowych, około pępkowych i w bliźnie pooperacyjnej; podczas zabiegów rekonstrukcyjnych w celu wzmocnienia tkanek miękkich. Charakteryzują się wysoką wytrzymałością mechaniczną, dobrą układalnością,</p>	Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SWZ.

	<p>wielokierunkową pamięcią kształtu i niską masą powierzchniową. Czy Zamawiający dopuści siatkę w rozmiarze 25x25 cm? Siatki nie strzępią się podczas docinania.</p>	
	<p><u>Pakiet nr 13, poz. 1:</u> Czy Zamawiający dopuści siatkę : przepuklinową polipropylenową, monofilamentową, ultralekką o anatomicznym ,trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową, masa powierzchniowa siatki min. 60 gr /m2, grubość siatki 0,74 mm, grubość przędzy 0,16 mm, powierzchnia porów ok. 4, 5 mm2. Rozmiar siatki 16,5 x 11,5 x 5,5 cm. Opisywana siatka posiada znacznik z niebieskiej monofilamentowej przędzy polipropylenowej o grubości w zakresie 0,08-0,1mm, ułatwiający implantację siatki. Siatka stosowana zalecana jest do zabiegów rekonstrukcyjnych w celu uzupełnienia i/lub wzmocnienia ubytków tkanek miękkich, w przypadku wystąpienia przepuklin pachwinowych zarówno pierwotnych jaki nawrotowych., pachwinowych, udowych, około pępkowych i w bliźnie pooperacyjnej; podczas zabiegów rekonstrukcyjnych w celu wzmocnienia tkanek miękkich.</p>	Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SWZ.
	<p>Dotyczy zakresu 4 poz.1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania, zszywek szerokich funkcyjnie równoważnych do wymaganych o wymiarach: grzbiet: 6,7 mm, nóżka: 4,0 mm, grubość 0,55 mm. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby zszywki były pokryte teflonem. Produkt ten nie stanowi implantu chirurgicznego i przewidziany jest do krótkotrwałego zastosowania, więc nie ma uzasadnienia do koniecznego pokrycia zszywek teflonem. Ponadto, wymóg ten znacząco zawęży krąg oferentów, którzy mogą złożyć ważną ofertę</p>	Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.
	<p>Dotyczy zakresu 4 poz.2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania przyrządu do usuwania zszywek funkcyjnie równoważnego do wymaganego wykonanego ze stali chirurgicznej, pakowanych po 10 szt.</p>	Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SWZ.
	<p><u>Zakres 9, pozycja 1:</u> Czy Zamawiający dopuści jednorazowy zestaw do usuwania żył, zbudowany w całości z poliamidu, projekt i wykończenie ułatwiające wprowadzenie i</p>	Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SWZ.

	przesuwanie, skład: dwie linki 1m, uchwyt, 3 oliwki: 9,5 mm; 12,8 mm i 15,4 mm?	
	Zakres 10, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści Siatkę przepuklinową polipropylenową, lekka, monofilamentowa, nie ulegająca rozplataniu lub wystrzępianiu podczas przecinania, powierzchnia porów 1,53mm x 1,30mm, grubość siatki 0,48 mm, o gramaturze 55 g/m ² . Rozmiar: 10x15cm?	Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ oraz wyjaśnień z dnia 06.02.2023 r.
	Zakres 10, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści Siatkę przepuklinową polipropylenową, lekka, monofilamentowa, nie ulegająca rozplataniu lub wystrzępianiu podczas przecinania, powierzchnia porów 1,53mm x 1,30mm, grubość siatki 0,48 mm, o gramaturze 55 g/m ² . Rozmiar: 30x30cm?	Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ oraz wyjaśnień z dnia 06.02.2023 r.
	Zakres 11, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści Siatkę przepuklinową polipropylenową, monofilamentowa, o wymiarach oczek 1,53mm x 1,30mm i gramaturze 55 g/m ² , grubość 0,48 mm Nie ulegająca strzępieniu podczas przecinania. Rozmiar 15 x 20 cm?	Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SWZ.

Z poważaniem

Członek Zarządu
Iwona Topka

Wyk. K.T.
Data wyk.: 10.02.2023 r.